



ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Προδιαγραφών Τιμών και Ποιότητας

Αθήνα, 17/03/2016

Αρ. Πρωτ.: 351/2016

Κύριοι,

Με την παρούσα και σε απάντηση της ανακοίνωσής σας περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων «**ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ**», σας υποβάλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας για την προμήθεια **Ορθοπεδικών Υλικών CPV33141700-7** προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί από Υπηρεσία σας.

Διατελώντας στη διάθεσή σας για οιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση.

Για την Α.Ε.,

Με εκτίμηση

ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Πάρνηθος 44, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ. 144 52
Τηλ.: 210 2841009 - Fax: 210 2826045
ΑΦΜ.: 082899566 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53218/01ΑΤ/Β/02/423 ΑΡ. ΦΑΚ. 100228
Α.Μ.Π. 124

Νικόλαος Καριπίδης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΥΛΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ

1. Σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης μικρών οστών για επιμήκυνση, που να αποτελείται από δώδεκα (12) παξιμάδια, δύο (2) μπάρες και μία (1) μπάρα επιμήκυνσης, με δυνατότητα σταθεροποίησης καρφίδων σε οποιαδήποτε θέση.
Παρατηρητήριο 35.8.38

2. Σύστημα εξωτερικής Οστεοσύνθεσης μικρών οστών Modular, που να αποτελείται από οκτώ (8) παξιμάδια και μία (1) μπάρα, με δυνατότητα σταθεροποίησης καρφίδων σε οποιαδήποτε θέση και διακαταγματικά και με δυνατότητα σύνδεσης μπαρών με τη χρήση συνδετικών σε τρεις (3) γωνίες. **Παρατηρητήριο 35.8.36**

3. Βελόνες εξωτερικής οστεοσύνθεσης αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανίζουσες σε διάφορες διαστάσεις, με σπείρωμα και χωρίς σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.
Παρατηρητήριο 35.1.1