

Προς,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Προδιαγραφών Τιμών και Ποιότητας
ΑΒΕΡΩΦ 12Α, ΤΚ 10433 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 2037554

Αθήνα 23/2/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε αναφορά του αιτήματος σας για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα **ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ**, σας καταθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2

ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΗΣ «PUREMA» ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.

Clearance: Q _B 300ml/min												
Κατηγορία	Σύντομη Περιγραφή Είδους	Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mmHg	Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. Β12	Ινουλίνη	ΚοΑ	Συντελεστής διαβατότητας Β2-Μ	Είδος αποστείρωσης
A2	VitaPES 150HF	Polyethersulfone "PUREMA" Υψηλής Ροής	1,5	40	271	246	232	173	105	1167	0,8	Electron Beam
A2	VitaPES 170HF	Polyethersulfone "PUREMA" Υψηλής Ροής	1,7	39,41	276	254	238	185	115	1292	0,8	Electron Beam
A2	VitaPES 190HF	Polyethersulfone "PUREMA" Υψηλής Ροής	1,9	38,42	279	261	242	193	121	1382	0,8	Electron Beam
A2	VitaPES 210HF	Polyethersulfone "PUREMA" Υψηλής Ροής	2,1	38,09	282	268	249	198	123	1487	0,8	Electron Beam
A2	VitaPES HDF 25	Polyethersulfone "PUREMA" Υψηλής Ροής	2,4	36,25	289	280	266	226	165	1295	0,84	Electron Beam

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών: 30.1.6.1

Κωδικός CPV:33181100-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2

ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΗΣ «PUREMA» ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.

Clearance: Q _B 300ml/min										
Κατηγορία	Σύντομη Περιγραφή Είδους	Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mmHg	Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	ΚοΑ	Είδος αποστείρωσης
B2	VitaPES 150LF	Polyethersulfone "PUREMA" Χαμηλής Ροής	1,5	6,67	242	214	176	87	736	Electron Beam
B2	VitaPES 180LF	Polyethersulfone "PUREMA" Χαμηλής Ροής	1,8	7,22	251	226	189	99	836	Electron Beam
B2	VitaPES 200LF	Polyethersulfone "PUREMA" Χαμηλής Ροής	2	7,5	257	234	199	105	916	Electron Beam
B2	VitaPES LF 18PLUS	Polyethersulfone "PUREMA" Χαμηλής Ροής	1,5	10,67	258	231	202	119	930	Electron Beam
B2	VitaPES LF 19PLUS	Polyethersulfone "PUREMA" Χαμηλής Ροής	1,7	11,18	264	244	210	129	1027	Electron Beam
B2	VitaPES LF 20PLUS	Polyethersulfone "PUREMA" Χαμηλής Ροής	1,9	11,05	266	248	218	136	1064	Electron Beam
B2	VitaPES LF 22PLUS	Polyethersulfone "PUREMA" Χαμηλής Ροής	2,1	10,95	273	253	234	144	1214	Electron Beam

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών: 30.1.3.1

Κωδικός CPV:33181100-3

ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΗΣ «SYNPHAN» ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.

Clearance: Q _B 300ml/min										
Κατηγορία	Σύντομη Περιγραφή Είδους	Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mmHg	Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	ΚοΑ	Είδος αποστείρωσης
B2	VitaPES 160BF	Polyethersulfone "SYNPHAN" Χαμηλής Ροής	1,6	11,87	248	225	189	125	800	Electron Beam
B2	VitaPES 180BF	Polyethersulfone "SYNPHAN" Χαμηλής Ροής	1,8	12,22	258	236	200	137	930	Electron Beam
B2	VitaPES 200BF	Polyethersulfone "SYNPHAN" Χαμηλής Ροής	2	12	261	241	206	144	977	Electron Beam

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών: 30.1.3.1

Κωδικός CPV:33181100-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1

ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΣΟΥΛΦΟΝΗΣ «SYNPHAN» ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.

Clearance: Q _B 300ml/min										
Κατηγορία	Σύντομη Περιγραφή Είδους	Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF /m ² < ή > των 20ml/h.mmHg	Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. Β12	ΚοΑ	Είδος αποστείρωσης
B1	VitaPES 140BF	Polyethersulfone "SYNPHAN" Χαμηλής Ροής	1,4	12,14	241	217	179	115	726	Electron Beam

Κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών: 30.1.2.1

Κωδικός CPV:33181100-3

Για την HEALTH WAY Ε.Π.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ