

CPV 3318500-7 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ BACK-EYE

1. Οι βελόνες να είναι αντιτραυματικές, δηλαδή η κοπή της να εξασφαλίζει το δυνατό μικρότερο τραυματισμό του αγγείου και ως εκ τούτου καλύτερη αιμόσταση.
2. Το μεταλλικό τμήμα να είναι επικαλυμμένο με αδρανές υλικό σύμφωνα με την Ελληνική Φαρμακοποιία.
3. Να διαθέτουν σφιγκτήρα (κλιπ) για τη δυναμική διακοπή της αιματικής ροής, κατά τη φλεβοκέντηση.
4. Ο σφιγκτήρας να έχει μπλε ή κόκκινο χρώμα για την ασφαλή και εύκολη χρήση του.
5. Να διαθέτουν περιστρεφόμενη πεταλούδα.
6. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από βιοσυμβατό υλικό, να καταλήγει σε σύστημα luer-lock, να φέρει καπάκι και να έχει μήκος τουλάχιστον 150mm.
7. Το πάχος του τοιχώματος της βελόνας να είναι τύπου «εξαιρετικά λεπτά τοιχώματα» και να ακολουθεί το Διεθνές πρότυπο ISO 9626
8. Η διάμετρος της βελόνας να είναι 15-18G, ενώ το μήκος τουλάχιστον 20mm.

Στους γενικούς όρους θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προμηθευτές να συμμορφώνονται με την Υ.Α.Ε3/833/99 «περί συστήματος ποιότητας των Εταιρειών διακίνησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Να αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία που αφορούν είδος, μήκος, διάμετρο, είδος αποστείρωσης, παρτίδα και ημερομηνία λήξης αποστείρωσης του προϊόντος.