



Προς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αβέρωφ 12^Α

10433 ΑΘΗΝΑ

**Τμήμα Προδιαγραφών Τιμών και Ποιότητας
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας**

Αργυρούπολη, 19/04/2016

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΣΧΕΤ: 1. Εγκύκλιος της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή διατυπώθηκε στην Απόφαση που λήφθηκε κατά την υπ' αριθμ. 68η/14.12.2015 συνεδρίασή της (Θέμα 6ο) με ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411
2. Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 65η/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο)
3. Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο)
4. Οδηγία της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας όπως αυτή διατυπώθηκε στην Απόφαση που λήφθηκε κατά την υπ' αριθμ. 71η/13.1.2016/19.1.2016 συνεδρίασή της (Θέμα 5ο) με ΑΔΑ: ΨΒ4Ζ465ΦΥΟ-Γ23,

Κύριοι,

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων «**ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**», παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας που προτείνουμε να συμπεριληφθούν στον διαγωνισμό, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής, της υψηλής ποιότητας υλικών και της καλύτερης κάλυψης των αναγκών των ασθενών

Για τα προϊόντα προμήθειας της κάτωθι κατηγορίας CPV:

CPV	Ελληνική Περιγραφή/Greek Description	Αγγλική Περιγραφή / English Description
33168000-5	Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής	Endoscopy, endosurgery devices

- 1. Καθηλωτικό λαπαροσκοπικό εργαλείο πλέγματος μήκους 37cm, διαμέτρου 5mm, με 15 ή 30 μη απορροφήσιμα κλιπ από χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήμα βίδας, με επικαλυμμένο άκρο (PEEK), για την αποφυγή των συμφύσεων και ένδειξη μετρητή των καταναλωθέντων κλιπς.**

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Εκτός αντιστοίχησης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

Λόγω του μηχανισμού της εργονομικής συσκευής καθήλωσης και των κλιπ σε σχήμα βίδας που διαθέτουν κεφαλή με προστατευτικό κάλυμμα ο χειρουργός μπορεί να καθηλώσει επιτυχώς και με ασφάλεια κάθε τύπο πλέγματος (ημιαπορροφήσιμο ή μη, αραιής και πυκνής πλέξης) μειώνοντας το



ενδεχόμενο σχετικών επιπλοκών. Ειδικότερα, το προστατευτικό κάλυμμα στην κεφαλή του κλιπ μειώνει την πιθανότητα δημιουργίας συμφύσεων σε αντίθεση με αντίστοιχα που δεν διαθέτουν προστατευτικό κάλυμμα (σύμφωνα με επιστημονικά άρθρα και βιβλιογραφία) με αποτέλεσμα πιθανή μείωση του μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου για τον ασθενή ή/και άλλων επιπρόσθετων επιπλοκών. Κατ' επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ.

- 2. Καθηλωτικό λαπαροσκοπικό εργαλείο πλέγματος μήκους 39cm, διαμέτρου 5mm με 15 ή 30κλιπ ατραυματικά απορροφήσιμα κλιπ σε μορφή διάτρητης ακίδας για καλύτερη στήριξη μέσω ενσωμάτωσης, με διάμετρο κεφαλής κλιπ τουλάχιστον 9,0mm² για καλύτερη στερέωση.**

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Εκτός αντιστοίχισης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

Το μήκος του εργαλείου καθήλωσης -39cm- επιτρέπει την ευκολότερη πρόσβαση σε περισσότερες ανατομικές δομές, **διασφαλίζοντας την ακρίβεια στερέωσης του πλέγματος.** Λόγω του μηχανισμού της εργονομικής συσκευής καθήλωσης και των απορροφήσιμων κλιπ που διαθέτουν λεία κεφαλή μεγαλύτερης διαμέτρου (τουλάχιστον 9mm²), ο χειρουργός μπορεί να καθηλώσει επιτυχώς και με ασφάλεια κάθε τύπο πλέγματος (ημιαπορροφήσιμο, αραιής και πυκνής πλέξης) μειώνοντας το ενδεχόμενο σχετικών επιπλοκών. Ειδικότερα, το απορροφήσιμο ατραυματικό κλιπ σε μορφή ακίδας επιτρέπει την ήπια εισαγωγή στους ιστούς χωρίς να τους συμπιέζει με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου. Ταυτόχρονα λόγω του σχεδιασμού του κλιπ εξασφαλίζεται η ασφαλή και δυνατή συγκράτηση του πλέγματος στους ιστούς το πρώτο κρίσιμο χρονικό διάστημα της ενσωμάτωσης η δύναμη της οποίας αυξάνεται συνεχώς καθώς ο νέος ιστός δημιουργείται γύρω και μέσα από το κλιπ (διάτρητο στο κέντρο). Τέλος η κεφαλή μεγάλης διαμέτρου εξασφαλίζει ασφαλή συγκράτηση για το πρώτο διάστημα ενώ η λεία επιφάνεια της δεν ευνοεί την πιθανότητα δημιουργίας συμφύσεων με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου για τον ασθενή ή/και άλλων επιπρόσθετων επιπλοκών. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή και δυνατή αποκατάσταση του ασθενή. Κατ' επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ..



3. Απορροφήσιμο λαπαροσκοπικό σύστημα καθήλωσης πλέγματος διαμέτρου 5mm, με 15 ή 30 ατραυματικά κλιπς σε μορφή διάτρητης βίδας για καλύτερη στήριξη μέσω ινοβλάστησης και με ένδειξη μετρητή των καταναλωθέντων κλιπς.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Εκτός αντιστοίχησης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

Λόγω του μηχανισμού της εργονομικής συσκευής καθήλωσης και των απορροφήσιμων κλιπ που διαθέτουν λεία κεφαλή μεγαλύτερης διαμέτρου, ο χειρουργός μπορεί να καθηλώσει επιτυχώς και με ασφάλεια κάθε τύπο πλέγματος (ημιαπορροφήσιμο, αραιής και πυκνής πλέξης) μειώνοντας το ενδεχόμενο σχετικών επιπλοκών. Ειδικότερα, το απορροφήσιμο ατραυματικό κλιπ σε μορφή βίδας επιτρέπει την ήπια εισαγωγή στους ιστούς χωρίς να τους συμπιέζει με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου. Ταυτόχρονα λόγω του σχεδιασμού του κλιπ εξασφαλίζεται η ασφαλής και δυνατή συγκράτηση του πλέγματος στους ιστούς το πρώτο κρίσιμο χρονικό διάστημα της ενσωμάτωσης η δύναμη της οποίας αυξάνεται συνεχώς καθώς ο νέος ιστός δημιουργείται γύρω και μέσα από το κλιπ (διάτρητο στο κέντρο). Τέλος η κεφαλή μεγάλης διαμέτρου εξασφαλίζει ασφαλή συγκράτηση για το πρώτο διάστημα ενώ η λεία επιφάνεια της δεν ευνοεί την πιθανότητα δημιουργίας συμφύσεων με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου για τον ασθενή ή/και άλλων επιπρόσθετων επιπλοκών. Το μεγάλο μήκος των κλιπ παρέχει καλύτερη στήριξη στον ιστό και αποφυγή μετανάστευσης του πλέγματος που μπορεί να οδηγήσει σε επανεπέμβαση του ασθενούς. Τέλος η ένδειξη των καταναλωθέντων κλιπς διευκολύνει τον χειρουργό ώστε να γνωρίζει την ακριβή αριθμό που έχει στην διάθεσή του για να ολοκληρώσει την καθήλωση του πλέγματος. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή και δυνατή αποκατάσταση του ασθενή. Κατ' επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ.

4. Μη-Απορροφήσιμο λαπαροσκοπικό Σύστημα Καθήλωσης Πλέγματος διαμέτρου 5mm, με 15 ή 30 ατραυματικά κλιπς σε μορφή διάτρητης βίδας και με ένδειξη μετρητή των καταναλωθέντων κλιπς

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Εκτός αντιστοίχησης του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προδιαγραφή για τους κάτωθι λόγους:

Λόγω του μηχανισμού της εργονομικής συσκευής καθήλωσης και των κλιπ που διαθέτουν λεία κεφαλή μεγαλύτερης διαμέτρου, ο χειρουργός μπορεί να καθηλώσει επιτυχώς και με ασφάλεια κάθε τύπο πλέγματος (ημιαπορροφήσιμο, αραιής και πυκνής πλέξης) μειώνοντας το ενδεχόμενο σχετικών επιπλοκών. Ειδικότερα, το ατραυματικό κλιπ σε μορφή διάτρητης βίδας επιτρέπει την ήπια εισαγωγή στους ιστούς χωρίς να τους συμπιέζει με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου. Ταυτόχρονα λόγω του σχεδιασμού του κλιπ εξασφαλίζεται η ασφαλής και δυνατή συγκράτηση του πλέγματος στους ιστούς το πρώτο κρίσιμο χρονικό διάστημα

BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Φιλελλήνων 1 & Μεγάλου Αλεξάνδρου
16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

BARD HELLAS S.A.

1, Filellinon Str. & Megalou Alexandrou
GR – 16452 ARGYROUPOLI GREECE
ΑΦΜ 094501826- ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ



της ενσωμάτωσης η δύναμη της οποίας αυξάνεται συνεχώς καθώς ο νέος ιστός δημιουργείται γύρω και μέσα από το κλιπ (διάτρητο στο κέντρο). Η κεφαλή μεγάλης διαμέτρου εξασφαλίζει ασφαλή συγκράτηση για το πρώτο διάστημα ενώ η λεία επιφάνεια της δεν ευνοεί την πιθανότητα δημιουργίας συμφύσεων με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου για τον ασθενή ή/και άλλων επιπρόσθετων επιπλοκών. Τέλος η ένδειξη των καταναλωθέντων κλιπς διευκολύνει τον χειρουργό ώστε να γνωρίζει την ακριβή αριθμό που έχει στην διάθεσή του για να ολοκληρώσει την καθήλωση του πλέγματος. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ασφαλή και δυνατή αποκατάσταση του ασθενή. Κατ' επέκταση το νοσοκομείο αποφεύγει το επιπλέον κόστος από πιθανή παρατεταμένη νοσηλεία, επανεπέμβαση, χρήση επιπρόσθετων φαρμάκων κτλ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
Για την Bard Ελλάς Α.Ε.

Έφη Κωνσταντινίδου.
Υπεύθυνη Τμ. Προσφορών – Συμβάσεων.