



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Αβέρωφ 12^Α,
10433- Αθήνα

Αθήνα, 19.12.2014
Αρ. Διακήρυξης: ΕΠΥ 1/2013
Αρ. Πρωτ: 6392

URL: <http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias>

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ – ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
CPV: 33182210-4 και 33182100-0

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ
ΝΑΙ	ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	10.12.2014	11.12.2014	12.12.2014

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

- 1.1.** Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Α' 43) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».
- 1.2** Το Ν. 2286/95 (Α' 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- 1.3.** Το Ν. 2328/95 (Α' 159), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/96 (Α' 29) και του άρθρου 14 του Ν. 2414/96 (Α' 135) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (Α' 279).
- 1.4.** Το άρθρο 84 του Ν. 2362/95 (Α' 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- 1.5.** Το Ν. 3021/2002 (Α' 143) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
- 1.6** Του Ν. 3329/2005 (Α' 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
- 1.7** Το Ν. 3580/2007 (Α' 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 1.8** Το Ν. 3868/2010 (Α' 129) άρθρο 22, 32 και 34 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
- 1.9** Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α' 256), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- 1.10** Το Ν.Δ. 496/1974 (Α' 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
- 1.11** Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 1.12** Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α' 68).
- 1.13** Το Ν. 3310/05 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (Α' 279) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
- 1.14** Το Ν. 2198/1994 (Α' 43), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
- 1.15** Το Ν. 3377/2005 (Α' 202) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
- 1.16** Του Ν. 2198/1994 (Α' 43), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
- 1.17** Το Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.18** Το Ν. 3846/2010 (Α' 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

- 1.19** Το Ν. 3867/2010 (Α' 128) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».
- 1.20** Το Ν. 3918/2011(Α' 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις».
- 1.21** Το Ν. 3959/2011 (Α' 93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού».
- 1.22** Το Ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- 1.23** Το Ν. 4238/2014 (Α' 38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
- 1.24** Του Ν. 4052/2012 (Α' 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
- 1.25** Το Ν. 4111/13 (Α' 18) άρθρο 28, τροποποίηση του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α' 173).
- 1.26** Το Ν. 3871/2010 (Α' 141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.27** Το Ν. 3886/10 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
- 1.28** Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (Α' 90).
- 1.29** Το Ν. 4118/2013 (Α' 32), άρθρα 4, 10 και 12.
- 1.30** Το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτογενικός κώδικας) – Προπρωτογενική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
- 1.31** Το Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- 1.32** Το Ν. 3816/2010 (Α' 6) περί «ρύθμισης επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις», άρθρο 12.
- 1.33** Το Ν. 3984/2011 άρθρο 66 (Α' 150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις».
- 1.34** Το Ν. 4272/2014 άρθρο 47 (Α' 145) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και τη Γενετική Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».

- 1.35** Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις».
- 1.36** Το Ν. 4152/2013 (Α'107) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής.....4127/2013».
- 1.37** Το Ν. 4153/13 (Α'107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13».
- 1.38** Το Ν. 4155/2013 (Α'120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
- 1.39** Το Ν. 4205/2013 (Α'242), άρθρο 9.
- 1.40** Το Π.Δ. 63/05 (Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
- 1.41** Το Π.Δ. 60/07 (Α' 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία.
- 1.42** 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
- 1.43** Το Π.Δ. 118/07 (Α' 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο Π.Δ. 60/07 (Α'64).
- 1.44** Το Ν 4155/2013 (Α'120).
- 1.45** Το Π.Δ. 113/2010 (Α'194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 1.46** Το Π.Δ. 83/12 (Α'140) «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κων/νου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού».
- 1.47** Του Π.Δ. 89/14 (Α'134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- 1.48** Το Ν. 4281/14 (Α'160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο 201 του ίδιου Νόμου.

2. Τις αποφάσεις:

- 2.1.** Την υπ' αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β' 1673).
- 2.2** Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (Β'639) & (Β'703).
- 2.3** Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (Β'679), (Β'755) & (Β'757).
- 2.4** Την υπ' αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/2009 (Β'2198) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».
- 2.5** Την υπ' αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β' 1590).
- 2.6** Την υπ' αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Β' 1226).

- 2.7** Την υπ' αριθ. 1862/2012 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «κανονισμού διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς του ΠΠΥΥ» (Β'680).
- 2.8** Την υπ' αριθ. 08/31.05.2010 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί όρων και κανόνων λειτουργίας και προϋποθέσεων δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/07 (Β'777).
- 2.9** Την ΥΑ Π1/Β/2013 (Α' 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
- 2.10** Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- 2.11** Την υπ' αριθ. 5805/2012 (Β'2309) απόφαση περί «ορισμού Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για την ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» και την υπ' αριθ. 8238/2012 (Β'3434) απόφαση τροποποίησης, της εν θέματι απόφασης.
- 2.12** Την υπ' αριθ. 6311/2014 (Β'390) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λουπές πηγές.
- 2.13** Την υπ' αρ. 1974/2014 (Β'1053) Υπουργική απόφαση περί ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίησης του ΠΠΥΦΥ έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5511/2014 (Β'3100) Υπουργική απόφαση.
- 2.14** Την υπ' αρ. 11/ 31.10.2013 (θέμα 12^ο) απόφαση της ολομέλειας της ΕΠΥ, περί σύστασης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού.
- 2.15** Την υπ' αρ. 37/ 23.6.2014/ 24.6.2014/ 27.6.2014 (θέμα 10^ο) απόφαση της ολομέλειας της ΕΠΥ, περί έγκρισης και σύστασης επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού.
- 2.16** Το υπ' αρ. πρωτ 6105/10.12.2014 έγγραφο του ΕΚΑΠΤΥ περί σύμφωνης γνώμης επί των νέων τεχνικών προδιαγραφών.
- 2.17** Την υπ' αριθμό 59/10.10.2014 (θέμα 1^ο) απόφαση της Ολομέλειας της ΕΠΥ με την οποία εγκρίθηκαν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια βηματοδοτών-απινιδωτών.
- 2.18** Την υπ' αριθ. 59/10.10.2014 (θέμα 3^ο) απόφαση της ολομέλειας της ΕΠΥ, αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού.
- 2.19** Την υπ' αριθ. 59/10.10.2014 (θέμα 4^ο) απόφαση της ολομέλειας της ΕΠΥ, αναφορικά με την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για το ΠΠΥΦΥ 2013, και την έγκριση των όρων της διακήρυξης.

3. Τα έγγραφα:

- 3.1** Τις με αρ. πρωτ. 5404/30.10.2014 τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, που κατέθεσε η αρμόδια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια βηματοδοτών - απινιδωτών.
- 3.2** Το με αριθ. πρωτ. 5981/3.12.2014 έγγραφο μας, προς Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με θέμα: «Συλλογή στοιχείων για τη διενέργεια ενιαίου διαγωνισμού-Συμφωνία Πλαίσιο, με φορέα διενέργειας την ΕΠΥ, για την προμήθεια Βηματοδοτών – Απινιδωτών».

Ορισμοί

Σ' αυτή τη Συμφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον κατωτέρω πίνακα:

Αγοραστή(ες)	Ορίζονται η Αναθέτουσα Αρχή ή/και οι Φορείς που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν παραγγελίες αγαθών υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Ημέρα(ες)	Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Παραγγελία(ες)	Ορίζεται η υποβολή αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον αγοραστή για την προμήθεια ειδών της Συμφωνίας – Πλαίσιο από την οποία θα προκύψουν οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις.
Παράδοση(σεις)	Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον προμηθευτή στις καθορισμένες τοποθεσίες παράδοσης, μετά από συγκεκριμένη παραγγελία/σύμβαση.
Προσφορά	Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή ως ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά για σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Συμφωνία Πλαίσιο	Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις παραγγελίες/εκτελεστικές συμβάσεις, αγορές και παραδόσεις που θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκειά της.
Απόφαση Διενέργειας Επαναδιαγωνισμού	Ορίζεται η απόφαση-πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς τους προμηθευτές που αναφέρονται στη Συμφωνία Πλαίσιο με την οποία καθορίζονται οι όροι οι οποίοι δεν καλύπτονται με την Συμφωνία Πλαίσιο, όπως ενδεικτικά η ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, ο τόπος και ο χρόνος παραλαβής, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής, οι κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις, ο αναλογών ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος καθώς και πρόσθετοι όροι τους οποίους ο αγοραστής κρίνει αναγκαίους, όμως σε καμία περίπτωση διαφορετικοί από εκείνους της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Επαναδιαγωνισμός	Ορίζεται η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις, με την οποία ανακηρύσσεται ο μειοδότης και στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση ανάμεσα στον αγοραστή και τον μειοδότη.
Εκτελεστική Σύμβαση	Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επαναδιαγωνισμού.
Αναθέτουσα Αρχή	Ορίζεται η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τοποθεσία(ες) Παράδοσης	Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδονται τα αγαθά όπως θα καθορίζονται από τον αγοραστή με κάθε παραγγελία/εκτελεστική σύμβαση.

Η ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται στις κατωτέρω πρόνοιες:

i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίστροφα

- ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων
- iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
- iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με κανένα τρόπο
- v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση.
- vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με τη διαδικασία συμφωνία πλαίσιο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την προμήθεια βηματοδοτών - απινιδωτών συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενης ΦΠΑ.

2. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) μειοδότες ανά κατηγορία είδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ΠΔ 60/07.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία περισσότερων των **πενήντα δύο (52) ημερών**, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το π.δ. 60/2007 και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ)	19.12.2014	4.2.2015	11.2.2015

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13, τα άρθρα 134 έως 138 του Ν.4281/14 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

6. Επαναδιαγωνισμός

Μετά τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της, κάθε φορά που ένας αγοραστής αποφασίζει την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών, θα διενεργείται επαναδιαγωνισμός για τη σύναψη των εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο παράρτημα Γ΄ της παρούσης.

Από τον ανωτέρω διαγωνισμό ανακηρύσσεται μειοδότης και υπογράφεται μεταξύ αυτού και του αγοραστή εκτελεστική της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβαση, της οποίας το τίμημα καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων.

Στις εν λόγω συμβάσεις θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το είδος και τίμημα της προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή, στις εκτελεστικές συμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο.

Η συμφωνία πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τον Αγοραστή να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας πλαίσιο και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας πλαίσιο και της προμήθειας των ειδών.

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

7.1 Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007.

7.2 Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία

εγγραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html

8.1 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής:

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

8.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

8.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

9.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
9.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
9.3 «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
9.4 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
9.5 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
9.6 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
9.7 ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

9.8 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
9.9 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
9.10 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄.

10. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης της παρ.2 περ. α του άρθρου 15 του Π.Δ.118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης της παρ.2 περ. α του άρθρου 15. του Π.Δ. 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.

Οι διευκρινήσεις θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ.

11. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

12. Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

13. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με τη διαδικασία συμφωνία πλαίσιο και με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σύστημα (σετ) για την προμήθεια βηματοδοτών-απινιδωτών με τρεις (3) μειοδότες ανά κατηγορία είδους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «στοιχεία των προς προμήθεια ειδών» και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΑΘΩΝ	Ταξινόμηση κατά CPV 33182210-4 και 33182100-0
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	Δύο (2) έτη
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟ	Τα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας, όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα Αγοραστών
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)	19.450.454,00 € για ένα έτος και 38.900.908,00 € για τα δύο έτη
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	εντός 48 ωρών στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα εντός του Νομού Αττικής και 72 ωρών στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα εκτός του Νομού Αττικής, από την παραγγελία.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Τα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας, όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα Αγοραστών
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των Αγοραστών, και η ποσότητα παράδοσης δεν θα είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί σε χρόνο κάλυψης αναγκών σε ποσοτήτες 45 ημερών.

Πίνακας των υπό προμήθεια αγαθών

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SET)	ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SET) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €	ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
A1	Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες. (Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities).	3.026	1.700 €	5.144.200,00 €
A2	Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλής σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities).	202	3.700 €	747.400,00 €
A3	Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής βηματοδότησης, με προσαρμοζόμενη κοιλιακή συχνότητα (VDDR). (Single lead dual chamber rate responsive pacemakers without atrial pacing).	463	1.130 €	523.190,00 €
A4	Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων, με 2πολικό ηλεκτρόδιο στεφανιαίου κόλπου (Συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού). Three chamber pacemakers with ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac resynchronization therapy device- CRT).	37	3.800 €	140.600,00 €
A5	Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων με 4πολικό ηλεκτρόδιο στεφανιαίου κόλπου (Συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού). (Three chamber pacemakers with ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac resynchronization therapy device- CRT).	19	3.800 €	72.200,00 €
A6	Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR) και με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες (Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).	1.480	1.100 €	1.628.000,00 €

A7	Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR), με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe, Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).	50	1.908 €	95.400,00 €
A8	Βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδιο	44	7.000 €	308.000,00 €
B1	Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.	246	10.000 €	2.460.000,00 €
B2	Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.	124	10.000 €	1.240.000,00 €
B3	Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης και αλγόριθμο παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.	35	14.000 €	490.000,00 €
B4	Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης και αλγόριθμο παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.	18	14.800 €	266.400,00 €
B5	Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe defibrillator).	57	9.510 €	542.070,00 €

B6	Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων DDDR με πολύ υψηλή απινιδωτική έξοδο και δυνατότητα απινίδωσης και στον κόλπο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.	5	14.800 €	74.000,00 €
B7	Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων DDDR με πολύ υψηλή απινιδωτική έξοδο και δυνατότητα απινίδωσης και στον κόλπο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.	3	14.800 €	44.400,00 €
B8	Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με γεννήτρια μακράς διάρκειας και υψηλή απινιδωτική έξοδο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.	150	9.510 €	1.426.500,00 €
B9	Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με γεννήτρια μακράς διάρκειας και υψηλή απινιδωτική έξοδο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.	58	9.510 €	551.580,00 €
B10	Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με γεννήτρια μακράς διάρκειας και υψηλή απινιδωτική έξοδο ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe defibrillator).	22	12.500 €	275.000,00 €
B11	Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.	9	15.200 €	136.800,00 €
B12	Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.	31	9.510 €	294.810,00 €
B13	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.	96	10.490 €	1.007.040,00 €

B14	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.	33	10.490 €	346.170,00 €
B15	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.	20	10.490 €	209.800,00 €
B16	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.	19	10.490 €	199.310,00 €
B17	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy - defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.	3	20.340 €	61.020,00 €
B18	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy - defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.	3	20.340 €	61.020,00 €
B19	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση κόλπου και δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.	7	18.000 €	126.000,00 €

B20	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση κόλπου και δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.	8	18.000 €	144.000,00 €
B21	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), με 2πολικό ηλεκτρόδιο.	18	18.000 €	324.000,00 €
B22	Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), με 4πολικό ηλεκτρόδιο.	8	18.000 €	144.000,00 €
B23	Υποδόριοι απινιδωτές με υποδόριο απινιδωτικό ηλεκτρόδιο	9	16.500 €	148.500,00 €
Γ 1	Εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης (Insertable loop recorders)	98	1.880 €	184.240,00 €
Γ 2	Εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης (Injectable loop recorders)	14	2.486 €	34.804,00 €
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για όλες τις κατηγορίες των ειδών για ένα έτος χωρίς ΦΠΑ				19.450.454,00 €

Πίνακας Αγοραστών

1η ΥΠΕ	1	Γ.Ν.Α "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ"
	2	Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
	3	Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν .ΙΩΝΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ"
	4	Γ.Ν.Α "ΛΑΙΚΟ"
	5	ΓΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
	6	ΓΝ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
	7	ΓΝΑ "Κ.Α.Τ."
	8	ΓΝΑ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"
	9	Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α."Η ΣΩΤΗΡΙΑ"
	10	ΓΝΑ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ"
2η ΥΠΕ	11	Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"
	12	Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ» - Γ.Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
	13	ΓΝ "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ"
	14	ΓΝ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"-Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"-Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"
	15	Γ.Ν ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"
	16	Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"
3η ΥΠΕ	17	Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
	18	ΓΝΘ "Γεώργιος Παπανικολάου"
4η ΥΠΕ	19	1ο ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
	20	Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
	21	ΠΓΝ "ΕΒΡΟΥ-ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΓΝ "ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ"
	22	ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
	23	Π.Γ.Ν.Θ."ΑΧΕΠΑ"
5η ΥΠΕ	24	ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
6η ΥΠΕ	25	ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ("ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"-ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚ. ΔΥΤ. ΕΛΛ. "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ")
	26	ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
	27	ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"
7η ΥΠΕ	28	ΠΑΓΝΗ-ΓΝ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης τους, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (Α΄120), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Β΄2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο ΠΔ 60/07 και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/07.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα, σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, (περίπτωση α΄) του άρθρου 157 του Ν.4281/14, δεν απαιτείται υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/13 (Α΄120) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1.2.1.1.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι:

- ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
- v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :

- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
- 31 παρ. 4, 5 και 6
- 32 παρ. 4 και 5
- 35 παρ. 5, του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία ισχύος τους.

Η υπεύθυνη δήλωση **υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα**, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών **και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής**.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, ΙΚΕ.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.

ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153).

Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Η υπεύθυνη δήλωση **υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα**, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και **δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής**.

1.2.1.1.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του ΠΔ 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπο τους.

1.2.1.1.4. Αποστολή δείγματος **δεν απαιτείται** κατά την υποβολή της προσφοράς, αλλά ο προμηθευτής, εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά δείγματα που θα ζητηθούν.

1.2.1.1.5. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα προσφερόμενα είδη των τριών τελευταίων ετών ή για όσο διάστημα λειτουργεί η επιχείρηση, με μνεία για κάθε παράδοση:

1. του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα του προσφερόμενου προϊόντος

2. της ημερομηνίας παράδοσης
3. της ποσότητας παράδοσης

1.2.1.1.6. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, **δήλωση** που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 ΠΔ 118/07).

1.2.1.1.7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.2.1.1.8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.

1.2.1.1.9. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά την παραγωγική διαδικασία, όπως λεπτομερέστερα ζητούνται στους Γενικούς Όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2.1.1.10. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου (1.2.1.1.9.) αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκομίζονται από τον προσφέροντα.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου **«Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»** που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

1.2.1.2.2. Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.

1.2.1.2.3. Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07

Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά **επί ποινή απόρριψης** στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω:

1.2.2.1. Τιμές

- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, **θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, **η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής **απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**
- Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις

α- Η προσφορά **απορρίπτεται** και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

I. Τιμή μονάδος (συστήματος-σετ) σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους επιβαρύνσεις, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών στις αποθήκες των Αγοραστών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

II. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Στην προσφορά του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν: ΜΤΠΥ 1,5%, Χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ Χαρτόσημο 20% επί χαρτοσήμου ΜΤΠΥ, Υπέρ ψυχικής υγείας 2%, Φόρος προμηθευτών 4%, Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%, ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση.

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς, ανά είδος, χωρίς ΦΠΑ.

- Για την υλοποίηση από τον αγοραστή (Νοσοκομείο), της συμφωνίας πλαίσιο, απαιτείται επαναδιαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με υποβολή νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς, και με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

- Νοείται ότι η τιμή της εκτελεστικής σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία ο προσφέρων συμμετέχει στην συμφωνία πλαίσιο.

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής

Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Προμηθευτή και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγοραστή προς τον Προμηθευτή θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνεται αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, καταστατικό εταιρείας και νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.), και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του προμηθευτή ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (και εντός δύο μηνών από την κατάθεση των τιμολογίων και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (Α΄107), παραγρ.Ζ, υποπαράγρ. Ζ.5).

Οι τιμές, τόσο της συμφωνίας πλαίσιο, όσο και οι τιμές που θα προκύψουν από τους επαναδιαγωνισμούς, θα είναι δεσμευτικές, και θα περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν θα περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Στην περίπτωση Παραγγελιών για μικρές ποσότητες, δεν προβλέπεται αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές. Ο Προμηθευτής δε δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον των προσφερομένων τιμών που ορίζονται στη συμφωνία πλαίσιο.

Οι τιμές θα δηλώνονται μόνο σε Ευρώ.

- Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ' αυτό οριζόμενα.

-

1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι :

- Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
 - Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε **(365) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
 - Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ΄ της συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
 - Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης, αποτελεί απαράβατο όρο και η μη αποδοχή του, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
 - Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 - Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 - Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
 - Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 - **Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά κατηγορία είδους (σύστημα - σετ).**
 - **Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για όλες τις κατηγορίες ειδών, ή για κάθε κατηγορία είδους χωριστά, αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά κατηγορία είδους.**
 - Για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, υπό τον όρο ότι το προσφερόμενο είδος, συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές της παρούσας.
- Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των προσφορών, θα αναδειχθούν: τρεις (3) μειοδότες ανά κατηγορία είδους.

A/A	Περιγραφή Αγαθών	Προμηθευτές	Προσφερόμενη τιμή
A1	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
A2	1. 2.	1. 2.	1. 2.

	3.	3.	3.
A3	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12.2.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών (Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά).
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Επίσης κατά την κρίση της ζητά τα απαραίτητα δείγματα των προς προμήθεια αγαθών.

3.1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών), η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό (ΕΠΥ) θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και την οικονομική αξιολόγησή τους. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.

Τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μπορεί να παρακολουθεί η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 9 του Ν. 4038/2012, που συμπληρώνει το Π.Δ. 118/07 με την προσθήκη του άρθρου 22Β.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, το “Σύστημα” παρέχει έγγραφη πλήρη και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Η ανωτέρω επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού θα συντάξει σχετικό πρακτικό, με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του πλειστηριασμού καθώς και τις αρχικές ηλεκτρονικές οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η συνολική τιμή, ανά κατηγορία είδους, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα προσφερόμενη τιμή ανά είδος, εγγράφως σε δύο αντίγραφα ΥΑ 1862/12 (Β΄680).

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι:

4.1.1. Οι Έλληνες πολίτες:

4.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

ι) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

4.1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

4.1.1.4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων **4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4** εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

4.1.2. Οι αλλοδαποί:

4.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1.

4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν

σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

4.1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

4.1.2.4. Πιστοποιητικά των κατά περίπτωση αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών, της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

4.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

4.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

4.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)

4.1.4. Οι συνεταιρισμοί:

4.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι **ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου** δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 4.1.1.1.

4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων **4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4** της παραγράφου 4.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων **4.1.2.2, 4.1.2.3 και 4.1.2.4.** της παραγράφου 4.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.3.2 της παραγράφου 4.1.3.

4.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

4.1.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι:

4.2.1. Βεβαίωση τραπεζής για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

4.2.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ – ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.

Όταν κατά τη σύναψη της Συμφωνίας πλαίσιο με ανοικτό διαγωνισμό ένας ή περισσότεροι από τους επιλεχθέντες προμηθευτές, δεν προσκομίσουν ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στο

άρθρο 8α του ίδιου Π.Δ., επιλέγονται για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο οι προμηθευτές με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των προμηθευτών.

Αν κανένας από τους προμηθευτές, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ΄» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 (Α΄ 51), μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (Α΄66) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Β΄1675) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΔ 118/07. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.

8.2. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

8.3. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, συντάσσει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση.

8.4. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές.

8.5. Μετά το σχετικό προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές, με την οποία τους καλεί σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για να υπογράψουν τη Συμφωνία πλαίσιο.

Από την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους προμηθευτές, η Συμφωνία πλαίσιο θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση συμφωνία πλαίσιο) που ακολουθεί, έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

9. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

9.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε από την Υπηρεσία για να υπογράψει την Συμφωνία πλαίσιο, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της ΕΠΥ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει εκτελεστική σύμβαση της Συμφωνίας πλαίσιο, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της ΕΠΥ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και του Δ.Σ του αγοραστή (Νοσοκομείο).

Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη εκτελεστική σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ 118/07.

9.2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 34 του Π.Δ 118/07.

9.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α. Η Συμφωνία πλαίσιο ή η εκτελεστική αυτής σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το αγαθό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας πλαίσιο, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία πρέπει να καλύπτει το 0,5% της συνολικής αξίας του τμήματος της συμφωνίας πλαισίου (και για τα δύο έτη), χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ισχύος έως την επιστροφή της στην Τράπεζα, επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων, από τους δύο συμβαλλόμενους. Επειδή το υλικό είναι διαιρετό, και η παράδοση του θα γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις θα αποδεσμεύονται ισόποσα και αναλογικά, κατ' έτος, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας πλαισίου, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το

άρθρο 157, παρ. 1 περ. β, του Ν. 4281/14. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η εκτελεστική σύμβαση ειδικότερα, ορίζει.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάρπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14.

10.2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του ΠΔ 118/07) ή να μετατίθεται.

11. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000 ΕΥΡΩ

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα εξής Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος των εταιρειών αυτών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.

2. Ως προς ό,τι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη εταιρεία (ή η τυχόν άλλης νομικής μορφής οντότητα, στην οποία συμμετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή με την προσφορά της:

(α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

(β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

3. Οι ανωτέρω, υπό στοιχ. (1) υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση,

ισχύουν τα εξής:

(α) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των εταιρειών αυτών.

(β) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας.

(γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.

4. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

(β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.

(γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα, από την ανακηρυχθείσα ανάδοχο εταιρεία, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (β) και (γ) πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρείας, η οποία να έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

5. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της

δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους:

- (α) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (α) της ανωτέρω περ. (3).
- (β) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (β) της ανωτέρω περ. (3)
- (γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (γ) της ανωτέρω περ. (3), σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία !ενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της υποψήφιας εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

6. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγ. 5 του ΠΔ 82/1996, όπως τροποποιημένο ισχύει.

7. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

8. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του ΠΔ 82/1996, όπως τροποποιημένες ισχύουν.

9. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή της ανώνυμης εταιρείας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητας στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρεία, στον παρόντα διαγωνισμό.

10. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία του διαγωνισμού αυτού υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο αποβεί θετικός, θα ακολουθήσει η υπογραφή της Σύμβασης.

13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, και δεν δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας πλαισίου.

Κατ' εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής, για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ.

14. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, Β' 1317) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Όλοι οι προμηθευτές που έχουν υπογράψει την Συμφωνία πλαίσιο, συμμετέχουν υποχρεωτικά στον επαναδιαγωνισμό, μετά από Πρόσκληση που υποχρεωτικά τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τον εκάστοτε αγοραστή (Νοσοκομείο) και υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός 10 ημερών ηλεκτρονικά, φάκελο με νέα κλειστή οικονομική προσφορά.

Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της συμφωνίας πλαισίου των υπό προμήθεια αγαθών **δεν δύναται να τροποποιηθούν από τους αγοραστές** (Νοσοκομεία) κατά την διενέργεια της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

1- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
<p>Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ΕΣΗΔΗΣ</p>

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του επαναδιαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και **φέρουν ψηφιακή υπογραφή**.

Αν κάποιος προμηθευτής δεν υποβάλει προσφορά, ο Αγοραστής (Νοσοκομείο) οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΠΥ, η οποία, ως Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και καταπίπτει υπέρ του δημοσίου, η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθ. 34 του ΠΔ 118/2007. Στην ανωτέρω περίπτωση καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός προμηθευτή, η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους προμηθευτές μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης με τον μειοδότη προμηθευτή.

Ο προμηθευτής δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους επαναδιαγωνισμούς μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώνει τους λόγους ανωτέρας βίας και να υποβάλλει πλήρη και λεπτομερή φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΠΥ), η οποία, θα αποφασίσει σχετικά.

2- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (Α΄ 2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Β΄ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο Π.Δ 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

2.2 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, **το οποίο υπογράφεται ψηφιακά** και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προμηθευτής επισυνάπτει **ψηφιακά υπογεγραμμένα** τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης.

2.3 Στον ίδιο ηλεκτρονικό φάκελο συνυποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (75/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι οι προμηθευτές που έχουν υπογράψει την Συμφωνία πλαίσιο, εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης βάσει της οποίας συνήφθη η Συμφωνία πλαίσιο. Η υπεύθυνη δήλωση **υπογράφεται ψηφιακά** από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

3- ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του αγοραστή (Νοσοκομείο), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Τα αρμόδια συλλογικά όργανα κατά την επαναληπτική διαδικασία συγκροτούνται με μέριμνα του αγοραστή (Νοσοκομείο).

3.1 Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία που διενεργεί τον επαναδιαγωνισμό, θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.

Την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, μπορεί να παρακολουθεί η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 9 του Ν. 4038/2012, που συμπληρώνει το Π.Δ. 118/07 με την προσθήκη του άρθρου 22Β.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, το “Σύστημα” παρέχει έγγραφη πλήρη και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού θα συντάξει σχετικό πρακτικό, με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του πλειστηριασμού καθώς και τις αρχικές ηλεκτρονικές οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν, ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η συνολική τιμή, ανά είδος προμήθειας, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα προσφερόμενη τιμή ανά είδος, εγγράφως σε δύο αντίγραφα, ΥΑ 1862/12 (Β΄680).

4- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

4.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο επιλεγείς προμηθευτής καλείται να υποβάλλει στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των παρ. 4.1 και 4.2 του Παραρτήματος Β΄ της Δ/ξης πριν την σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (παρ. 2, άρθρο 6, ΠΔ 118/2007) από την

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. (ειδικότερα για όσα από αυτά έχει λήξει η ισχύς τους, κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής ειδοποίησης).

4.2 Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 10.1 του παραρτήματος Β της παρούσης και τα εκάστοτε οριζόμενα στο Ν. 4281/14.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, υποβάλλεται από τον προσφέροντα, ηλεκτρονικά, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, σε μορφή αρχείου pdf και το πρωτότυπο, προσκομίζεται από αυτόν, στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του επαναδιαγωνισμού, σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

5- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

5.1 Στους επαναδιαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στο άρθρο 8α του ίδιου Π.Δ, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο επαναδιαγωνισμός ματαιώνεται.

5.2 Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 ή στο άρθρο 8α του ίδιου Π.Δ, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά των προσφερόντων στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της συμφωνίας πλαίσιο, υποβάλλονται από αυτούς ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τους ίδιους φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου **υπογράφονται ψηφιακά** από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.

6- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β της παρούσας Δ/ξης.

Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο.

7- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.1 Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του επαναδιαγωνισμού στον προμηθευτή, με τον οποίο πρόκειται να

υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο και τον καλεί να υπογράψει την ανωτέρω σύμβαση σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω ανακοίνωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του επαναδιαγωνισμού, η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

7.2- Ο αγοραστής (Νοσοκομείο) διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα για τον επαναδιαγωνισμό ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

7.3- Ο αγοραστής (Νοσοκομείο) διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

7.4- Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την απόφαση διενέργειας επαναδιαγωνισμού ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτή.

7.5- Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

8- ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ή να μετατίθεται (αρ. 26 του Π.Δ 118/07).

Επισημαίνεται ότι οι Αγοραστές οφείλουν να ενημερώνουν την Αναθέτουσα Αρχή, για τα αποτελέσματα των επαναληπτικών Δ/σμών. Πιο συγκεκριμένα, μόλις ο Αγοραστής αναρτήσει την εκτελεστική Σύμβαση στο ΚΗΜΔΗΣ, αποστέλλει ενημερωτικό σημείωμα με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης του Μητρώου ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ), στην ΕΠΥ, προκειμένου Η Αναθέτουσα Αρχή, να είναι σε θέση να αποτυπώσει την συγκεντρωτική εικόνα των αποτελεσμάτων της Συμφωνίας Πλαίσιο.

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση και παραλαβή των αγαθών γίνεται σύμφωνα με τα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 έως 28 του ΠΔ 118/07.

9.1. Οι Παραγγελίες των Προϊόντων θα υποβάλλονται **υποχρεωτικά, από τους αγοραστές**, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ν.4254/14 (Α΄ 85) όπως εκάστοτε ισχύει, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο. Η παρακολούθηση των παραγγελιών θα γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:

- Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να ισχύουν και μετά την λήξη των συμβάσεων συμφωνία πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι:
 - ✓ οι συμβάσεις αυτές έχουν υπογραφεί πριν την λήξη των αρχικών συμβάσεων συμφωνία πλαίσιο και
 - ✓ υπάρχει υπόλοιπο ποσότητας από τη συνολική κατακυρωθείσα ποσότητα.

- Επίσης οι αγοραστές δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να προσθέσουν επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές κατά τη διενέργεια των μίνι μειοδοτικών διαγωνισμών ούτε να προμηθεύονται τα είδη αυτά εκτός συμφωνίας πλαισίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ 118/07.

Σημειώνεται ότι:

1. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές όπου αναφέρεται ο όρος «νέας τεχνολογίας κατασκευής» ή «σύγχρονης τεχνολογίας», οι εταιρείες υποχρεούνται να προσφέρουν το τελευταίο εμπορικά διαθέσιμο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου, με τις τυχόν αναβαθμίσεις αυτού.
2. Οι βηματοδότες Α1-Α7 θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρόδια παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης, κατά την επιλογή του ιατρού, καθώς και από υποκλείδιους εισαγωγείς.
3. Σε όλους τους απινιδωτές θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει η δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης από την οικία των ασθενών (Home/remote monitoring).
4. Οι προσφερθείσες τιμές υποχρεωτικά θα αφορούν στην τιμή ανά σύστημα (σετ), και υποχρεωτικά, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν στην προσφορά τους και ανάλυση της τιμής του κάθε είδους που θα περιλαμβάνει το σύστημα (δηλ. της συσκευής, των ηλεκτροδίων και των συνοδών αναλώσιμων υλικών), με και χωρίς το ΦΠΑ.
Η προσφερθείσα τιμή της κάθε συσκευής, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 80% της συνολικής τιμής του αντίστοιχου συστήματος (σετ) για τους βηματοδότες και το 75% της συνολικής τιμής του αντίστοιχου συστήματος (σετ) για τους απινιδωτές.
5. Οι αγοραστές, θα μπορούν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους που αφορούν σε αντικαταστάσεις ήδη τοποθετημένων σε ασθενείς συσκευών βηματοδοτών ή απινιδωτών, για τις οποίες δεν απαιτείται η προμήθεια ολόκληρου του συστήματος (σετ), να προβαίνουν σε επαναδιαγωνισμούς, για την προμήθεια μόνο των συσκευών, σε τιμές που δεν θα υπερβαίνουν το 80% της συνολικής τιμής που αναγράφεται στη σύμβαση - συμφωνία πλαισίου, για το αντίστοιχο σύστημα (σετ) για τους βηματοδότες, καθώς και το 75% της συνολικής τιμής που αναγράφεται στη σύμβαση- συμφωνία πλαισίου, για το αντίστοιχο σύστημα (σετ), για τους απινιδωτές. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, οι συσκευές δεν θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια και τα συνοδά αναλώσιμα υλικά.
6. Οι αγοραστές, θα μπορούν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους που αφορούν σε αντικατάσταση λόγω βλάβης ή μετακίνησης κάποιου ηλεκτροδίου/ων, και μόνο εφόσον δεν απαιτείται η προμήθεια ολόκληρου του συστήματος (σετ), να προβαίνουν σε επαναδιαγωνισμούς για την προμήθεια μόνο του/των ηλεκτροδίου/ων που χρήζουν αντικατάσταση και σε τιμές που δεν θα υπερβαίνουν για κάθε ηλεκτρόδιο του βηματοδότη το 15% της συνολικής τιμής του βηματοδοτικού συστήματος (σετ), που αναγράφεται στη σύμβαση- συμφωνία πλαισίου, και το 10% της συνολικής τιμής του αμφικολιακού απινιδωτικού συστήματος (σετ) για το κολπικό ηλεκτρόδιο, και το 10% για το ηλεκτρόδιο του στεφανιαίου κόλπου και το 20% για το απινιδωτικό ηλεκτρόδιο του αντίστοιχου συστήματος (σετ).
Στην περίπτωση αυτή και μόνο, θα παρέχονται τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια της υπάρχουσας συσκευής και δεν θα αποτελούν τμήμα του βηματοδοτικού ή απινιδωτικού συστήματος (σετ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Τα κατατιθέμενα Prospectus θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, **ψηφιακά υπογεγραμμένη**, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
2. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

ΛΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συμφωνία πλαίσιο θα ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.
2. Οι αγοραστές (Νοσοκομεία) θα έχουν το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της Εκτελεστικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση και η παρακολούθηση της Εκτελεστικής Σύμβασης, (Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής, Πληρωμές κ.λ.π.) θα γίνεται από τους Αγοραστές (Νοσοκομεία). Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, από τους Αγοραστές (Νοσοκομεία).

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Σ Τ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ			
Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής όπου κατασκευάζονται τα προσφερόμενα συστήματα (σετ). Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO-9001:2000 ή ISO 13485:2003, το οποίο και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.	ΝΑΙ		
Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ «ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»- ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών, είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική (β) ΚΥΑ σήμανση CE.	ΝΑΙ		
Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.	ΝΑΙ		
Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι διαθέτουν ανά πάσα στιγμή του 24ώρου (συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εορτών) καθ' όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας κάθε εμφυτευθείσας συσκευής σε ασθενή, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανήματα για τον έλεγχο και ρύθμιση των συσκευών, όποτε τους ζητηθεί από τα καρδιολογικά κέντρα. Οι τεχνικοί που αναλαμβάνουν τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την κατασκευάστρια εταιρία.	ΝΑΙ		
Ο κατασκευαστικός οίκος μέσω των προσφερόντων να	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
διαβεβαιώσει ότι το εξειδικευμένο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για τον έλεγχο των συσκευών θα είναι διαθέσιμα για την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους.			
Τα ηλεκτρόδια (διαφλέβια και επικαρδιακά) πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πλήρως συμβατά με τους προσφερόμενους βηματοδότες και απινιδωτές.	ΝΑΙ		
Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα πρέπει, υποχρεωτικά, να περιλαμβάνει τους κατάλληλους ηλεκτροκαθετήρες κοιλιακής, κολπικής βηματοδότησης και απινιδώσης παθητικής ή ενεργητικής καθήλωσης, ώστε να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συσκευών, τους απαραίτητους υποκλείδιους εισαγωγείς, καθώς και όλα τα απαραίτητα συνοδά υλικά για την εμφύτευση κάθε συσκευής.	ΝΑΙ		
Τα ηλεκτρόδια (διαφλέβια και επικαρδιακά) πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πλήρως συμβατά με τις προσφερόμενες συσκευές, και οι προσφερόμενες συσκευές να μπορούν να συνδεθούν με απαγωγές-ηλεκτρόδια βηματοδοτικά και απινιδωτικά όλων των κατασκευαστικών οίκων.	ΝΑΙ		
Οι προσφερθείσες τιμές υποχρεωτικά θα αφορούν στην τιμή ανά σύστημα (σετ), και υποχρεωτικά, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν στην προσφορά τους και ανάλυση της τιμής του κάθε είδους που θα περιλαμβάνει το σετ (δηλ. της συσκευής, των ηλεκτροδίων και των συνοδών αναλωσίμων υλικών), με και χωρίς το ΦΠΑ. Η προσφερθείσα τιμή της κάθε συσκευής, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 80% της συνολικής τιμής του αντίστοιχου σετ για τους βηματοδότες και το 75% της συνολικής τιμής του αντίστοιχου σετ για τους απινιδωτές.	ΝΑΙ		
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ			
Σε όλους τους απινιδωτές θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει η δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης από την οικία των ασθενών (Home/remote monitoring).	ΝΑΙ		
A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ			
A1 .Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες. (Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities).			
A1.Βασικά Χαρακτηριστικά:			
A1.Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης:	ΝΑΙ		
A1.Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1.	ΝΑΙ		
A1.Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης	ΝΑΙ		
A1.Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη	ΝΑΙ		
A1.Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A1.Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία	ΝΑΙ		
A1.Δυνατ. αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος.	ΝΑΙ		
A1.Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία	ΝΑΙ		
A1.Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία	ΝΑΙ		
A1.Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα	ΝΑΙ		
A1.Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής.	ΝΑΙ		
A1.Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες	ΝΑΙ		
A1. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		
A1.Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες:			
A1.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
A1.Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας.	ΝΑΙ		
A1.Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με το βηματοδότη.	ΝΑΙ		
A1.Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή.	ΝΑΙ		
A1.Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας.	ΝΑΙ		
A1.Διαγνωστικές ικανότητες:			
A1.Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ μέσω του βηματοδότη.	ΝΑΙ		
A1.Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.	ΝΑΙ		
A1.Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών.	ΝΑΙ		
A1.Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά.	ΝΑΙ		
A1.Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης σε κόλπο και κοιλία.	ΝΑΙ		
A1.Αλγόριθμοι πρόληψης κολπικών ταχυαρρυθμιών.	ΝΑΙ		
A1.Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας:			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A1.Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακόλουθων:			
A1.Μετρητής επιτάχυνσης, Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό, Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.	ΝΑΙ		
A2.Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities).			
A2.Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης, κατά την επιλογή του ιατρού, καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς.	ΝΑΙ		
A2.Βασικά Χαρακτηριστικά:			
A2.Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης:			
A2.Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης στον κόλπο και την κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1.	ΝΑΙ		
A2.Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης.	ΝΑΙ		
A2.Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A2.Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A2.Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία	ΝΑΙ		
A2.Δυνατ. αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος	ΝΑΙ		
A2.Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία	ΝΑΙ		
A2.Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία	ΝΑΙ		
A2.Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα	ΝΑΙ		
A2.Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής.	ΝΑΙ		
A2.Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες	ΝΑΙ		
A2.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		
A2.Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης από την οικία (Remote monitoring) των ασθενών.	ΝΑΙ		
A2.Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες:			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A2.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch)	ΝΑΙ		
A2.Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας.	ΝΑΙ		
A2.Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με το βηματοδότη.	ΝΑΙ		
A2.Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή.	ΝΑΙ		
A2.Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας.	ΝΑΙ		
A2.Διαγνωστικές ικανότητες:			
A2.Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ μέσω του βηματοδότη	ΝΑΙ		
A2.Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.	ΝΑΙ		
A2.Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών.	ΝΑΙ		
A2.Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά.	ΝΑΙ		
A2.Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης σε κόλπο και κοιλία.	ΝΑΙ		
A2.Αλγόριθμοι πρόληψης κολπικών ταχυκαρδιών (προαιρετικά).	ΝΑΙ		
A2.Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας:			
A2.Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
A2.Μετρητής επιτάχυνσης			
A2. Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό			
A2. Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
A3.Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής βηματοδότησης, με προσαρμοζόμενη κοιλιακή συχνότητα (VDDR). (Single lead dual chamber rate responsive pacemakers without atrial pacing).			
A3.Βασικά Χαρακτηριστικά:			
A3.Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης:			
A3. Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1.	ΝΑΙ		
A3.Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A3.Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A3.Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A3. Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A3. Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία.	ΝΑΙ		
A3.Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα.	ΝΑΙ		
A3.Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες.	ΝΑΙ		
A3.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		
A3.Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στην κοιλία και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος.	ΝΑΙ		
A3.Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες:			
A3.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
A3.Κοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας.	ΝΑΙ		
A3.Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με το βηματοδότη.	ΝΑΙ		
A3.Διαγνωστικές ικανότητες:			
A3.Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.	ΝΑΙ		
A3.Καταγραφή στατιστικών βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
A3.Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών.	ΝΑΙ		
A3.Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά.	ΝΑΙ		
A3.Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας:			
A3.Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
A3.Μετρητής επιτάχυνσης			
A3.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό			
A3.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.			
A4.Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων, με 2πολικό ηλεκτρόδιο στεφανιαίου κόλπου (Συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού). Three chamber pacemakers with ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac resynchronization therapy device-CRT).			
A4.Βασικά Χαρακτηριστικά:			
A4.Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης:			
A4. Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης στον κόλπο και στη δεξιά κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A4.Δυνατ.Διαφορ. συνδυασμών πολικότητας ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με διπολικό ηλεκτρόδιο σύνδεσης IS-1 για αμφικοιλιακή βηματοδότηση	ΝΑΙ		
A4. Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη	ΝΑΙ		
A4.Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A4.Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο τη δεξιά και την αριστερή κοιλία.	ΝΑΙ		
A4.Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο τη δεξιά και την αριστερή κοιλία.	ΝΑΙ		
A4.Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την δεξιά κοιλία.	ΝΑΙ		
A4.Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα.	ΝΑΙ		
A4.Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενη	ΝΑΙ		
A4.Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης από την οικία (Remote monitoring) των ασθενών.	ΝΑΙ		
A4.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
A4.Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες:			
A4.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
A4.Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας.	ΝΑΙ		
A4.Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με το βηματοδότη.	ΝΑΙ		
A4.Διαγνωστικές ικανότητες:			
A4.Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.	ΝΑΙ		
A4.Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης σε κόλπο και κοιλία.	ΝΑΙ		
A4.Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας:			
A4.Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
A4.Μετρητής επιτάχυνσης			
A4.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό			
A4.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.			
A5.Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων με 4πολικό ηλεκτρόδιο στεφανιαίου κόλπου (Συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού). (Three chamber pacemakers with ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac resynchronization therapy device- CRT).			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A5. Βασικά Χαρακτηριστικά:			
A5. Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης:			
A5. Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης στον κόλπο και στη δεξιά κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1.	NAI		
A5. Δυνατ. Διαφορ. συνδυασμών πολικότητας ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με τετραπολικό ηλεκτρόδιο σύνδεσης IS-4 για αμφικουλιακή βηματοδότηση	NAI		
A5. Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη	NAI		
A5. Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη.	NAI		
A5. Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο τη δεξιά και την αριστερή κοιλία.	NAI		
A5. Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο τη δεξιά και την αριστερή κοιλία.	NAI		
A5. Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και τη δεξιά κοιλία.	NAI		
A5. Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα.	NAI		
A5. Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενη	NAI		
A5. Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης από την οικία (Remote monitoring) των ασθενών.	NAI		
A5. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	NAI		
A5. Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες:			
A5. Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως ταχυαρρυθμιών (mode switch).	NAI		
A5. Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας.	NAI		
A5. Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με το βηματοδότη.	NAI		
A5. Διαγνωστικές ικανότητες:			
A5. Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.	NAI		
A5. Καταγραφή ποσοτών βηματοδότησης σε κόλπο και κοιλία.	NAI		
A5. Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας:			
A5. Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων:	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A5.Μετρητής επιτάχυνσης,			
A5.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό			
A5.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
A6.Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR) και με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες (Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).			
A6.Βασικά Χαρακτηριστικά:			
A6.Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης:			
A6. Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης με θύρες σύνδεσης IS-1.	ΝΑΙ		
A6.Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A6. Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A6.Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A6.Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος.	ΝΑΙ		
A6.Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη	ΝΑΙ		
A6.Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη	ΝΑΙ		
A6.Ανερέθιστη περίοδος: Προγραμματιζόμενη	ΝΑΙ		
A6.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		
A6.Διαγνωστικές ικανότητες:			
A6.Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.	ΝΑΙ		
A6.Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
A6.Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη.	ΝΑΙ		
A6.Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας:			
A6.Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
A6.Μετρητής επιτάχυνσης			
A6.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό			
A6.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
A7.Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR), με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe, Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A7.Βασικά Χαρακτηριστικά:			
A7.Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς για διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας,	ΝΑΙ		
A7. με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς.	ΝΑΙ		
A7.Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης-βηματοδότησης με θύρα σύνδεσης IS-1.	ΝΑΙ		
A7.Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A7.Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A7.Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A7.Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος.	ΝΑΙ		
A7.Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A7.Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη.	ΝΑΙ		
A7.Ανερέθιστη περίοδος: Προγραμματιζόμενη	ΝΑΙ		
A7.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		
A7. Διαγνωστικές ικανότητες:			
A7.Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο.	ΝΑΙ		
A7.Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
A7.Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη.	ΝΑΙ		
A7.Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας:			
A7.Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
A7.Μετρητής επιτάχυνσης			
A7.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό			
A7.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
A8.Βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδιο			
A8.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ		
A8.Να εμφυτεύονται ενδοκαρδιακά με ειδική συσκευή	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A8.Να υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης του βηματοδότη με ειδική συσκευή	ΝΑΙ		
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ			
B1.Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.			
B1.Να διαθέτει Αλγόριθμο Ελαχιστοποίησης της Κοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B1.Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου τόσο στον κόλπο όσο και στην κοιλία.	ΝΑΙ		
B1.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B1.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B1.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου <=40cc και να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		
B1.Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι >=35 J, διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B1.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία.	ΝΑΙ		
B1.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B1.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας	ΝΑΙ		
B1.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B1.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B1.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B1.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B1.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B1.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B1.Μετρητής επιτάχυνσης			
B1Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό			
B1Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B1.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B1.Να έχει προγραμματιζόμενο AV Delay	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B1.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	NAI		
B1.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock	NAI		
B1.Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	NAI		
B1.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF	NAI		
B1.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-1 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	NAI		
B2.Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.			
B2.Να διαθέτει Αλγόριθμο Ελαχιστοποίησης της Κοιλιακής βηματοδότησης.	NAI		
B2.Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου τόσο στον κόλπο όσο και στην κοιλία.	NAI		
B2.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	NAI		
B2.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	NAI		
B2.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου <=40cc και να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	NAI		
B2.Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι >=35 J, διαθέσιμη από το 1ο shock.	NAI		
B2.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία.	NAI		
B2.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	NAI		
B2.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας	NAI		
B2.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	NAI		
B2.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	NAI		
B2.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	NAI		
B2.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	NAI		
B2.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B2.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	NAI		
B2.Μετρητής επιτάχυνσης,			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B2.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B2.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.			
B2.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	NAI		
B2.Να έχει προγραμματιζόμενο AV Delay	NAI		
B2.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	NAI		
B2.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock	NAI		
B2.Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	NAI		
B2.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF	NAI		
B2.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	NAI		
B3.Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης και αλγόριθμο παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.			
B3.Αλγόριθμος παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού.	NAI		
B3.Να διαθέτει Αλγόριθμο Ελαχιστοποίησης της Κοιλιακής βηματοδότησης.	NAI		
B3.Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου τόσο στον κόλπο όσο και στην κοιλία.	NAI		
B3.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου <=40cc και να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 χρόνια.	NAI		
B3.Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι >=35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	NAI		
B3.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity)	NAI		
B3. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	NAI		
B3.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία.	NAI		
B3.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	NAI		
B3.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	NAI		
B3.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B3.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B3.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B3.Να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B3.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B3.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
B3.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B3.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B3.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.			
B3.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B3.Να έχει προγραμματιζόμενο AV Delay.	ΝΑΙ		
B3.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B3.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B3.Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B3.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B3.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF1 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B4.Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης και αλγόριθμο παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.			
B4.Αλγόριθμος παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού.	ΝΑΙ		
B4.Να διαθέτει Αλγόριθμο Ελαχιστοποίησης της Κοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B4.Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου τόσο στον κόλπο όσο και στην κοιλία.	ΝΑΙ		
B4.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου <=40cc και να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 χρόνια.	ΝΑΙ		
B4.Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι >=35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B4.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(Sensitivity),			
B4. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	NAI		
B4.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία.	NAI		
B4.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	NAI		
B4.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	NAI		
B4.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	NAI		
B4.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	NAI		
B4.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	NAI		
B4.Να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	NAI		
B4.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B4.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	NAI		
B4.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B4.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B4.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.			
B4.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισης κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	NAI		
B4.Να έχει προγραμματιζόμενο AV Delay.	NAI		
B4.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	NAI		
B4.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	NAI		
B4.Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	NAI		
B4.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	NAI		
B4.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	NAI		
B5.Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο για αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe defibrillator).			
B5.Νέα τεχνολογία κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια,	NAI		
B5. ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ειδικών καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς.			
B5.Να διαθέτει Αλγόριθμο Ελαχιστοποίησης της Κοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B5.Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου τόσο στον κόλπο όσο και στην κοιλία.	ΝΑΙ		
B5. Η συσκευή να είναι μικρού όγκου <=40cc και δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		
B5.Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι >=35J, διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B5.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία.	ΝΑΙ		
B5.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B5.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B5.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity)	ΝΑΙ		
B5. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B5.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B5.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών -στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B5.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B5.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B5.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B5.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
B5.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B5.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B5.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.			
B5.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B5.Να έχει προγραμματιζόμενο AV Delay.	ΝΑΙ		
B5.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B5.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B5.Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B5.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B5.Νέα τεχνολογία κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων.	ΝΑΙ		
B5.Ασφαλείς για τη διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων.	ΝΑΙ		
B5.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B6.Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων DDDR με πολύ υψηλή απινιδωτική έξοδο και δυνατότητα απινίδωσης και στον κόλπο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.			
B6.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B6.Να έχει αλγόριθμο για πρόληψη και αυτόματη καρδιοανάταξη παθολογικών Κολπικών Ταχυκαρδιών.	ΝΑΙ		
B6.Να διαθέτει Αλγόριθμο Ελαχιστοποίησης της Κοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B6.Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου σε κόλπο και κοιλία.	ΝΑΙ		
B6.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου ≤ 40 cc και να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 5 χρόνια.	ΝΑΙ		
B6.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία.	ΝΑΙ		
B6.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B6.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B6.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B6. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B6.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B6.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B6.Προγράμματα ATP Θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B6.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B6.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B6.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
B6.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B6.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B6.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.			
B6.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B6.Να έχει προγραμματιζόμενο AV Delay.	ΝΑΙ		
B6.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B6.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B6.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B6.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B6.Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου στον κόλπο και την κοιλία.	ΝΑΙ		
B6.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF1 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B7.Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων DDDR με πολύ υψηλή απινιδωτική έξοδο και δυνατότητα απινίδωσης και στον κόλπο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.			
B7.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B7.Να έχει αλγόριθμο για πρόληψη και αυτόματη καρδιοανάταξη παθολογικών Κολπικών Ταχυκαρδιών.	ΝΑΙ		
B7.Να διαθέτει Αλγόριθμο Ελαχιστοποίησης της Κοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B7.Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου σε κόλπο και κοιλία.	ΝΑΙ		
B7.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου ≤ 40 cc και να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 5 χρόνια.	ΝΑΙ		
B7.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία.	ΝΑΙ		
B7.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B7.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B7.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(Sensitivity),			
B7. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	NAI		
B7.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	NAI		
B7.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	NAI		
B7.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	NAI		
B7.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	NAI		
B7.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B7.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	NAI		
B7.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B7.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B7.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.			
B7.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	NAI		
B7.Να έχει προγραμματιζόμενο AV Delay.	NAI		
B7.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	NAI		
B7.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	NAI		
B7.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	NAI		
B7.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	NAI		
B7.Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου στον κόλπο και την κοιλία.	NAI		
B7.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	NAI		
B8.Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με γεννήτρια μακράς διάρκειας και υψηλή απινιδωτική έξοδο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.			
B8.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου ≤ 40 cc και δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	NAI		
B8.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J, διαθέσιμη από το 1ο shock.	NAI		
B8.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity)	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B8.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B8.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία .	ΝΑΙ		
B8.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B8.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B8.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B8.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B8.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B8.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας			
B8.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
B8.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B8.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B8.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B8.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B8.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B8.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης	ΝΑΙ		
B8.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B8.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF1 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B9.Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με γεννήτρια μακράς διάρκειας και υψηλή απινιδωτική έξοδο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.			
B9.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου ≤ 40 cc και δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		
B9.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J, διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B9.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity)	ΝΑΙ		
B9,και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B9.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία .	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B9.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B9.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B9.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B9.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B9.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B9.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας			
B9.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
B9.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B9.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B9.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B9.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B9.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B9.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης	ΝΑΙ		
B9.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B9.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B10.Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με γεννήτρια μακράς διάρκειας και υψηλή απινιδωτική έξοδο ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe defibrillator).			
B10.Νέα τεχνολογία κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια,	ΝΑΙ		
B10.ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικών καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς	ΝΑΙ		
B10.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου ≤ 40 cc και να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 5 χρόνια.	ΝΑΙ		
B10.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J, διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B10.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B10. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B10.Προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης	ΝΑΙ		
B10. Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας	ΝΑΙ		
B10.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B10.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων	ΝΑΙ		
B10.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη	ΝΑΙ		
B10.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας.			
B10.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
B10.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B10.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B10.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.			
B10.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B10.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B10.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B10.Νέα τεχνολογία κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικού ηλεκτροδίου.	ΝΑΙ		
B10.Ασφαλείς για τη διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικού ηλεκτροδίου.	ΝΑΙ		
B10.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B10.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B11.Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.			
B11.Αλγόριθμος παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού.	ΝΑΙ		
B11.Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου στην κοιλία.	ΝΑΙ		
B11.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J, διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B11.Η συσκευή να είναι μικρού όγκου ≤ 40 cc και να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B11.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B11. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B11.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία .	ΝΑΙ		
B11.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B11.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B11.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B11.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B11.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B11.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας			
B11.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B11.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B11.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B11.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B11.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B11.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B11.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B11.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF	ΝΑΙ		
B11.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF1 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B12.Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας τύπου VVIR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και αλγόριθμο παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.			
B12.Αλγόριθμος παρακολούθησης της διαθωρακικής συσσώρευσης υγρού.	ΝΑΙ		
B12.Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου στην κοιλία.	ΝΑΙ		
B12. Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J, διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B12. Η συσκευή να είναι μικρού όγκου <=40cc και να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη.	ΝΑΙ		
B12.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity) υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B12.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από	ΝΑΙ		
B12.Να διαθέτει ασύρματη τηλεμετρία .	ΝΑΙ		
B12.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B12. Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B12.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B12.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B12.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B12.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B12.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B12.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B12.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B12.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B12.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B12.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B12.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B12.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF	ΝΑΙ		
B12.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B13.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resyn-chronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.			
B13.Με αυτόματο σύστημα υπολογισμού του βέλτιστου χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B13.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B13.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B13.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity)	ΝΑΙ		
B13.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B13.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B13.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B13.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B13. Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι >= 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B13.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B13.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας			
B13.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B13..Μετρητής επιτάχυνσης,			
B13.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B13.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B13.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B13.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B13.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B13.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B13.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B13.Δυνατ.διαφορ. συνδυασμών πολικότητας του ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με σύνδεση IS-1 για καλύτερη αμφικοιλιακή βηματοδότηση.	ΝΑΙ		
B13.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF1 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B13.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B14.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B14.Με αυτόματο σύστημα υπολογισμού του βέλτιστου χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B14.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B14.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B14.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B14. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B14.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B14.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B14.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B14.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B14.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR,	ΝΑΙ		
B14.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B14.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B14.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B14.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B14.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B14.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B14.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B14.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B14.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B14.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B14.Δυνατ. διαφορ. συνδυασμών πολικότητας του ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με σύνδεση IS-1 για καλύτερη αμφικοιλιακή βηματοδότηση.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B14.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B14.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B15.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.			
B15.Με σύστημα βελτιστοποίησης χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B15.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B15.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B15.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B15.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B15.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B15.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B15.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B15.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι >= 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B15.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B15.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B15.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B15.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B15.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B15.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B15.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B15.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B15.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B15.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B15.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B15. Δυνατότητα διαφορετικών συνδυασμών πολικότητας του ηλεκτροδίου του στεφαναίου κόλπου με τετραπολικό ηλεκτρόδιο σύνδεσης IS-4 για καλύτερη αμφικολιακή βηματοδότηση	ΝΑΙ		
B15.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF1 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B15.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B16.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.			
B16.Με σύστημα βελτιστοποίησης χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B16.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B16.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B16.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B16. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B16.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B16.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B16.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B16.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B16.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B16.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B16.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B16.Μετρητής επιτάχυνσης			
B16.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B16. Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B16.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B16.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B16.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B16.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B16.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B16.Δυνατ.διαφορ. συνδυασμών πολικότητας του ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με τετραπολικό ηλεκτρόδιο σύνδεσης IS-4 για καλύτερη αμφικοιλιακή βηματοδότηση.	ΝΑΙ		
B16.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B16.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B17.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy - defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.			
B17.Αλγόριθμος Διασφάλισης Βηματοδότησης της Θεραπείας επανασυγχρονισμού.	ΝΑΙ		
B17.Αλγόριθμος παρακολούθησης της Διαθωρακικής Συσσώρευσης Υγρού.	ΝΑΙ		
B17.Αλγόριθμος αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης των δυναμικών εξόδου.	ΝΑΙ		
B17.Μέγιστη βηματοδοτική έξοδος τουλάχιστον 7V σε όλα τα κανάλια. (RA, RV, LV)	ΝΑΙ		
B17.Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετάδοσης δεδομένων.	ΝΑΙ		
B17.Με σύστημα βελτιστοποίησης χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B17.Δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης.	ΝΑΙ		
B17.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B17.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B17.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B17.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B17.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B17.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B17.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B17.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι $\geq 35J$ διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B17.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B17.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B17.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
B17.Μετρητής επιτάχυνσης			
B17.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B17.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B17.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B17.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B17.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B17.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B17.Δυνατ. διαφορ. συνδυασμών πολικότητας του ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με σύνδεση IS-1 για καλύτερη αμφικοιλιακή βηματοδότηση.	ΝΑΙ		
B17.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B17.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF1 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B17.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B18.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy - defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.			
B18.Αλγόριθμος Διασφάλισης Βηματοδότησης της Θεραπείας επανασυγχρονισμού.	ΝΑΙ		
B18.Αλγόριθμος παρακολούθησης της Διαθωρακικής Συσσώρευσης Υγρού.	ΝΑΙ		
B18.Αλγόριθμος αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης των δυναμικών εξόδου.	ΝΑΙ		
B18.Μέγιστη βηματοδοτική έξοδος τουλάχιστον 7V σε όλα	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
τα κανάλια. (RA, RV, LV)			
B18.Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετάδοσης δεδομένων.	ΝΑΙ		
B18.Με σύστημα βελτιστοποίησης χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B18.Δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης.	ΝΑΙ		
B18.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B18.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B18.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B18.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B18.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B18. Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών- στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B18.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B18.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B18.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B18.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας			
B18.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B18.Μετρητής επιτάχυνσης			
B18.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B18.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B18.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B18.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B18.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B18.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B18.Δυνατ. διαφορ. συνδυασμών πολικότητας του ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με σύνδεση IS-1 για	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
καλύτερη αμφικολιακή βηματοδότηση.			
B18.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B18.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B18.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B19.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση κόλπου και δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy - defibrillator CRT-D) , με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1.			
B19.Αλγόριθμος Διασφάλισης Βηματοδότησης της Θεραπείας επανασυγχρονισμού.	ΝΑΙ		
B19.Αλγόριθμος για πρόληψη και αυτόματη καρδιοανάταξη παθολογικών κολπικών ταχυκαρδιών.	ΝΑΙ		
B19.Αλγόριθμος παρακολούθησης της Διαθωρακικής Συσσώρευσης Υγρού.	ΝΑΙ		
B19.Αλγόριθμος αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης των δυναμικών εξόδου.	ΝΑΙ		
B19.Μέγιστη βηματοδοτική έξοδος τουλάχιστον 7V σε όλα τα κανάλια. (RA, RV, LV)	ΝΑΙ		
B19.Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετάδοσης δεδομένων.	ΝΑΙ		
B19.Με σύστημα βελτιστοποίησης χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B19. Δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης.	ΝΑΙ		
B19. Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B19.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B19.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B19.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B19.Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B19.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B19.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B19.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι >= 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B19.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B19.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας			
B19.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων:	ΝΑΙ		
B19.Μετρητής επιτάχυνσης			
B19.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B19.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B19.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B19.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B19.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B19.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B19.Δυνατ.διαφορ. συνδυασμών πολικότητας ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με 4πολικό ηλεκτρόδιο σύνδεσης IS-4 για καλύτερη αμφικολιακή βηματοδότηση	ΝΑΙ		
B19.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF1 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		
B19.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B19.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B20.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και κολπική και κοιλιακή απινίδωση, σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF4.			
B20.Αλγόριθμος Διασφάλισης Βηματοδότησης της Θεραπείας επανασυγχρονισμού.	ΝΑΙ		
B20.Αλγόριθμος για πρόληψη και αυτόματη καρδιοανάταξη παθολογικών κολπικών ταχυκαρδιών.	ΝΑΙ		
B20.Αλγόριθμος παρακολούθησης της Διαθωρακικής Συσσώρευσης Υγρού.	ΝΑΙ		
B20.Αλγόριθμος αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης των δυναμικών εξόδου.	ΝΑΙ		
B20.Μέγιστη βηματοδοτική έξοδος τουλάχιστον 7V σε όλα τα κανάλια. (RA, RV, LV)	ΝΑΙ		
B20.Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετάδοσης δεδομένων.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B20.Με σύστημα βελτιστοποίησης χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B20.Δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης.	ΝΑΙ		
B20.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B20.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B20.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B20.και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B20.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B20.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B20.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B20.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B20.Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B20.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας			
B20.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B20.Μετρητής επιτάχυνσης			
B20.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B20.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B20.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B20.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B20.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B20.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B20.Δυνατ.διαφορ. συνδυασμών πολικότητας ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με 4πολικό ηλεκτρόδιο σύνδεσης IS-4 για καλύτερη αμφικοιλιακή βηματοδότηση	ΝΑΙ		
B20.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B20.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B20.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B21.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), με 2πολικό ηλεκτρόδιο στεφανιαίου κόλπου.			
B21.Αλγόριθμος Διασφάλισης Βηματοδότησης της Θεραπείας επανασυγχρονισμού.	ΝΑΙ		
B21.Αλγόριθμος παρακολούθησης της Διαθωρακικής Συσσώρευσης Υγρού.	ΝΑΙ		
B21.Αλγόριθμος αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης των δυναμικών εξόδου.	ΝΑΙ		
B21.Μέγιστη βηματοδοτική έξοδος τουλάχιστον 7V σε όλα τα κανάλια. (RA, RV, LV)	ΝΑΙ		
B21.Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετάδοσης δεδομένων.	ΝΑΙ		
B21.Με σύστημα βελτιστοποίησης χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B21.Δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης.	ΝΑΙ		
B21.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B21.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B21.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B21. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B21.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B21.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B21.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B21.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B21.Να διαθέτει τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR,	ΝΑΙ		
B21.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας;			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B21.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B21.Μετρητής επιτάχυνσης			
B21.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B21.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B21.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B21.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B21.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B21.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B21.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B21.Δυνατ. διαφορ. συνδυασμών πολικότητας του ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με ηλεκτρόδιο σύνδεσης IS-1 για καλύτερη αμφικοιλιακή βηματοδότηση.	ΝΑΙ		
B21.Νέα τεχνολογία κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά τη διενέργεια	ΝΑΙ		
B21. ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων.	ΝΑΙ		
B21.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια	ΝΑΙ		
B21.Νά δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B22.Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό και απινίδωση δεξιάς και αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), με 4πολικό ηλεκτρόδιο στεφανιαίου κόλπου.			
B22.Αλγόριθμος Διασφάλισης Βηματοδότησης της Θεραπείας επανασυγχρονισμού.	ΝΑΙ		
B22.Αλγόριθμος παρακολούθησης της Διαθωρακικής Συσσώρευσης Υγρού.	ΝΑΙ		
B22.Αλγόριθμος αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης των δυναμικών εξόδου.	ΝΑΙ		
B22.Μέγιστη βηματοδοτική έξοδος τουλάχιστον 7V σε όλα τα κανάλια. (RA, RV, LV)	ΝΑΙ		
B22.Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετάδοσης δεδομένων.	ΝΑΙ		
B22.Με σύστημα βελτιστοποίησης χρονισμού κολποκοιλιακής και διακοιλιακής βηματοδότησης.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B22.Δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης.	ΝΑΙ		
B22.Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας.	ΝΑΙ		
B22.Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.	ΝΑΙ		
B22.Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών ταχυκαρδιών (Sensitivity),	ΝΑΙ		
B22. και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (Specificity).	ΝΑΙ		
B22.Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια.	ΝΑΙ		
B22.Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.	ΝΑΙ		
B22.Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.	ΝΑΙ		
B22.Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 35 J διαθέσιμη από το 1ο shock.	ΝΑΙ		
B22.Να διαθέτει τα παρακάτω MODE βηματοδότησης: DDD, DDDR, VVI, VVIR.	ΝΑΙ		
B22.Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας:			
B22.Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:	ΝΑΙ		
B22.Μετρητής επιτάχυνσης,			
B22.Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό,			
B22.Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας			
B22.Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνώρισεως κολπικών ταχυαρρυθμιών (mode switch).	ΝΑΙ		
B22.Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min.	ΝΑΙ		
B22.Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock.	ΝΑΙ		
B22.Να μπορεί επίσης να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης.	ΝΑΙ		
B22.Να μπορεί να γίνει πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος για πρόκληση VT ή VF.	ΝΑΙ		
B22.Δυνατ.διαφορ. συνδυασμών πολικότητας του ηλεκτροδίου στεφανιαίου κόλπου με 4πολικό ηλεκτρόδιο σύνδεσης IS-4 για καλύτερη αμφικοιλιακή βηματοδότηση	ΝΑΙ		
B22.Νέα τεχνολογία κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά τη διενέργεια,			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B22. ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων.	ΝΑΙ		
B22.Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF4 και να διαθέτει τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια	ΝΑΙ		
B22.Νά δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη.	ΝΑΙ		
B23.Υποδίοιοι απινιδωτές με υποδίοιο απινιδωτικό ηλεκτρόδιο			
B23.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με δυνατότητα ασφαλούς απινιδώσης, συνοδευόμενη από ειδικό set εμφύτευσης του υποδίοιου ηλεκτροδίου.	ΝΑΙ		
Γ. Εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής			
Γ 1.Εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης (Insertable loop recorders)			
Γ1.Υποδορίως εμφυτευόμενες συσκευές καταγραφής κλειστής αγκύλης.	ΝΑΙ		
Γ1.Δυνατότητα ενεργοποίησης από τον ασθενή, μέσω ειδικού ενεργοποιητού.	ΝΑΙ		
Γ1.Ικανότητα αυτοενεργοποίησης επί καταγραφής αρρυθμίας.	ΝΑΙ		
Γ1.Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και καταγραφής κοιλιακής μαρμαρυγής, κοιλιακού πτερυγισμού και κοιλιακών ταχυκαρδιών.	ΝΑΙ		
Γ1.Να διαθέτει τη δυνατότητα προγραμματισμού παραμέτρων που καθορίζουν τη διάρκεια καταγραφής.	ΝΑΙ		
Γ1.Να διαθέτει τη δυνατότητα προγραμματισμού παραμέτρων που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των αρρυθμιών που αυτοενεργοποιούν τη συσκευή.	ΝΑΙ		
Γ1.Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας.	ΝΑΙ		
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΗΚΓΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ			
Γ2.Να είναι μικρού όγκου <=1,5cc.	ΝΑΙ		
Γ2.Να τοποθετούνται με ειδική συσκευή, χωρίς χειρουργική επέμβαση.	ΝΑΙ		
Γ2.Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας.	ΝΑΙ		

Απαιτείται υποβολή πλήρους Ηλεκτρονικού Εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς **ψηφιακά υπογεγραμμένου**. Ο Προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στη Διακήρυξη. Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαραίτατοι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ 118/07.

Οι εταιρείες στις οποίες θα κατακυρωθούν τα είδη της Δ/ξης υποχρεούνται, εφόσον ζητηθεί από τους Αγοραστές, να προσκομίσουν για κάθε οριστική παράδοση Δελτία Αποστολής, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει οι φάσεις βιομηχανοποίησης στα δηλωθέντα με την προσφορά τους εργοστάσια, προκειμένου στην συνέχεια οι Αγοραστές να προβούν στην πληρωμή τους.

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Αναφερόμενοι στην ανωτέρω προμήθεια, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι (παράγραφοι 1 έως και 11):

1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί για λογαριασμό της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ή των αγοραστών (Νοσοκομεία), στις περιπτώσεις των επαναδιαγωνισμών, αποκλειστικά στο internet site του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών (εφεξής αποκαλούμενο “Σύστημα”).

2. Ορισμοί:**2.1. Συμμετέχοντες:**

Δικαίωμα συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές των οποίων οι ηλεκτρονικές οικονομικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και είναι σε ισχύ.

Συμμετέχοντες στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό είναι όσοι εκ των ανωτέρω υποψηφίων προμηθευτών, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό (ΕΠΥ).

Στον επαναδιαγωνισμό για την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων, η συμμετοχή των προμηθευτών που έχουν υπογράψει συμφωνία πλαίσιο, είναι υποχρεωτική.

2.2. Αποδεκτή προσφορά:

Αποδεκτή προσφορά, ορίζεται αυτή που ικανοποιεί ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια:

2.2.1. Είναι χρονικά έγκυρη, δηλαδή καταγράφεται η άφιξή της στο Σύστημα εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασμού και των τυχόν παρατάσεων του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το χρόνο άφιξης της προσφοράς στο Σύστημα.

2.2.2 Να βελτιώνει τη συνολική τιμή ανά είδος, που έχει προσφέρει ο προμηθευτής, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπάνη για παράδοση αυτών ελευθέρων, χωρίς ΦΠΑ, τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το «βήμα», όπως ορίζεται κατωτέρω (4.3).

Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστημα γίνεται αποδεκτή εφόσον βελτιώνει το τίμημα εκκίνησης (4.2) που ισούται με το ανά είδος ή ομάδα είδους, προσφερόμενο τίμημα του προμηθευτή που αναδείχθηκε καταρχήν μειοδότης κατά την πρώτη πλήρη αξιολόγηση τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το βήμα που έχει οριστεί.

Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντος, για τον εάν αυτή έχει γίνει αποδεκτή ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τα ανωτέρω κριτήρια δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο του Πλειστηριασμού.

2.3 Ενεργής προσφορά:

Ενεργής προσφορά είναι η τελευταία χρονικά αποδεκτή προσφορά κάθε συμμετέχοντος στο Σύστημα.

3. Γενικοί Όροι που διέπουν τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό:**3.1. Γλώσσα**

Ο Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

3.2. Νόμισμα

Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός είναι το ΕΥΡΩ. Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, θα είναι χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπάνη, για παράδοση των ειδών ελευθέρων, και αφορούν στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, ανά είδος.

3.3. Τύπος Πλειστηριασμού

Ο Πλειστηριασμός είναι “μειοδοτικού τύπου.”

4. Ειδικοί όροι που διέπουν το Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό:**4.1 Διάρκεια**

Η διάρκεια του Πλειστηριασμού θα είναι **30 λεπτά**. Εάν όμως, εντός του τελευταίου **5λεπτου** πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασμού, υπάρχει προσφορά αποδεκτή στο Σύστημα και χαμηλότερη από την τρέχουσα βέλτιστη ενεργή προσφερθείσα τιμή στο Σύστημα, ο χρόνος διάρκειας του Πλειστηριασμού θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα **5λεπτο**. Δεν υπάρχει περιορισμός στην ανανέωση των παρατάσεων.

4.2. Τιμή εκκίνησης:

Τιμή εκκίνησης είναι το τίμημα της χαμηλότερης ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη, που θα προκύψει από την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, που υπεβλήθησαν στο διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται η υποβολή καμίας προσφοράς που ξεπερνά την τιμή εκκίνησης.

4.3. Βήμα**Βήμα της δημοπρασίας**

Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά στη **προσφερθείσα τιμή** και μειώνει την τελευταία αποδεκτή προσφορά του, τουλάχιστον κατά 2%.

5. Γενικοί Κανονισμοί Πλειστηριασμού

5.1. Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προμηθευτής που συμμετέχει, γνωρίζει τα κάτωθι βασικά στοιχεία του Πλειστηριασμού:

5.1.1. Την τιμή εκκίνησης. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή προσφοράς στο Σύστημα που ξεπερνά αυτό το ποσό.

5.1.2. Την κατάταξή του στον Πλειστηριασμό (εφόσον αυτός καταθέσει αποδεκτή προσφορά στο Σύστημα).

Η κατάταξη του κάθε προμηθευτή στο διαγωνισμό συνδέεται τόσο με την προσφορά του όσο και με τη χρονική στιγμή κατάθεσης της προσφοράς. Για παράδειγμα εάν ένας προμηθευτής υποβάλει την ίδια προσφορά με άλλον προμηθευτή, θα προηγείται σε κατάταξη (ΘΕΣΗ) ο προμηθευτής που χρονικά υπέβαλε **πρώτος την προσφορά του**, σύμφωνα με το χρόνο που η προσφορά παρελήφθη από το σύστημα. Ο προμηθευτής δεν θα έχει σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να γνωρίζει την καλύτερη υπάρχουσα προσφορά.

5.1.3. Τον υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας του Πλειστηριασμού.

5.2. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την ταυτότητα των προσφερόντων, τις άλλες τιμές που υποβάλλονται και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

5.3. Η χαμηλότερη προσφορά, που θα προκύψει μετά το πέρας του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, δεν συνεπάγεται και αυτόματη κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο συμμετέχοντα, αλλά αποτελεί μέρος της διαδικασίας στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

5.4. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πλειστηριασμού.

Οι προσφορές που υποβάλλονται στον Πλειστηριασμό δεν θα τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.

5.5. Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες του ίδιου συμμετέχοντος.

6. Χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού

Οι συμμετέχοντες στον ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, θα ειδοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, (ΕΠΥ ή αγοραστές-Νοσοκομεία), για το χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού, το οποίο

περιλαμβάνει την εκπαίδευση τους, την διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασμού και την διεξαγωγή του πραγματικού Πλειστηριασμού.

Ειδικότερα:

Η Αναθέτουσα Αρχή, (ΕΠΥ ή αγοραστές-Νοσοκομεία), αποστέλλουν σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή πρόσκληση συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό και φόρμα συλλογής στοιχείων με σκοπό την καταγραφή των χρηστών στο Σύστημα. Οι προμηθευτές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οφείλουν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, σε όλα τα προκαταρκτικά στάδια της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού (εκπαίδευση και διεξαγωγή εικονικού Πλειστηριασμού), εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την αποστολή των σχετικών προσκλήσεων.

Οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: <http://www.promitheus.gov.gr>.

Πριν τον πραγματικό Πλειστηριασμό θα προηγηθεί η εκπαίδευση, όπου θα δοθούν όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, καθώς και τεχνικές οδηγίες χρήσης.

Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασμός, προκειμένου οι προμηθευτές να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του πραγματικού Πλειστηριασμού.

Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του πραγματικού πλειστηριασμού, πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον εικονικό Πλειστηριασμό. Η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δεν ευθύνεται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος.

Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε υποβολή της προσφερόμενης τιμής στο Σύστημα, η οποία γίνεται από καταγεγραμμένους σε αυτό προμηθευτές, θεωρείται δεσμευτική νόμιμη δήλωση του συμμετέχοντος, στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό.

7. Υποδομή συμμετέχοντος

Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό απαιτείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόμενοι τουλάχιστον την ακόλουθη υποδομή:

7.1. Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	Ελάχιστες Απαιτήσεις
Screen Requirements:	
Resolution	1280x800
Screen Colors	256
Monitor Size	οποιοδήποτε
RAM Requirements	1 GB
Processors (CPU)	1.4 MHz
Remote Access	ADSL 2 Mbps or faster
Hard Drive Space Requirements	20GB
Software Requirements	Microsoft IE 9 or 11
	Firefox

7.2. Δίκτυο

Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών του Συστήματος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης <http://www.promitheus.gov.gr>

- Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).

- Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο Internet.

8. Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων

Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι συμμετέχοντες προμηθευτές θα παρακολουθήσουν ένα σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο, για τη χρήση του συστήματος Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών. Το σεμινάριο θα γίνει μέσω του διαδικτύου ή τηλεφωνικά ή εφόσον είναι εφικτό, με φυσική παρουσία των προμηθευτών, σε εκπαιδευτικό χώρο που θα τους υποδειχθεί. Το σεμινάριο θα είναι το ίδιο για όλους τους προμηθευτές.

Επιπρόσθετα, θα προγραμματιστεί και μία δοκιμαστική/εικονική διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, όπου οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμών με εικονικές τιμές. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το σύστημα και την εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού.

Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος επιδεικνύεται η μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω διαδικτύου στο σύστημα, καθώς και ο τρόπος υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος.

Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιγράφει σε απλά και κατανοητά βήματα, τα στάδια, για τη συμμετοχή του προμηθευτή στον Πλειστηριασμό.

9. Εικονικός Πλειστηριασμός

Στον εικονικό Πλειστηριασμό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν:

- την πρόσβαση διαδικτύου, στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών από μία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους.
- να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προς επίλυσή τους, πριν τον πραγματικό Πλειστηριασμό. Η επίλυση των τυχόν τεχνικών προβλημάτων θα γίνει σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ), η οποία και είναι η αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
- να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
- να εξοικειωθούν με το σύστημα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού.

Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μετά την ενημέρωση που θα γίνει και τον εικονικό Πλειστηριασμό στον οποίο θα συμμετάσχουν.

Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.

10. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα

Το Σύστημα έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού.

Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα:

10.1. Τεχνικό πρόβλημα του Συστήματος

- Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό πρόβλημα, θα διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο (ημερομηνία και ώρα), τον οποίο η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόμενους μέσω fax ή/και e-mail.

10.2. Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος

- Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση με το διαδίκτυο, βλάβη Η/Υ, κλπ) ενός συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή του.

- Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής συμμετέχοντος ή αδυναμίας υποβολής προσφερόμενης τιμής από το συμμετέχοντα.

11. Εγγυήσεις

- Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό δεν ευθύνεται και δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας.

- Επίσης, η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, δεν ευθύνεται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή του Συστήματος, που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα ανώτερης βίας).

ι) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ*[Ονομασία Τράπεζας]**[Κατάστημα]**[Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax]**[Ημερομηνία έκδοσης]**ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]*

Προς

.....

.....

.....

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ.*[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.]* ΕΥΡΩ *[ποσό]*.

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. *[αριθμητικά και ολογράφως]*, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας *[επωνυμία εταιρείας]* Δ/νση *[διεύθυνση της έδρας της εταιρείας]* για την καλή εκτέλεση της με αριθμ..... Συμφωνίας πλαίσιο, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια(αρ. διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 0,5% της συμβατικής χωρίς ΦΠΑ αξίας *[αριθμητικά η αξία της σύμβασης]* ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ii) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

[Όνομασία Τράπεζας]

[Κατάστημα]

[Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax]

[Ημερομηνία έκδοσης]

ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]

Προς

.....

.....

.....

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό].

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ/νση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την καλή εκτέλεση της με αριθμ..... εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια(αρ. διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής χωρίς ΦΠΑ αξίας [αριθμητικά η αξία της σύμβασης] ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αριθμός Σύμβασης - Συμφωνίας Πλαίσιο:..... /20.....

Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο: Συμφωνία Πλαίσιο (framework agreements *stricto sensu*)

για την προμήθεια CPV

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης- Συμφωνίας Πλαίσιο:.....

Ημερομηνία λήξεως Σύμβασης:.....

Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 (Α΄64), συμπληρωματικά δε με το Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 (Α΄ 150), το Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και την υπ΄ αριθμ. 1862/2012 ΚΥΑ (Β΄ 680).

Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας και παράδοσης των αγαθών, που θα απαιτούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Φορείς Διενέργειας.

Ορισμοί

Σ΄ αυτή τη Συμφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον κατωτέρω πίνακα:

Αγοραστής(ες)	Ορίζονται η Αναθέτουσα Αρχή ή/και οι Φορείς που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν παραγγελίες αγαθών υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Ημέρα(ες)	Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Παραγγελία(ες)	Ορίζεται η υποβολή αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον αγοραστή για την προμήθεια ειδών της Συμφωνίας – Πλαίσιο από την οποία θα προκύψουν οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις.
Παράδοση(σεις)	Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον προμηθευτή στις καθορισμένες τοποθεσίες παράδοσης, μετά από συγκεκριμένη παραγγελία/σύμβαση.
Προσφορά	Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή ως ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά για σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Συμφωνία Πλαίσιο	Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις παραγγελίες/εκτελεστικές συμβάσεις, αγορές και παραδόσεις που θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκειά της.
Απόφαση Διενέργειας Επαναδιαγωνισμού	Ορίζεται η απόφαση-πρόσκληση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς τους προμηθευτές που αναφέρονται στη Συμφωνία Πλαίσιο με την οποία καθορίζονται οι όροι οι οποίοι δεν καλύπτονται με την Συμφωνία Πλαίσιο, όπως ενδεικτικά η ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, ο τόπος και ο χρόνος παραλαβής, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής, οι κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις, ο αναλογών ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος καθώς και πρόσθετοι όροι τους οποίους ο αγοραστής κρίνει αναγκαίους, όμως σε καμία περίπτωση διαφορετικοί από εκείνους της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Επαναδιαγωνισμός	Ορίζεται η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις, με την οποία ανακηρύσσεται ο μειοδότης και στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση ανάμεσα στον αγοραστή και τον μειοδότη.

Εκτελεστική Σύμβαση	Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επαναδιαγωνισμού.
Αναθέτουσα Αρχή	Ορίζεται η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τοποθεσία(ες) Παράδοσης	Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδονται τα αγαθά όπως θα καθορίζονται από τον αγοραστή με κάθε παραγγελία/εκτελεστική σύμβαση.

Η ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:

- i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίστροφα
- ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων
- iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
- iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με κανένα τρόπο
- v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση.
- vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην Αθήνα σήμερα την του έτους, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εδρεύει, επί της οδού Αβέρωφ 12^Α Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Χρήστο Γιάνναρη, Πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»,

και

αφετέρου.....

.....

εφεξής καλούμενος ως ο Προμηθευτής.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την υπ. αριθ. από διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια
- 2) Την από και με αριθ. πρωτ. προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης και όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
- 3) Την υπ. αριθ. (θέμα ...) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή.
- 4) Την υπ. αριθ. απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 5) Τη με αρ. πρωτ. κατακυρωτική επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προμηθευτή.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**ΑΡΘΡΟ 1. Περιεχόμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο**

Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και τα παραρτήματα της διακήρυξης και αντικαθιστά όλη την προηγούμενη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε, αποτελώντας έτσι την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των Εμπλεκόμενων Μερών.

Παράρτημα Ι – Αγοραστές

Παράρτημα ΙΙ – Προϊόντα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο

2.1 Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο Προμηθευτής θα προμηθεύει τους Αγοραστές (Παράρτημα Ι) με συγκεκριμένα προϊόντα- είδη, όπως περιγράφηκαν στο παράρτημα Α΄ και ΣΤ΄ της διακήρυξης, και μετά την κατακύρωση, αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας σύμβασης, ύστερα από την ολοκλήρωση επαναδιαγωνισμών και τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων.

Ο επαναδιαγωνισμός θα διενεργείται μετά από απόφαση- πρόσκληση του Αγοραστή προς τους προμηθευτές, να υποβάλλουν κλειστή προσφορά για συγκεκριμένα αγαθά.

2.2 Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν αποτελεί δέσμευση εκ μέρους των Αγοραστών να υποβάλλουν Παραγγελίες. Δέσμευση θα υπάρχει μόνο εφόσον ένας Αγοραστής, υπογράψει

την εκτελεστική της συμφωνίας πλαισίου σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση του επαναδιαγωνισμού.

2.3 Η Συνολική αξία της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο ανέρχεται σε €.

ΑΡΘΡΟ 3. Αγοραστές

Οι Αγοραστές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι είναι εξουσιοδοτημένοι αλλά όχι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν τα είδη της συμφωνίας πλαισίου.

ΑΡΘΡΟ 4. Υποχρεώσεις

Όλοι οι προμηθευτές που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία πλαίσιο, συμμετέχουν υποχρεωτικά στον επαναδιαγωνισμό, μετά από Πρόσκληση που υποχρεωτικά τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τον εκάστοτε αγοραστή (Νοσοκομείο).

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας πλαίσιο, οι αγοραστές υποβάλουν παραγγελίες υποχρεωτικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά της παραγγελίας, ενώ ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον προμηθευτή **το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως έχει προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική (προσφερόμενη) τιμή με την οποία ο προμηθευτής συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο.**

Οι αγοραστές δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να προσθέσουν επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές κατά τη διενέργεια των επαναδιαγωνισμών ούτε να προμηθεύονται τα είδη αυτά εκτός της συμφωνίας πλαισίου.

ΑΡΘΡΟ 5. Κατηγορία Συμφωνιών Πλαίσιο

Αυτή η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται στα πλαίσια μιας Κατηγορίας Συμφωνιών Πλαίσιο για την προμήθεια συγκεκριμένων Προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, ενώ αντίστοιχες Συμφωνίες Πλαίσιο δύνανται να έχουν συναφθεί παράλληλα από την Αναθέτουσα Αρχή και με άλλους Προμηθευτές.

ΑΡΘΡΟ 6. Έναρξη και διάρκεια

Η Συμφωνία Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της και είναι έγκυρη για 2 έτη, ήτοι:

από έως

Εάν παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα κάποιου είδους, πριν την ημερολογιακή λήξη της σύμβασης, η σύμβαση για το είδος αυτό θεωρείται ότι εκτελέστηκε.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να ισχύουν και μετά την λήξη των συμβάσεων-συμφωνία πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι, οι συμβάσεις αυτές έχουν υπογραφεί πριν την λήξη της συμφωνίας πλαίσιο και εφόσον υπάρχει υπολειπόμενη ποσότητα από τη συνολική κατακυρωθείσα ποσότητα της συμφωνίας πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 7. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού€, ήτοι το 0,5% της συνολικής αξίας του τμήματος της συμφωνίας πλαισίου (και για τα δύο έτη), χωρίς ΦΠΑ, ισχύος μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων, από τους δύο συμβαλλόμενους. Επειδή το υλικό είναι διαιρετό, και η παράδοση του θα γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις θα αποδεσμεύονται ισόποσα και αναλογικά, κατ' έτος, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας πλαισίου, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 157, παρ. 1 περ. β, του Ν. 4281/14. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της εκτελεστικής σύμβασης.

Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση – Μεταβίβαση Σύμβασης

Ο προμηθευτής, δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής και δεν δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας πλαίσιο.

Κατ' εξαίρεση, ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του, έναντι της αναθέτουσας αρχής, για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9. Γλώσσα

Τα Ελληνικά ορίζονται ως η γλώσσα της Συμφωνίας Πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 10. Αποδεικτικά και πιστοποιητικά

Κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από τη Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδια της αποδοχής του προμηθευτή στη Συμφωνία πλαίσιο από την Αναθέτουσα αρχή.

Επίσης εφόσον ζητηθεί από τη Αναθέτουσα Αρχή, ο Προμηθευτής, θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τα είδη, τις παραδόσεις, τις ποσότητες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, που σχετίζεται με τη Συμφωνία πλαίσιο και τις εκτελεστικές Συμβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 11. Παράδοση

Με την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να παραδίδει τα αγαθά σύμφωνα με τους όρους αυτής, εντός 48 ωρών στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα εντός του Νομού Αττικής και εντός 72 ωρών στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα εκτός του Νομού Αττικής, από την παραγγελία.

Τα αγαθά θα παραδίδονται στους αγοραστές και στους τόπους παράδοσης που θα καθορισθούν στην επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, από τους αγοραστές οι οποίοι ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Η προμήθεια των αγαθών και η παράδοση τους θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο και της εκτελεστικής σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του ΠΔ 118/07) ή να μετατίθεται.

Όλα τα Προϊόντα θα είναι υπό την ευθύνη του Προμηθευτή και ο Αγοραστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε Προϊόν μέχρι την υποβολή του πρακτικού παραλαβής, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία υποδηλώνει και την αποδοχή τους, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια ή η ζημιά προκλήθηκε ή συντελέστηκε εξ' υπαιτιότητας του Αγοραστή.

ΑΡΘΡΟ 12. Απόρριψη παράδοσης

Ο αγοραστής δύναται να απορρίψει την παράδοση αγαθών ή μέρος αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 33 του πδ 118/2007 (Α΄150).

ΑΡΘΡΟ 13. Κυρώσεις για καθυστερήσεις στην Παράδοση

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης φόρτωσης – παράδοσης των ειδών ισχύουν κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32 του πδ 118/2007 (Α΄150).

ΑΡΘΡΟ 14. Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε από την Υπηρεσία για να υπογράψει την Συμφωνία πλαίσιο, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της ΕΠΥ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει εκτελεστική σύμβαση της Συμφωνίας πλαίσιο, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, μετά από απόφαση της ΕΠΥ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, και του Δ.Σ του αγοραστή (Νοσοκομείο).

Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη εκτελεστική σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ 118/07.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 34 του Π.Δ 118/07.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α. Η Συμφωνία πλαίσιο ή η εκτελεστική αυτής σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το αγαθό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
- β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 15. Αποδεικτικά και πιστοποιητικά

Κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από τη Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά

που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά το στάδιο της αποδοχής του προμηθευτή στη Συμφωνία πλαίσιο από την Αναθέτουσα αρχή.

Επίσης εφόσον ζητηθεί από τη Αναθέτουσα Αρχή, ο Προμηθευτής, θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τα είδη, τις παραδόσεις, τις ποσότητες, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, που σχετίζεται με τη Συμφωνία πλαίσιο και τις σχετικές εκτελεστικές Συμβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 16. Τερματισμός

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού, μη προβλεπόμενου λόγου, που αυτή κρίνει δικαιολογημένο, με έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης.

Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας πλαίσιο, ο προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση των εκτελεστικών συμβάσεων.

Ο προμηθευτής δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό, πέραν του ορίου των ποσών που οφείλονται σε αυτόν, για αγαθά για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο ποιοτικής και

ποσοτικής παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της Συμφωνίας πλαίσιο.

Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του, όπως προκύπτουν από τη Συμφωνία πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 17. Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο κατ' αρχήν δεν επιτρέπονται.

Εξαιρέση αποτελεί η περίπτωση που ο Προμηθευτής, λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας, δύναται να προσφέρει νέα υλικά, εντός των όρων της διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά θα προσφέρονται στην ίδια τιμή εγγραφής στη συμφωνία πλαίσιο, θα αποτελούν λειτουργική βελτίωση του υπό προμήθεια είδους, σε αντικατάσταση συμβατικών ειδών, ύστερα από σχετικό γραπτό και λεπτομερές αίτημα του προμηθευτή, για το οποίο θα γνωμοδοτεί η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποφασίζει η Ολομέλεια της ΕΠΥ.

Μετά την υπογραφή της τροποποίησης, ο Προμηθευτής οφείλει να ενεργήσει για την εκτέλεση της τροποποίησης και θα δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως αν η εν λόγω τροποποίηση καθοριζόταν στην παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 18. Εμπιστευτικότητα

Κάθε Εμπλεκόμενο Μέρος υποχρεούται να χειρίζεται τις ευαίσθητες πληροφορίες που ανήκουν σε άλλο Εμπλεκόμενο Μέρος ως εμπιστευτικές και να τις διασφαλίζει αναλόγως. Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δε δύναται να αποκαλύπτει οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία που ανήκει σε άλλο Εμπλεκόμενο Μέρος, προς άλλο πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του πρώτου Εμπλεκόμενου Μέρους, εκτός αν η συμβολή των προσώπων αυτών είναι απαραίτητη σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζει την εκτέλεση των υποχρεώσεων των Εμπλεκόμενων Μερών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο ή εκτός και αν η αποκάλυψη επιτρέπεται από τις διατάξεις της Συμφωνίας Πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 19. Εφαρμοζόμενη νομοθεσία

Η ερμηνεία και η εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο θα γίνεται με βάση το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη Συμφωνία Πλαίσιο, θα υποβάλλεται στα Ελληνικά δικαστήρια.

Η Συμφωνία Πλαίσιο έχει συνταχθεί σε δύο (2) πρωτότυπα. Ένα προορίζεται για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα για τον Προμηθευτή.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:

ΑΓΑΘΟ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ:

Σήμερα την _____ του μηνός _____ του έτους _____ (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ), ημέρα _____ στο (το όνομα του αγοραστή), οι υπογεγραμμένοι: αφ' ενός ο/η κ. _____, (ιδιότητα του υπογράφοντος), που εκπροσωπεί με την ιδιότητά της αυτή το(όνομα αγοραστή), με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία «_____», ΑΦΜ _____, ΔΟΥ _____, που εδρεύει στη _____, Τ.Κ. _____, τηλ. _____, FAX _____, που νομίμως εκπροσωπείται από τον από τον κο/καμε ΑΔΤ.:, βάσει του υπ' αριθμ.Πρακτικού του ΔΣ (ΦΕΚ συγκρότησης ΔΣ σε σώμα), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Με βάση τη Δ/ξη ΕΠΥ και μετά την υπογραφή της αριθμ. Συμφωνίας Πλαίσιο διενεργήθηκε την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή**, για την προμήθεια, προϋπολογισθείσης δαπάνης € για την κάλυψη των αναγκών του

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω επαναδιαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ' αριθμ. Απόφαση, και με την υπ' αριθμ. Οριστική Ανακοίνωση κατακύρωσης (συμπληρώνεται και τυχόν πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: «.....» σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των€, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, και ποσοστού ΦΠΑ, ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.

Σύμφωνα με την 20977/23-8-2007 (Β'1673) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», η εταιρία υπέβαλε την από υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρ. 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρ. 3 του Ν. 3414/2005.

Ο κος/κα, με την παραπάνω ιδιότητά του/της αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, εφεξής καλούμενος ως ο Προμηθευτής και αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ1^ο**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Είναι η προμήθεια,, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ2^ο**ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΑΓΑΘΟ - ΑΞΙΑ - ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ**

Οι ποσότητες, τα αγαθά, οι τιμές και ο Αγοραστής για τον οποίο προορίζονται ορίζονται ως κατωτέρω:

Είδος	Κατασκευαστικό Οίκο	Κωδικό Εμπορίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (σε €) με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Αξία τεμαχίων:	€	
Πλέον Τρέχων ΦΠΑ	€	
Γενικό Σύνολο:	€	

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω αγαθών, ελεύθερων, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στο χώρο φύλαξης του αγοραστή, (αναγράφεται η δ/νση), για τον οποίο προορίζεται και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς τους.

Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ3°

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια αγαθά, που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα είναι καινούρια, αμεταχειρίστα και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή, η οποία καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/ξης, της Συμφωνίας πλαίσιοκαι της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας....., οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ4°

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Η παράδοση των υπό προμήθεια αγαθών θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος ____ () ωρών από την ημερομηνία της παραγγελίας, στους τόπους που προβλέπονται στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης δηλαδή: (αναγράφεται η διεύθυνση).

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρο 26 και 32 του Π.Δ 118/07).

Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κηρύξεως της προμηθεύτριας ως έκπτωτης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών της παρούσας σύμβασης θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ 118/2007, στον τόπο παράδοσης, εντός ____ () ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτών.

Άρθρο5°

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η **πληρωμή** της αξίας των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, μετά από την διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής,

με έκδοση στο όνομα του προμηθευτή «.....» χρηματικού εντάλματος, μέχρι του ποσού των€ και θα βαρύνει τον ως το Παράρτημα Β΄, παρ. ... της Δ/ξης αναφέρεται, ήτοι: **(συμπληρώνεται κατά περίπτωση)**

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.

Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης ___/___, οι οποίες ανέρχονται σε ____% συνολικά και θα αποδοθούν στα δικαιούχα ταμεία από την αρμόδια για την πληρωμή Υπηρεσία ως εξής: **(αναγράφονται τα ταμεία με το αντίστοιχο ποσοστό):**

Διευκρινίζεται ότι:

1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο, χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον προμηθευτή, στην αρμόδια Υπηρεσία, πιστοποιητικού Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7.
2. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (Άρθρο 24 του Ν. 2198/94 Α΄43).
3. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από τον προμηθευτή στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ΄ αριθμ. εγγυητική επιστολή εκ ποσού € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την καλή εκτέλεση της παρούσης.

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάρπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τροποποίηση της παρούσας γίνεται με συμφωνία των μερών σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρθ. 24 του Π.Δ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σεόμοια πρωτότυπα.

Από τα παραπάνω πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα του αγοραστή, το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του προμηθευτή, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄19), του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (Α΄43), του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις τις οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (Α΄64), και του Π.Δ. 118/07 (Α΄150), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, των οποίων ο προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους

όρους της Δ/ξης με αριθμ., της με αριθμ. Συμφωνίας Πλαίσιο και της με αριθμ
.....επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας και την τεχνική και οικονομική προσφορά του
προμηθευτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Για την Προμηθεύτρια Εταιρία

.....

.....