



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Αθήνα, 21/4/2016

Αρ. πρωτ. 2352

Ταχ. Δ/ση: Αβέρωφ 12^Α

Τ.Κ.: 10433, Αθήνα

Τηλ: 213 2037542

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 78 ΚΑΙ ΑΠΟ 23.03.2016 ΚΑΙ
30.03.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

Την 23^η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00' συνήλθε δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων η Ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπό την προεδρία της Προέδρου της Πετρούλας - Αναστασίας Σαρτζετάκη. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες, εκτός της ίδιας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απόστολος Σίνης και τα μέλη της Φλώρα Νικολοπούλου, Ιωάννης Βρεττός, Ασπασία-Αθηνά Βολακάκη, Χαράλαμπος Πεττεμερίδης και Αθηνά Καπότη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η υπάλληλος της Επιτροπής Ζωή Λαμπηδώνη. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συζήτηση την 23^η Μαρτίου 2016 όλων των θεμάτων για τα οποία ελήφθη απόφαση παρίσταντο αδιαλείπτως τα ως άνω επτά (7) μέλη. Η 78^η συνεδρίαση της Επιτροπής διακόπηκε στις 15.00' και συνεχίστηκε, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών της, την 30^η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00', στον ίδιο ως άνω τόπο με τα θέματα που επέμεναν προς συζήτηση και ολοκληρώθηκε στις 14.00' της ίδιας ημέρας. Κατά τη συζήτηση της 30^η Μαρτίου 2016 όλων των θεμάτων για τα οποία ελήφθη απόφαση παρίσταντο αδιαλείπτως τα ως άνω επτά (7) μέλη της Επιτροπής.

Β' ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Πρόγραμμα εγκατάστασης μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (O₂) στα δημόσια νοσοκομεία

Τα παριστάμενα μέλη της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας λαμβάνουν υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του στοιχείου ιδ) του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134/18.6.2007), όπως αυτά τα άρθρα ισχύουν σήμερα.

II.1. Την εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.» που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδριάσή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδριάσή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι.).

2. Την οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίστευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδριάσή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι), (ΑΔΑ ΨΒ4Ζ465ΦΥΟ-Γ23).

III. Την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 66^η και από 11.11.2015 και 16.11.2015 συνεδριάσεις της (θέμα 6^ο) «Σύσταση επιτροπής υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών για μηχανήματα παραγωγής Ο₂» (ΑΔΑ 6ΗΨ9465ΦΥΟ-2ΑΤ).

IV. Τη με αρ. πρωτ. Ε.Π.Υ. 1435/09.03.2016 πράξη της επιτροπής υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών για μηχανήματα παραγωγής Ο₂ η οποία έχει κατά λέξη ως εξής: «Η προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για την εγκατάσταση μηχανημάτων παραγωγής οξυγόνου στα νοσοκομεία της χώρας επιχειρείται στο πλαίσιο oligοπωλιακών συνθηκών που είχαν επιβληθεί από τις εταιρείες πώλησης οξυγόνου. Το κόστος κτήσης βρισκόταν αλλά και μέχρι σήμερα σε υπερβολικά υψηλές τιμές και παρά τις προσπάθειες της πολιτείας (παρατηρητήριο τιμών κτλ). Η εγκατάσταση μηχανημάτων στα νοσοκομεία με πλήρη τεχνική κάλυψη και υψηλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ, αλλά και με διασφαλισμένες και τις τρεις γραμμές τροφοδοσίας που ρητά ορίζει η νομοθεσία με αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη της αναδόχου εταιρείας θα μας οδηγεί σε συρρίκνωση του συγκεκριμένου κόστους. Η εμπειρία μας και τα στοιχεία μας οδηγού στο ασφαλές συμπέρασμα ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα με πολύ σημαντικό όφελος. Ο σχεδιασμός υλοποίησης αυτής της πολιτικής απόφασης θα μας οδηγήσει σε ΣΙΓΟΥΡΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αποτελέσματα. Η εγκατάσταση μηχανημάτων σε μεγάλα και ανά περιφέρεια νοσοκομεία θα είναι ένα ισχυρό όπλο για την μείωση των τιμών και έτσι να θα οδηγηθούμε σε χαμηλό κόστος προμήθειας οξυγόνου συνολικά στο ΕΣΥ. Συγκεκριμένα:

Α) 1^η Υ.Πε

Νοσοκομείο Παιδών «Αγία Σοφία» & «Αγλαΐα Κυριακού»

Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» & Γ.Ν. «Γεννηματάς»

Β) 2^η Υ.Πε. (υπολείπονται πέντε νησιά):

1. Γ.Ν. Ρόδου
2. Γ.Ν. Μυτιλήνης
3. Γ.Ν. Σάμου «Βοστάνειο»
4. Κ.Θ.- Κ.Υ. Λέρου
5. Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυθήρων
6. Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
7. Γ.Ν. Νίκαιας

Γ) 3^η Υ.Πε

1. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
2. Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Δ) 4^η Υ.Πε.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Ε) 5^η Υ.Πε.

1. Γ.Ν. Λαμίας
2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ΣΤ) 6^η Υ.Πε.:

1. Γ.Ν. Κέρκυρας
2. Γ.Ν. Κεφαλονιάς
3. Γ.Ν. Ζάκυνθο
4. Γ.Π.Ν. Ιωαννίνων

Ζ) 7^η Υ.Πε

1. Π.Α.Γ.Ν.Η.
2. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «BENIZEΛΕΙΟ»

Η επιλογή αυτών των νοσοκομείων γίνεται με κριτήρια:

α) υψηλών καταναλώσεων άρα και πολύ χαμηλών τιμών γρήγορων αποσβέσεων.

β) ύπαρξης κατάλληλων χώρων.

γ) υποδομών σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πλήρωση των οποίων θα εξεταστεί.

Προτείνεται να αποφύγουμε σε ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ εγκαταστάσεις σε μικρά νοσοκομεία (εκτός νησιών) διότι λόγω μικρών καταναλώσεων οι αποσβέσεις επενδύσεων είναι υψηλές άρα μη συμφέρουσες από τις τιμές αγορά υγρού από τις προσδοκώμενες νέες τιμές που θα αναγκαστούν οι εταιρείες να προσφέρουν.

Με αυτά τα δεδομένα εισηγούμεθα την συγκεκριμένη πρόταση προς έγκριση και υλοποίηση από το Δ.Σ. της Ε.Π.Υ.»

2) Την χρήση των εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για οποιοδήποτε φορέα επιθυμεί την εγκατάσταση Μονάδων παραγωγής αέριου Ο₂... »

V. Τη με αρ. πρωτ. ΕΠΥ 1528/2016 εισήγηση του Τμήματος Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας.

VI. Το γεγονός ότι δεν έχει έως σήμερα εγκριθεί με Κ.Υ.Α. ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Για όλους τους ανωτέρω επάλληλους λόγους

Αποφασίζουν, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους, ομόφωνα την έγκριση του προγράμματος εγκατάστασης μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (O₂) σε δημόσια νοσοκομεία, το οποίο έχει ως εξής:

A. Προτείνεται η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (O₂) κατά προτεραιότητα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	Νοσοκομείο	Υγειονομική Περιφέρεια
1	Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» από κοινού με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»	1 ^η
2	Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» από κοινού με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»	1 ^η
3	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»	2 ^η
4	Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»	2 ^η
5	Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»	2 ^η
6	Κρατικό Θεραπευτήριο- Κέντρο Υγείας Λέρου	2 ^η
7	Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Κυθήρων	2 ^η
8	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»	2 ^η
9	Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»	2 ^η
10	Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»	2 ^η
11	Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης	3 ^η

	«Γ. Παπανικολάου»	
12	Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»	3 ^η
13	Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης	4 ^η
14	Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας	5 ^η
15	Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας	5 ^η
16	Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας	6 ^η
17	Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας	6 ^η
18	Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος»	6 ^η
19	Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων	6 ^η
20	Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου	7 ^η
21	Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»	7 ^η

Β. Είναι δυνατή η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (O_2) και στα υπόλοιπα, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, δημοσίων νοσοκομείων της χώρας. Συνιστάται, ωστόσο, σε όσα δημόσια νοσοκομεία είναι τεχνικά δυνατή η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (O_2) και δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, η διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια οξυγόνου σε υγρή ή αέρια μορφή, δηλαδή διαγωνισμών στους οποίους επιτρέπονται προσφορές τόσο προμήθειας υγρού οξυγόνου όσο και εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής αερίου οξυγόνου, οι οποίες τελικά θα συγκρίνονται μεταξύ τους με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (άλλως, υπό το φως της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, με μοναδικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που στηρίζεται αποκλειστικώς στην τιμή). Επίσης, συνιστάται η συνεργασία των δημοσίων νοσοκομείων που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα και επιθυμούν να εγκαταστήσουν μονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (O_2) σε αυτά με την κατά τόπο αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, για την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό της επιδιωκόμενης εγκατάστασης, όπως, λ.χ., για την αξιολόγηση της δυνατότητας εγκατάστασης κοινής μονάδας παραγωγής αερίου οξυγόνου (O_2) για γειτνιάζοντα δημόσια νοσοκομεία.

Γ. Για την εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (O_2) επιτρέπεται η χρήση των τεχνικών προδιαγραφών που κατωτέρω εγκρίνονται, δυνάμει της απόφασης που λαμβάνεται στο θέμα 3^ο από τα εκτός ημερησίας διατάξεως θέματα του παρόντος πρακτικού που

επιγράφεται «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για μονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (O_2) από τα δημόσια νοσοκομεία». Τα δημόσια νοσοκομεία είναι ελεύθερα να αποφασίζουν, εντός του νομοθετικού πλαισίου, τον τρόπο προμήθειας των μονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (O_2) που επιθυμούν να εγκαταστήσουν, δηλαδή εάν θα τις προμηθεύονται, λ.χ., με αγορά ή με παραχώρηση της χρήσης τους. Επομένως, η διαδικασία της μίσθωσης που αναφέρεται στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική.

Δ. Παρέχεται στα δημόσια νοσοκομεία που πρόκειται να εγκαταστήσουν μονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (O_2) τεχνογνωσία, εφόσον το επιθυμούν, από την επιτροπή υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών για μηχανήματα παραγωγής οξυγόνου (O_2), η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 66^η και από 11.11.2015 και 16.11.2015 συνεδριάσεις της (θέμα 6^ο), (ΑΔΑ 6ΗΨ9465ΦΥΟ-2ΑΤ). Η τεχνογνωσία αυτή αφορά τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, ιδίως ως προς την προσαρμογή των μηχανημάτων στις χωροταξικές ιδιαιτερότητες του φορέα, στις ιδιαιτερότητες των αναγκών κατανάλωσης οξυγόνου (O_2) και των εφεδρειών που απαιτούνται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ