



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 26.10.2011
Α.Π. 9033

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Ζαχάρωφ 3
115 21, Αθήνα
Τηλ : 213 2010402,403
FAX : 2132010418

Προς
Κ.κ. Διοικητές Υ.Πε. (με ευθύνη
τους να ενημερώσουν τους φορείς
εποπτείας τους)

**ΘΕΜΑ : «Αποστολή αποσπάσματος Πρακτικού
Συνεδρίασεως Ε.Π.Υ»**

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα του πρακτικού της υπ' αριθμ.75/29-09-2011 (θέμα 20^ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. σχετικά με **«Τροποποίηση α) των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα συστήματα Αξονικού Τομογράφου 16 Τομών, τύπου Α και Β και Μαγνητικού Τομογράφου 1.5 Tesla και β) των ειδικών όρων της διακήρυξης για την προμήθεια των μηχανημάτων ».**

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον πίνακα των επικαιροποιημένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για **συστήματα Αξονικής Τομογραφίας 16 Τομών, τύπου Α και Β και σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας 1,5 Tesla (5/10/2011)** και το κείμενο των επικαιροποιημένων ειδικών όρων της διακήρυξης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που α) ο φορέας διενέργειας **έχει ήδη προκηρύξει το διαγωνισμό** για την προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού με τις προηγούμενες εγκεκριμένες από την ΕΠΥ ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές και β) **δεν έχουν υποβληθεί ένδικα μέσα από τις προμηθεύτριες εταιρίες** παρακαλείσθε να μην λάβετε υπ' όψιν την συνημμένη απόφαση της ΕΠΥ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.



Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Καστανιώτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ζαχάρωφ 3
Ταχ. Κώδ. : 115 21, Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 2010402 και 403
Fax : 2132010418

Αθήνα, 26/10/2011
Αρ. Πρωτ. 9033

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75/29-9-2011**

Σήμερα την 29^η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Προέδρου η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας υπό την προεδρία της κας Αικατερίνης Καστανιώτη, στην οποία ήταν παρόντες εκτός της ίδιας, ο Αντιπρόεδρος κ. Απόστολος Μίγκας και τα μέλη κ.κ Κων/νος Ράνος, Μιχάλης Νικολαΐδης, Μυρσίνη Ουζουνέλλη, Παναγής Μπενετάτος, Ελισσάβετ Γεωργιάδου.

Απουσίαζαν τα μέλη κ.κ. Μιχάλης Κακούρος και Μαρία Βουδούρη.

Χρέη γραμματέως έκανε η κα Δήμητρα Ζέγκου.

Κατόπιν άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: «Τροποποίηση α) των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα συστήματα Αξονικού Τομογράφου 16 Τομών, τύπου Α και Β και Μαγνητικού Τομογράφου 1.5 Tesla και β) των ειδικών όρων της διακήρυξης για την προμήθεια των μηχανημάτων ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Υ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 και 7 του νόμου 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134 Α'/18.06.2007), «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4, του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α'/11.5.2010), «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ' αριθμ. 6588/21.7.2011(ΦΕΚ Β',1650/25.07.2011) Κοινή Απόφαση των Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013».
4. Τα υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 12247/23-09-2010, 12248/23-09-2010, 12262/23-09-2010 και 12502/28-09-2010 έγγραφα της Ε.Π.Υ., με τα οποία συστάθηκαν επιστημονικές επιτροπές για τη σύνταξη των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ 13081/11.10.2010 απόσπασμα πρακτικού της αρ.31/08-10-2010 (θέμα 1^ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. σχετικά με «Έγκριση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για Ψηφιακό Μαστογράφο, Σύστημα Υπολογιστικής Τομογραφίας, Συγκρότημα Μαγνητικής Τομογραφίας, γ-camera, PET-CT.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 28924/17.11.2010 έγγραφο του ΕΚΕΒΥΛ, το οποίο μας διαβίβασε τις επικαιροποιημένες ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για Αξονικό Τομογράφο 16 τομών, Μαγνητικό Τομογράφο 1.5 Tesla, Ψηφιακό Αγγειογράφο δύο (2) τύποι μηχανημάτων, Ψηφιακό Μαστογράφο δύο (2) τύποι μηχανημάτων, γ – camera και PET – CT.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ 15631/21.12.2010 απόσπασμα πρακτικού της αρ.43/16.12.2010 (θέμα25^ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. σχετικά με «Έγκριση επικαιροποιημένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών» .
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 29261/22.12.2010 έγγραφο του ΕΚΕΒΥΛ σχετικά με τις παραμέτρους των διαστάσεων των τεχνικών προδιαγραφών στα αναφερόμενα μεγέθη, οι οποίες είναι αποδεκτές σε αποκλίσεις της τάξης του $\pm 1\%$.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 29466/18.01.2011 έγγραφο του ΕΚΕΒΥΛ με το οποίο διαβιβάστηκαν «Ειδικοί όροι διακήρυξης » και « Σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης –επισκευής μηχανημάτων».

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 29475/19.01.2011 έγγραφο του ΕΚΕΒΥΛ, σχετικά με τους συντελεστές βαρύτητας των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το οποίο οι συντελεστές βαρύτητας των τεχνικών προδιαγραφών αθροίζουν το 70%. Το υπόλοιπο 30% μπορεί να κατανεμηθεί ως εξής : Προσφερόμενος χρόνος εγγύησης 15%, Χρόνος Παράδοσης 5%, Εκπαίδευση - Τεχνική Υποστήριξη 10% .
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1700/17.02.2011 απόσπασμα πρακτικού της αρ. 48/19.01.2011 (Θέμα 1^ο) Συνεδρίασης της ΕΠΥ σχετικά με « Έγκριση για α) συντελεστές βαρύτητας για τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων, β) ειδικούς όρους διακήρυξης και γ) σύμβαση συντήρησης για τα μηχανήματα για τα οποία έχουν συνταχθεί ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από την ΕΠΥ και θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 ».
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 8219/26.09.2011 προσφυγή της εταιρίας INTRAHEALTH Α.Ε. κατά του ΓΝ Ξάνθης σχετικά με την αριθμ. 11479/26.08.2011 διακήρυξη για την προμήθεια ενός (1) Συγκροτήματος Αξονικής Τομογραφίας.
13. Η από 21/9/2011(α.π. ΕΠΥ 8146) Προδικαστική προσφυγή της εταιρίας SIEMENS Α.Ε. κατά του Γ.Ν. Ξάνθης σχετικά με τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου 16 τομών.
14. Την υπ' αρ.πρωτ.8023/20.09.2011 προδικαστική προσφυγή της εταιρίας SIEMENS Α.Ε. κατά του ΓΝ Καλαμάτας σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Μαγνητικού Τομογράφου.
15. Την υπ' αρ.πρωτ. 8378/3.10.2011 προδικαστική προσφυγή της εταιρίας SIEMENS Α.Ε. κατά του ΓΝ Καλαμάτας σχετικά με την αριθμ. 5/2011 διακήρυξη του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Αξονικού Τομογράφου 16 τομών.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 8441/4.10.2011 προδικαστική προσφυγή της εταιρίας SIEMENS Α.Ε. κατά του ΓΝ Δράμας σχετικά με την αριθμ. 3/2011 διακήρυξη του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Αξονικού Τομογράφου.

17. Την υπ' αρ. πρωτ. 8563/10.10.2011 προσφυγή της εταιρίας INTRAHEALTH Α.Ε. κατά του ΓΝ Δράμας σχετικά με την αριθμ. 3/2011 διακήρυξη του Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Αξονικού Τομογράφου .

18. Το υπ' αριθμ. 31521/6.10.2011 έγγραφο του ΕΚΕΒΥΛ σχετικά με τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων Αξονικής Τομογραφίας τύπου Α και Β καθώς και του συστήματος Μαγνητικής Τομογραφίας 1.5 Tesla, από την αρμόδια τεχνική επιτροπή.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα

Την τροποποίηση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων Αξονικής Τομογραφίας 16 Τομών, τύπου Α και Β, καθώς και του συστήματος Μαγνητικής Τομογραφίας 1.5 Tesla από την αρμόδια τεχνική επιτροπή, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο υπ' αρ. πρωτ. 31521/6.10.2011 έγγραφο του ΕΚΕΒΥΛ, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην ΕΠΥ.

Την τροποποίηση των ειδικών όρων της διακήρυξης προκειμένου να εκτελεστεί η προμήθεια των ανωτέρω μηχανημάτων.

Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού αποτελούν οι επισυναπτόμενοι πίνακες των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών (1^η Επικαιροποίηση 5/10/2011) για τα ως άνω αναφερόμενα συστήματα βιοϊατρικού εξοπλισμού και το κείμενο των ειδικών όρων της διακήρυξης.

Η Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Ζέγκου Δήμητρα

Αικατερίνη Καστανιώτη

