



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ζαχάρωφ 3
Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 2010402
Fax: 2132010418

Αθήνα 24/11/2011
Αρ. Πρωτ. 10098

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 80 / 4-11-2011**

Σήμερα την 4^η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Προέδρου η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας υπό την προεδρία της κας Αικατερίνης Καστανιώτη, στην οποία ήταν παρόντες εκτός της ίδιας ο Αντιπρόεδρος κ. Απόστολος Μίγκας και τα μέλη κ.κ Μιχάλης Νικολαΐδης, Ελισσάβετ Γεωργιάδου, Μιχάλης Κακούρος, Μυρσίνη Ουζουνέλλη και Παναγής Μπενετάτος. Απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Κων/νος Ράνος και Μαρία Βουδούρη.

Χρέη Γραμματέως έκανε η κ. Ζέγκου Δήμητρα.

Κατόπιν άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 11ο: Διορθώσεις Πρότυπης Διακήρυξης για Μολυσματικά Απόβλητα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις των παρ. 2§2, 3§Γ.11, 11 της ΚΥΑ 37591/2031,
- 2) Τις διατάξεις του Ν.3580/2007

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα

Τις ακόλουθες αλλαγές στις πρότυπες εγκεκριμένες διακηρύξεις, που παρουσιάζονται παρακάτω με το υπογραμμισμένο κείμενο:

Α) Στη σελίδα 52 στο άρθρο θ) να προστεθεί το κάτωθι υπογραμμισμένο κείμενο:

Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την επεξεργασία των ΕΙΑ-MTX και ΕΙΑ-TX, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/2031,ΠΑΡ.2§2

Οι μονάδες αποστείρωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν θα παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού (ΚΥΑ 37591/2031,ΠΑΡ.3§Γ11. Επίσης σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, στην εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποστείρωση αποβλήτων, μέχρι τρεις (3) ημέρες σε θερμοκρασία $\leq 5^{\circ}\text{C}$ σε κατάλληλα ψυγεία, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποστείρωσης, είτε λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης (ΚΥΑ 37591/2031 ΠΑΡ.3, § Γ.11).

Β) Στη σελίδα 54 στο άρθρο 1 να προστεθεί το κάτωθι υπογραμμισμένο κείμενο:

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου για Έλληνες ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για.

Γ) Στη σελίδα 75 άρθρο 1) να προστεθεί το κάτωθι υπογραμμισμένο κείμενο:

1. Η μονάδα επεξεργασίας να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες καταλληλότητας και ασφαλούς λειτουργίας, (όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 της 37591/2031 ΚΥΑ) από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων) και τις αρμόδιες υπηρεσίες στην οποία δραστηριοποιείται (οι αρμοδιότητες αυτές ανήκαν στην Νομαρχία και περιήλθαν στην Περιφέρεια). Το προσωπικό του αναδόχου που λειτουργεί τη μονάδα επεξεργασίας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο και να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά που χορηγεί το ελληνικό κράτος στις περιπτώσεις αυτές.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΕΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

