

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Ενδοαγγειακός καθετήρας 20g Ga εσωτερικής βελόνης, χωρίς πτερύγια, χωρίς βαλβίδα με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Διάμετρος καθετήρα 20 Ga
2. Διάμετρος βελόνας 22 Ga
3. Μήκος καθετήρα 32 mm
4. Εξωτερική διάμετρος καθετήρα 1,10mm
5. Εσωτερική διάμετρος καθετήρα 0,80 mm
6. Όγκο εξαέρωσης: 0,06 ml
7. Ταχύτητα ροής 65 ml/min
8. Καθετήρα διπλοκωνικού άκρου, για ανώδυνη εισαγωγή και χωρίς παραμορφώσεις
9. Ακτινοσκοιερός
10. Κατασκευασμένος από Fer-Teflon, για την ελαχιστοποίηση δημιουργίας ενδοαγγειακών ερεθισμών
11. Δακτυλολαβή, για εύκολη προώθηση του καθετήρα
12. Επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για άμεση αναγνώριση του διαμετρήματος μετά την εισαγωγή του
13. Εσωτερική βελόνη σιλικοναρισμένη διπλής λοξότμησης, για απαλή εισαγωγή και προώθηση του καθετήρα
14. Διαφανή υποθάλαμο μεγάλης επιφάνειας με αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο, για άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του αίματος χωρίς διαρροές
15. Έλεγχος πυρετογόνων, μίας χρήσης, ελεύθερος λάτεξ (LATEX FREE) και ελεύθερος πλαστικοποιητών (DEHP FREE)
16. Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα επί της συσκευασίας

Να καταταθούν πέντε δείγματα.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης.