

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

**Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού Π10/2015
«ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (CPV 33141200-2)»**

Στις Σέρρες σήμερα 6^η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα, η επιτροπή σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθετήρες», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 91/11.03.2015 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου αποτελούμενη από τους:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΝΕΣΤΗ
2. ΣΙΣΜΑΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΕΝΙΑ

συνήλθε σε συνεδρίαση με θέμα την σύνταξη και την υπογραφή των τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού : «Καθετήρες».

Μετά την ολοκλήρωση της 1^{ης} και 2^{ης} διαβούλευσης επί των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών και τις επισημάνσεις που έγιναν από τις εταιρείες «CANA ΑΕ.», «Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς», «BARD ΕΛΛΑΣ ΑΕ.», «Μάγειρας Διαγνωστικά Α.Ε.» και «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, για την ανάδειξη Προμηθευτών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθετήρες CPV33141200-2», η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών προέβη στην τροποποίηση των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη νέων.

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΝΕΣΤΗ
2. ΣΙΣΜΑΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΕΝΙΑ

Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

		ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV33141200-2) Π10/2015
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
1	001-00-05	ΚΑΘΕΤΗΡ FOLLEY 2W ΑΠΛΟΙ. Αποστειρωμένοι μιας χρήσεως από μαλακό Latex . Το πρόσθιο άκρο ευθύ κυλινδρικό με απαλή κορυφή και με δύο ευθείες οπές μπροστά από το μπαλόνι. Το άλλο άκρο να φέρει βαλβίδα ασφαλείας για πλήρωση του μπαλονιού και χοάνη. Το μπαλόνι να έχει χωρητικότητα 10-15ml και με δυνατότητα να μπορεί να παραμένει στον οργανισμό για ένα μήνα. Νο 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
2	001-00-06	ΚΑΘΕΤΗΡ FOL 2W ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Αποστειρωμένοι μιας χρήσεως από Latex επικαλυμμένο με υδρόφιλη πολυουρεθάνη. Το πρόσθιο άκρο ευθύ κυλινδρικό με απαλή κορυφή και με δύο ευθείες πλευρικές οπές μπροστά από το μπαλόνι. Το άλλο άκρο να φέρει βαλβίδα ασφαλείας για πλήρωση του μπαλονιού και δύο χοάνες. Το μπαλόνι να έχει χωρητικότητα 30ml και να παραμένει στον οργανισμό τουλάχιστον για 3 μήνες. Νο10,12,14,16,18,20,22.
3	001-00-09	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 3WAY ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Αποστειρωμένοι μιας χρήσεως από Latex επικαλυμμένο με υδρόφιλη πολυουρεθάνη. Το πρόσθιο άκρο ευθύ κυλινδρικό με απαλή κορυφή και με δύο ευθείες πλευρικές οπές μπροστά από το μπαλόνι. Το άλλο άκρο να φέρει βαλβίδα ασφαλείας για πλήρωση του μπαλονιού και δύο χοάνες. Το μπαλόνι να έχει χωρητικότητα 30ml και να παραμένει στον οργανισμό τουλάχιστον για 3 μήνες.
4	001-00-151	Καθετήρες DUFOUR 3way για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκος περίπου 40cm, από ημί-σκληρο (κόκκινοι), Νο18-24, χωρητικότητας 50ml.
5	001-00-155	Καθετήρες 3WAY DUFOUR για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκος περίπου 40cm, από 18-24 CH, ενισχυμένοι με σπирάλ κατά μήκος του σωλήνα, με τουλάχιστον δύο ζεύγη αντικριστών οπών μπροστά από το μπαλόνι.
6	001-00-16	Καθετήρες COUVELAIR 3WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40cm, 18-24cm , από Latex ενισχυμένοι με σπирάλ κατά μήκος του σωλήνα, με τουλάχιστον 4 οπές μπροστά από το μπαλόνι.
7	001-00-17	Καθετήρας PIG TAIL. Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από 100% σιλίκονη, αποστειρωμένα, μακράς παραμονής 12 μηνών, που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα τουλάχιστον 0,035'' και προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου και ανοιχτού –κλειστού άκρου 6-8 και μήκος 24-38cm.
8	001-01-002	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ τύπου DORMIA NO TIP, αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως, με 4 σύστροφα σύρματα τιτανίου(Nitilon) για ημί-καμπτο ουρητηροσκόπιο Ch/Fr 3, μήκος 90cm και διάμετρο καλαθιού 14mm
9	001-01-003	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ τύπου DORMIA, αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως, με 4 ελικοειδή σύρματα (Stainless steel) για ημί-καμπτο ουρητηροσκόπιο Ch/Fr 3, μήκος 90cm.
10	001-01-031	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ Με βελόνη παρακέντησης και θηκάρι για προσωρινό βηματοδότη, μήκος 12 εκ.
11	001-01-04	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σε διάφορα μήκη και διαφόρων διαμέτρων και να έχει βελόνα παρακέντησης
12	001-01-091	Καθετήρες FOLLEY 2-WAY tiemann από neoplex, αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως, ακτινοσκοπικοί, με δύο οπές μετά το μπαλόνι. Το μπαλόνι να είναι χωρητικότητας 15ML .Η άλλη άκρη να καταλήγει σε χοάνη και βαλβίδα για την πλήρωση του μπαλονιού. CH/FR 8-24
13	001-01-093	ΚΑΘΕΤΗΡ TIEMAN Αποστειρωμένοι από επισιλικοναρισμένοι. Το πρόσθιο άκρο να είναι κυρτό και ελαιόμορφο και να έχει 2 ευρείες πλευρικές οπές. Το άλλο άκρο να φέρει χοάνη κατά νούμερο διαφορετικό χρωματισμό κατά νούμερο. Νο 08,10,12,14,16,18,20.
14	001-01-100	ΚΑΘΕΤΗΡ FOLLEY 2-WAY TIEMAN Αποστειρωμένοι από 100% σιλίκονη διαφανή. Το πρόσθιο άκρο να είναι κυρτό και ελαιόμορφο και να έχει 2 ευρείες πλευρικές οπές. Το άλλο άκρο να φέρει χοάνη κατά νούμερο διαφορετικό χρωματισμό. Με μπαλόνι. Νο 22

15	001-01-116	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με πτερύγια και βαλβίδα έγχυσης, με αυτόματη προστασία, ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφαλείας με μεταλλικό έλασμα ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από τραυματισμό. Η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική
16	001-01-117	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με φτερά και θύρα έγχυσης με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφαλείας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυμερές υλικό ώστε κατά την χρήση του προϊόντος να μην δημιουργούνται επιβλαβή σωματίδια που μπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίματος. Η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική.
17	001-01-279	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ .
18	001-01-282	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ (2 step). Να περιλαμβάνει 1 βελόνα Chiba 18G, οδηγό σύρμα Seldinger 0,038", διαστολείς και καθετήρα τύπου pig tail μακράς παραμονής.Ch/FR 8,10.
19	001-02-08	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Από αντιμικροβιακό υλικό, μίγματος πολυουρεθάνης σε διάφορα μήκη και διαστάσεις (πλήρες σετ).
20	001-02-09	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ με πτερύγια και βαλβίδα έγχυσης. Νο 16, 18, 20, 22, 24G.
21	001-02-10	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ εσωτερικής βελόνας, ακτινοσκοπικός, από Teflon fep. σε όλα τα μεγέθη, Νο14,16,18,20,22,24,26G.
22	001-04-01	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ Από σιλικόνη Νο6-8
23	001-04-02	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Από σιλικόνη Νο12,14,16,18.
24	001-04-03	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ. Ρινογαστρικός, σιλικόνης με σπειροειδή συρμάτινο οδηγό, λιπαντική ουσία, ελαστικός με άκρο διαφορετικών συνδέσεων.
25	001-05-054	ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Σετ μόνιμου υποκλειδίου/σφαγνιδικού εμφυτεύσιμου καθετήρα με cuff, διπλού αυλού τουλάχιστον 14,5FR από βιοσυμβατό υλικό και σε μήκη 28 έως 55 εκατοστά περίπου για μακροχρόνια χρήση. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση Κ/DOQI Το σετ να περιλαμβάνει : Α. 1 καθετήρα διπλού αυλού Β. 1 αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό Γ. 2 αγγειακούς διαστολείς Δ. 1 τροκάρ Ε. 1 μαχαιρίδιο Στ. 1 αυτοκόλλητο επίδεσμο Ζ. 2 ειδικά πώματα Η. 1 βελόνα παρακέντησης Θ. 1 συρμάτινος οδηγός
26	001-05-02	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΕΤ-ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ Ή ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ Διπλού αυλού, υδρόφιλος, ενηλίκων, τουλάχιστον 12fr και ροές από 300 ml/min.
27	001-06-01	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΑ (ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ
28	001-08-01	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΡΟΓΧΟ) Αποστειρωμένοι με βαλβίδα μήκους 57-60 cm ανοικτού άκρου Νο 10, 12, 14, 16, 18.
29	001-09-02	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Αποστειρωμένοι από neorflex, χωρίς μπαλόνι . Το πρόσθιο άκρο να είναι ευθύ στρογγυλοποιημένο με δύο οπές πλευρικές. Το άλλο άκρο να φέρει χοάνη κατά νούμερο με διαφορετικό χρωματισμό. Όλα τα νούμερα.
30	001-09-07	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Αποστειρωμένοι διαφανείς μιας χρήσης. Το πρόσθιο άκρο να είναι ανοικτό, στρογγυλοποιημένο και να έχει πλευρικές ατραυματικές οπές. Το άλλο άκρο να έχει χοάνη με διαφορετικό χρώμα κατά νούμερο. Το μήκος του περίπου 1,20m και να έχει διαβαθμίσεις. Νο 8,10,12,14,16,18.
31	001-09-10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY Με στυλεό, Νο 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Να είναι ακτινοσκοπικοί, θαθμονομημένοι με στυλεό μεταλλικό με μπαλόνι από LATEX, με διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος και το προστατευτικό κάλυμμα του καθετήρα στο χρώμα του

		μεγέθους.
32	001-09-29	ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ διαδερμικής νεφροστομίας, Καθετήρα με άκρο J διαβαθμισμένο. Το άκρο του να είναι ανοιχτό με πολλαπλές οπές. Να διαθέτει στυλεό Ch/FR 8,10.
33	004-18-08	ΣΕΤ ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΙΑΣ Να αποτελείται από -Μεταλλικό διασπόμενο κατά μήκος trocar12 -Ουροκαθετήρα σιλικόνης με μπαλόνι 10 -Νυστέρι,λαβίδα πλαστική σύγκλισης και ουροσυλλέκτη που εφαρμόζει στον ουροκαθετήρα.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΕΝΙΑ