

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
"ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΓΧΥΣΗΣ"

α/α	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρη-σης
1	Συσκευές ορού Luer Lock, με ρυθμιστή ροής τύπου ADELBERG	Τεμ.
2	Προκετάσεις ορών Luer Lock από 40 cm έως 100 cm με ρυθμιστή ροής τύπου ADELBERG	Τεμ.
3	Συσκευές Μετάγγισης Αίματος με ρυθμιστή ροής τύπου ADELBERG	Τεμ.
4	Στρόφιγγες 3way, Stop - Cok χωρίς προέκταση	Τεμ.
5	Συσκευές Ροής ενδοφλέβιων υγρών, με ρύθμιση ml/h, τύπου Dial-Flow με διπλή διαβάθμιση.	Τεμ.
6	<u>ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ</u> : Ελαστομερική αντλία μεταβαλλόμενης ροής, χωρητικότητας έως 300 ml /1-15ml/h, για παρεντερικές εγχύσεις φαρμακευτικής αγωγής	Τεμ.
7	Συσκευή χορήγησης μέσω αντλίας με διακλάδωση T για χορήγηση υγρών ή και φαρμάκων. Να έχουν συνδετικό με τους περιέκτες τύπου EN plus ώστε να αποφεύγεται η σύνδεσή τους με διαλυματα που δεν προορίζονται για εντερική σίτιση. Να φέρουν συνδετικό άκρο τύπου EN LOCK, για ασφαλή σύνδεση μόνο με καθετήρα σίτισης. Να περιλαμβάνει ειδικό στηρικτικό φιάλης στο στατώ. Η αντλία που θα παραχωρηθεί να έχει την δυνατότητα συνεχούς και bolus έγχυσης.	Τεμ.
8	Συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων/ φαρμάκων ελεύθερη από φθαλικά άλατα και latex, μήκους ≥250cm, για ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης μικρού βάρους ≤1,4kg, οι οποίες να δίνουν στον χρήστη την επιλογή χορήγησης bolus δόση με δυο τουλάχιστον τρόπους. Επιπλέον να έχουν προεγκατεστημένο λογισμικό για λειτουργία TCI PCA SGC και δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών γραμμών χορήγησης σε σταθμό. Οι αντλίες να παρέχονται με συνοδό εξοπλισμό.	Τεμ.

9	Σύριγγες χορήγησης υγρών διαλυμάτων χωρητικότητας 50/60ml, υλικού κατασκευής ελεύθερου PVC και DEHP FREE, υψηλών πιέσεων με κατάληξη Luer Lock, σύνδεσης συμβατή για χρήση με ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης έγχυσης, μικρού βάρους <1,5kg, με απόκλιση χορήγησης $\pm 2\%$, οι οποίες έχουν δυνατότητα 2 τουλάχιστον τρόπων χορήγησης bolus δόσης. Να έχουν προεγκατεστημένο λογισμικό για λειτουργία TCI, PCA, SGC και δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών γραμμών χορήγησης σε σταθμό εργασίας. Να προσφέρονται με συνοδό εξοπλισμό.	Τεμ.
10	Προέκταση μήκους 150cm υλικού κατασκευής ελεύθερου PVC, DEHP FREE, υψηλών πιέσεων με κατάληξη Luer Lock, κατάλληλη για σύνδεση με σύριγγες υψηλών πιέσεων και χορήγηση μέσω ηλεκτρονικών αντλιών.	Τεμ.
11	Προέκταση μήκους 200cm υλικού κατασκευής ελεύθερου PVC, DEHP FREE, υψηλών πιέσεων με κατάληξη Luer Lock, κατάλληλη για σύνδεση με σύριγγες υψηλών πιέσεων και χορήγηση μέσω ηλεκτρονικών αντλιών.	Τεμ.
12	Προέκταση με σύνδεση T για αρτηρία με κουμπωτό πώμα.	Τεμ.
13	Συνδετικά τριών οδών, 3-way stop-cock ασφαλείας κατασκευασμένα από υλικό polycarbonate - polyethylene ώστε να αντέχουν έγχυση λιπιδίων, κυταροστατικών, χημειοθεραπευτικών και πιέσεις έως 2bar χωρίς διαρροές, με διαφανές σώμα και με γραμμική ευθεία ροή των χορηγούμενων υγρών, με λευκό άξονα εργονομικά σχεδιασμένο, περιστρεφόμενο με κλικ ασφαλείας κάθε 45 μοίρες, αισθανόμενο από τον χρήστη με δύο διαφανή θηλυκά άκρα με λευκό πώμα στο καθένα. Να έχουν ένα διαφανές αρσενικό άκρο luerclon ασφαλείας που να επιτρέπει την περιστροφή του 3-way χωρίς να αποσυνδέεται από τον καθετήρα. Να προσφερθούν με διακριτικά (κόκκινο και μπλε) για ασφαλή και εύκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή αρτηρία. Να είναι LATEX free & DEHP free, μιας χρήσης αποστειρωμένο.	Τεμ.
14	Προεκτάσεις χορήγησης φαρμάκων με διακλάδωση Y για χρήση αντλίας (θα παραχωρηθεί δωρεάν συσκευή)	τεμάχιο

	Προέκταση χορήγησης υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρονικές αντλίες σύριγγας. Η συσκευή να διαθέτει: Άκρο θηλυκό με πώμα για ασφαλή σύνδεση lock . Σωλήνα μικρού αυλού, χαμηλού παραμένουτος όγκου, ανθεκτικό στις κάμψεις (εσωτερικής διαμέτρου 1,00mm, εξωτερικής διαμέτρου 2,50mm). Άκρο αρσενικό με πώμα για ασφαλή σύνδεση lock. Συνολικό μήκος συσκευής:145cm. Η συσκευή να είναι μιας χρήσης, στείρα, μη τοξική, ελεύθερη πυρετογόνων, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP FREE) Αποστείρωση: Αιθυλενοξείδιο (EO). Η συσκευή να διαθέτει οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα και να φέρει CE