

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64

Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 28/3/2019

ΠΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»
CPV: 33194100-7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.α. Ελαστομερής αντλία με μαλακό εξωτερικό περίβλημα μεμβράνης για περισσότερη ασφάλεια (αποφυγή ρήγματος).

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα :

- ο λογότυπος του κατασκευαστή
- ο ονομαστικός όγκος πλήρωσης
- ο ρυθμός ροής
- ο κωδικός του είδους
- ο LOT number
- η ογκομετρική εκτύπωση του μπαλονιού έγχυσης

1.β. να είναι προσαρμοσμένος στο περίβλημα ψάντας για τη μεταφορά και στήριξη της αντλίας και την εύκολη διαχείριση της από τον ασθενή

1.γ. Το εξωτερικό περίβλημα να παρέχει προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Free)

1.δ. Να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο του φαρμάκου

1.3. Η συσκευή να είναι ελεύθερη από φθαλικά (DEHP – Free) και Latex

2.α. Ο σωλήνας ροής του φαρμάκου να επιτρέπει τη συνεχή ροή ακόμη και σε περίπτωση που διπλωθεί ή τσακίσει

2.β. Να διαθέτει ενσωματωμένο επίπεδο ,ρυθμιστή ροής ο οποίος θα εξασφαλίζει την επαφή με το δέρμα του ασθενούς για μείωση των επιδράσεων θερμοκρασίας και διακόπτη άμεσης διακοπής ροής σε περίπτωση ατυχήματος

3. Να διαθέτει μπαλόνι πολλαπλών στρωμάτων μεμβρανών σιλικόνης ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη ροή και ασφάλεια του φαρμάκου

4. Ο χρόνος και ο τρόπος πλήρωσης της αντλίας να είναι σύντομος και εύκολος για τους επαγγελματίες υγείας

5. Η απόκλιση ροής του φαρμάκου να μην υπερβαίνει το +/- 10%

6. Να πιστοποιείται ότι η χρήση της αντλίας είναι συμβατή και ενδείκνυται για τη χορήγηση φαρμάκων τόσο στον Ογκολογικό όσο και στον Αναισθησιολογικό τομέα

7. Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO για μη ηλεκτρικές φορητές συσκευές έγχυσης και να έχουν CE

8. Να διατίθεται σε ποικίλους όγκους και ρυθμούς έγχυσης

- αντλία 100ml και 275ml με ροή 2ml/hr
- να φέρει διακόπτη ρύθμισης ροών (2 h – 4h – 6h – 8h)

9. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από έγγραφα της κατασκευαστικής εταιρείας και κρίνεται αναγκαία η κατάθεση δειγμάτων των προσφερόμενων κωδικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
2. ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ 