

α/α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 300-350CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360o barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	Τεμάχιο
2	ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 350-400CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360o barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	Τεμάχιο
3	ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 400-500CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360o barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	Τεμάχιο
4	ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 500-600CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360o barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	Τεμάχιο
5	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ με περίβλημα ιατρικής πολυουρεθάνης (αφρός μικροπολυουρεθάνης) για ελαχιστοποίηση της δημιουργίας σχηματισμού κάψας από 300-600cc και όλων των διαθέσιμων προβολών.	Τεμάχιο

6	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (DUAL GELL) με περίβλημα ιατρικής πολυουρεθάνης.	Τεμάχιο
7	Βιολογικό ακυτταρικό πλέγμα κολλαγόνου από χοιρείο ADM, προκαθορισμένου πάχους 0,6mm με ένδειξη χρήσης σε αποκατάσταση μαστού μερικής κάλυψης μαστού. 18X10cm	Τεμάχιο
8	Βιολογικό ακυτταρικό πλέγμα κολλαγόνου από χοιρείο ADM, προκαθορισμένου πάχους 0,6mm με ένδειξη χρήσης σε αποκατάσταση μαστού πλήρους κάλυψης μαστού.	Τεμάχιο
9	Ένα ημιαπορροφήσιμο συνθετικό εμφυτεύσιμο πλέγμα για την αναδόμηση του γυναικείου μαστού. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). 22,5x14,5 cm	Τεμάχιο
10	Πλήρως απορροφήσιμο πλέγμα για αναδόμηση μαστού, κατασκευασμένο από πολυδιοξανόνη με μακροπορώδη δομή. 22,5x14,5cm	Τεμάχιο
11	Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Διαστάσεων ελλειπτικό 17,8x22,9cm.	Τεμάχιο
12	Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Διαστάσεων ελλειπτικό 25,4x33cm.	Τεμάχιο
13	Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτής χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με ράμμα. Το πλέγμα αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, από πολυδιοξανόνη και αντισυμφοητική επικάλυψη πολυγλυκαπρόνης. Διάσταση 15x20cm.	Τεμάχιο
14	Εμβάλωμα καρδιαγγειακό αντικατάστασης ελλειμμάτων αποτελούμενο από δύο στρώσεις e-PTFE και διάμεση στοιβάδα από ελαστομερές (φθοροπυλομερές) υλικό με αυξημένη αιμοστατική ικανότητα κατά τη συρραφή διαστάσεων 1.0cmX 9.0cmX 0.5mm.	Τεμάχιο
15	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα θήκη-πτερύγιο δυσδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, έγχρωμο, που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφοητικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος, από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 30x20cm.	Τεμάχιο

16	Λαπαροσκοπικό καθηλωτικό πλέγματος 5mm αρθρούμενο από 0 έως 65 μοίρες και με δυνατότητα πλήρης περιστροφής. Να περιλαμβάνει 3 κασέτες των 10 κλπ σε μορφή απορροφήσιμης βίδας από PGLA.	Τεμάχιο
17	Κασέτες των 10 κλπ από PGLA για Λαπαροσκοπικό καθηλωτικό πλέγματος 5mm αρθρούμενο από 0 έως 65 μοίρες και με δυνατότητα πλήρης περιστροφής.	Τεμάχιο
18	Σετ Πλέγματος από απορροφήσιμο καθηλωτικό πλέγματος και ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα αποκατάστασης κήλης σε στομία διαμέτρου 15cm από μονόκλωνο πολυεστέρα και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης με οπή για την στομία 50mm.	Τεμάχιο
19	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο , με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με ένα εξτρά πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα πράσινου χρώματος στο κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και πρωτοποθετημένα ράμματα και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ , από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 20x15cm	Τεμάχιο
20	Ευθέα αορτικά μοσχεύματα (από e-PTFE), με δυνατότητα επιμήκυνσης (καλύτερη συναρμογή στο σημείο αναστόμωσης, δυνατότητα διόρθωσης μήκους), από 100% e-PTFE και ειδική εξωτερική επίστρωση η οποία δεν επιτρέπει αιμορραγίες από τις οπές συρραφής. Διαμέτρου 12-24mm και μήκους 18mmX40cm και 20mmX40cm.	Τεμάχιο
21	Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίδιους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 8mm.	Τεμάχιο
22	Μεταλλικές αυτοδιατενιόμενες ενδοπροθέσεις τραχείας, βρόγχων, χωρίς επικάλυψη. Να είναι κατασκευασμένες από νιτινόλη θερμικής μνήμης, το πλέγμα νιτινόλης να είναι εμβαπτισμένο σε σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκοπικούς δείκτες χρυσού και στο άνω και στο κάτω άκρο τους, να φέρουν ατραυματικά άκρα, να φέρουν νήμα σύγκλισης-εξαγωγής και στα δύο άκρα, να δύνανται να τοποθετηθούν με συρμάτινο οδηγό 0.35" (ώστε να μπορεί να εισαχθεί στο κανάλι εργασίας του βρογχοσκοπίου), να διατίθενται σε διάμετρο από 10-20mm και μήκος από 2-7cm και να φέρουν συσκευή τοποθέτησης μικρής διαμέτρου έως 4MM.	Τεμάχιο
23	Συσκευή εμφύσησης με μανόμετρο. Να φέρει μανόμετρο υψηλής ανάλωσης μέχρι 3atm, να φέρει ενσωματωμένη σύριγγα 30cc, να φέρει συνδετικό 3-way για σύνδεση με μπαλόνια διαστολής.	Τεμάχιο

24	Μπαλόνια διαστολής με στυλεό. Να φέρουν μπαλόνι υψηλής διατασιμότητας (8-10-12-14-16-18-20)mm. Το μήκος του μπαλονιού να είναι (3-5,5-8)cm και η διάμετρος του καθετήρα 2,3mm. Ο καθετήρας να είναι χρώματος μπλε για την αποφυγή των αντανάκλασεων. Το μπαλόνι να φέρει 4 μεταλλικούς δακτυλίους για τον άμεσο ακτινολογικό του εντοπισμό, αλλά και τη δυνατότητα μέτρησης των στενώσεων. Να φέρουν κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0,35". Να φέρουν συνδετικό έγχυσης σκιαγραφικών διαλυμάτων, ως και συνδετικό τύπου Luer Lock για σύνδεση με αντλία εμφύσησης.	Τεμάχιο
25	Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις οισοφάγου ντινόλης πλήρως επικαλυμμένες και αφαιρούμενες. Να έχουν θερμική μνήμη, να είναι πλήρως επικαλυμμένες από άκρο σε άκρο με εσωτερική πολυουρεθάνη πάχους 2mm. Στο ανώτερο και στο κατώτερο άκρο να φέρουν ειδικό μηχανισμό με σιλικονούχο νήμα υψηλής αντοχής για σύγκλιση και αφαίρεση της ενδοπρόθεσης. Το ανώτερο και κατώτερο τμήμα της ενδοπρόθεσης να είναι 22mm και 24mm αντίστοιχα. Το ωφέλιμο μήκος να είναι 4-7-10-13cm και το συνολικό μήκος 8-11-14-17cm. Να φέρουν περισσότερα από 10 ακτινοσκοπικά σημεία (δείκτες πλατίνας) για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό τους.	Τεμάχιο
26	Ασύμμετρα και συμμετρικά σιλικονούχα ενθέματα τραχείας σχήματος "T" (Montgomery tubes). Τα ενθέματα πρέπει να φέρουν σύστημα σταθεροποίησης και πώμα στο εξωτερικό τους σκέλος, να είναι κατασκευασμένα από μαλακή σιλικόνη, και να διατίθενται σε διαμέτρους εσωτερικού σκέλους 8,10,12,13,14,16mm.	Τεμάχιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:			
1. ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 300-350CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360ο barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	ΝΑΙ		
2. ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 350-400CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με	ΝΑΙ		

ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360o barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.			
3. ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 400-500CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360o barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	NAI		
4. ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - COHESIVE III ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ 500-600CC. Υψηλής απόδοσης συνεκτικής σιλικόνης με εξωτερικό περίβλημα πολλαπλών στρωμάτων σιλικόνης με ενδιάμεσο προστατευτικό τοίχωμα 360o barrier shell το οποίο εμποδίζει τη διάχυση της σιλικόνης και διατηρεί το αρχικό σχήμα του ενθέματος. Η εξωτερική επιφάνεια τραχείας υφής με κοιλότητες οπωσδήποτε διαστάσεων που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κάψας. Να διατίθενται σε επιλογές προβολής (projection) χαμηλής/μέτριας/υψηλής.	NAI		
5. ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ με περίβλημα ιατρικής πολυουρεθάνης (αφρός μικροπολυουρεθάνης) για ελαχιστοποίηση της δημιουργίας σχηματισμού κάψας από 300-600cc και όλων των διαθέσιμων προβολών.	NAI		
6. ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (DUAL GELL) με περίβλημα ιατρικής πολυουρεθάνης.	NAI		
Όλα τα ανωτέρω ενθέματα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας και εφόρου ζωής εγγύηση αντικατάστασης του ενθέματος σε περίπτωση ρήξεως ή σχηματισμού κάψας οποιουδήποτε βαθμού τα οποία αποδεικνύονται με κλινικά και ακτινολογικά κριτήρια. Επίσης σε περίπτωση εκδηλώσεως αναπλαστικού λεμφώματος μεγάλων κυττάρων το οποίο συσχετίζεται άμεσα με αποκατάσταση μαστού με ενθέματα, με υποστήριξη με οποιοδήποτε νομικό ή άλλο τρόπο του νοσοκομείου και των ιατρών εκ μέρους της προμηθεύτριας εταιρείας.	NAI		
7. Βιολογικό ακυτταρικό πλέγμα κολλαγόνου από χοιρείο ADM, προκαθορισμένου πάχους 0,6mm με ένδειξη χρήσης σε αποκατάσταση μαστού μερικής κάλυψης	NAI		

μαστού. 18X10cm			
8. Βιολογικό ακυτταρικό πλέγμα κολλαγόνου από χοιρείο ADM, προκαθορισμένου πάχους 0,6mm με ένδειξη χρήσης σε αποκατάσταση μαστού πλήρους κάλυψης μαστού.	NAI		
9. Ένα ημιαπορροφήσιμο συνθετικό εμφυτεύσιμο πλέγμα για την αναδόμηση του γυναικείου μαστού.Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και πολυγλυκολικό οξύ-καπρολακτόνη (απορροφήσιμο). 22,5x14,5 cm	NAI		
10. Πλήρως απορροφήσιμο πλέγμα για αναδόμηση μαστού, κατασκευασμένο από πολυδιοξανόνη με μακροπορώδη δομή. 22,5x14,5cm	NAI		
11. Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Διαστάσεων ελλειπτικό 17,8x22,9cm.	NAI		
12. Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο χαμηλού βάρους και απορροφήσιμη μεμβράνη από υδρογέλη, ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες PGA. Διαστάσεων ελλειπτικό 25,4x33cm.	NAI		
13. Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτής χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με ράμμα. Το πλέγμα αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, από πολυδιοξανόνη και αντισυμφητική επικάλυψη πολυγλυκαπρόνης. Διάσταση 15x20cm.	NAI		
14. Εμβλώμα καρδιαγγειακό αντικατάστασης ελλειψμάτων αποτελούμενο από δύο στρώσεις e-PTFE και διάμεση στοιβάδα από ελαστομερές (φθοροπυλομερές) υλικό με αυξημένη αιμοστατική ικανότητα κατά τη συρραφή διαστάσεων 1.0cmX 9.0cmX 0.5mm.	NAI		
15. Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με έξτρα θήκη-πτερύγιο δυσδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, έγχρωμο, που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος , από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 30x20cm.	NAI		
16. Λαπαροσκοπικό καθηλωτικό πλέγματος 5mm αρθρούμενο από 0 έως 65 μοίρες και με δυνατότητα πλήρης περιστροφής. Να περιλαμβάνει 3 κασέτες των 10 κλιπ σε μορφή απορροφήσιμης βίδας από PGLA.	NAI		

17. Κασέτες των 10 κλπ από PGLA για Λαπαροσκοπικό καθηλωτικό πλέγματος 5mm αρθρούμενο από 0 έως 65 μοίρες και με δυνατότητα πλήρης περιστροφής.	NAI		
18. Σετ Πλέγματος από απορροφήσιμο καθηλωτικό πλέγματος και ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα αποκατάστασης κήλης σε στομία διαμέτρου 15cm από μονόκλωνο πολυεστέρα και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης με οπή για την στομία 50mm.	NAI		
19. Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο , με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με ένα εξτρά πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα πράσινου χρώματος στο κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και πρωτοποθετημένα ράμματα και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ , από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 20x15cm	NAI		
20. Ευθέα αορτικά μοσχεύματα (από e-PTFE), με δυνατότητα επιμήκυνσης (καλύτερη συναρμογή στο σημείο αναστόμωσης, δυνατότητα διόρθωσης μήκους), από 100% e-PTFE και ειδική εξωτερική επίστρωση η οποία δεν επιτρέπει αιμορραγίες από τις οπές συρραφής. Διαμέτρου 12-24mm και μήκους 18mmX40cm και 20mmX40cm.	NAI		
21. Εμβαλώματα αγγειακά, ευθέα, συνθετικά (από ePTFE) , με εξωτερική ενίσχυση, με κανονικό ή λεπτό τοίχωμα, με εξωτερικούς αφαιρούμενους δακτυλίους, με εξωτερικές γραμμές οδηγούς, για αντικατάσταση φλεβών. Τα ενθέματα αυτά πρέπει να διαθέτουν CE Mark και FDA approval και να διατίθενται στις εξής διαστάσεις: Μήκος 50cm και διαμέτρους 8mm.	NAI		
22. Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις τραχείας, βρόγχων, χωρίς επικάλυψη. Να είναι κατασκευασμένες από νιτινόλη θερμικής μνήμης, το πλέγμα νιτινόλης να είναι εμβαπτισμένο σε σιλικόνη, να φέρουν ακτινοσκοπικούς δείκτες χρυσού και στο άνω και στο κάτω άκρο τους, να φέρουν ατραυματικά άκρα, να φέρουν νήμα σύγκλισης-εξαγωγής και στα δύο άκρα, να δύνανται να τοποθετηθούν με συρμάτινο οδηγό 0.35" (ώστε να μπορεί να εισαχθεί στο κανάλι εργασίας του βρογχοσκοπίου), να διατίθενται σε διάμετρο από 10-20mm και μήκος από 2-7cm και να φέρουν συσκευή τοποθέτησης μικρής διαμέτρου έως 4MM.	NAI		
23. Συσκευή εμφύσησης με μανόμετρο. Να φέρει μανόμετρο υψηλής ανάλωσης μέχρι 3atm, να φέρει ενσωματωμένη σύριγγα 30cc, να φέρει συνδετικό 3-	NAI		

way για σύνδεση με μπαλόνια διαστολής.			
24. Μπαλόνια διαστολής με στυλεό. Να φέρουν μπαλόνι υψηλής διατασιμότητας (8-10-12-14-16-18-20)mm. Το μήκος του μπαλονιού να είναι (3-5,5-8)cm και η διάμετρος του καθετήρα 2,3mm. Ο καθετήρας να είναι χρώματος μπλε για την αποφυγή των αντανάκλασεων. Το μπαλόνι να φέρει 4 μεταλλικούς δακτυλίους για τον άμεσο ακτινολογικό του εντοπισμό, αλλά και τη δυνατότητα μέτρησης των στενώσεων. Να φέρουν κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0,35". Να φέρουν συνδετικό έγχυσης σκιαγραφικών διαλυμάτων, ως και συνδετικό τύπου Luer Lock για σύνδεση με αντλία εμφύσησης.	NAI		
25. Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις οισοφάγου νιτινόλης πλήρως επικαλυμμένες και αφαιρούμενες. Να έχουν θερμική μνήμη, να είναι πλήρως επικαλυμμένες από άκρο σε άκρο με εσωτερική πολυουρεθάνη πάχους 2mm. Στο ανώτερο και στο κατώτερο άκρο να φέρουν ειδικό μηχανισμό με σιλικονούχο νήμα υψηλής αντοχής για σύγκλιση και αφαίρεση της ενδοπρόθεσης. Το ανώτερο και κατώτερο τμήμα της ενδοπρόθεσης να είναι 22mm και 24mm αντίστοιχα. Το ωφέλιμο μήκος να είναι 4-7-10-13cm και το συνολικό μήκος 8-11-14-17cm. Να φέρουν περισσότερα από 10 ακτινοσκοπικά σημεία (δείκτες πλατίνας) για τον άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό τους.	NAI		
26. Ασύμμετρα και συμμετρικά σιλικονούχα ενθέματα τραχείας σχήματος "T" (Montgomery tubes). Τα ενθέματα πρέπει να φέρουν σύστημα σταθεροποίησης και πώμα στο εξωτερικό τους σκέλος, να είναι κατασκευασμένα από μαλακή σιλικόνη, και να διατίθενται σε διαμέτρους εσωτερικού σκέλους 8,10,12,13,14,16mm.	NAI		