

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

CPV 33168000-5

ΚΑΕ 1311

1. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7267	ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 12 ΜΜ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΜΗΚΟΥΣ 32 ΕΚ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	4
7268	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ, ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	3
7269	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΝΟΥΜΕΡΟ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 18CM.	ΤΕΜΑΧΙΑ	6
5426	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΝΟΥΜΕΡΟ 0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 52CM.	ΤΕΜΑΧΙΑ	15
7099	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΕΛΟΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ TROCAR.	ΤΕΜΑΧΙΑ	10
7270	ΣΑΚΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΑΚΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ 10MM - 300MM ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 400ML - 500ML ± 10%.	ΤΕΜΑΧΙΑ	80
	ΛΑΒΙΔΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM Η 10MM ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 360°, ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΗ Η ΘΗΛΥΚΗ:	ΤΕΜΑΧΙΑ	

7193	Α) ΨΑΛΙΔΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΥΡΤΟ, ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 5MM, ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟ. ΜΗΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΥ ± 33CM. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 360° ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Η ΘΗΛΥΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ.		10
6569	Β) ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΘΥΡΙΔΩΤΗ, ΙΣΧΥΡΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ RATCHET, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ 360°, ΜΗΚΟΥΣ ± 33CM.		40
5827	Γ) ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 360°, ΜΗΚΟΥΣ ± 33CM.		10
7166	ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ <u>ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:</u> Α) 2 TROCAR ΚΟΙΛΙΑΣ 5MM – 11MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ. Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΡΕΙΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ CO₂. Β) 2 TROCAR 5MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ CO₂. Γ) 1 ΚΑΣΕΤΑ 6 CLIPS M/L ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ CLIPS. ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.	SET	40
7271	ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ <u>ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:</u> Α) 2 TROCAR ΚΟΙΛΙΑΣ 5MM - 11MM, ΜΗΚΟΥΣ 100MM, ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ, ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ	SET	60

	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. ΛΟΓΧΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΖΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΑΛ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΩΝΙΑ 45°. Β) 2 TROCAR ΚΟΙΛΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΜΗΚΟΥΣ 100MM, ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ, ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΗΛΙΔΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΜΕ 4 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΛΟΓΧΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ, ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΖΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΑΛ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΩΝΙΑ 45°. Γ) 1 ΚΑΣΕΤΑ 6 CLIPS M/L ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ CLIPS.		
7272	ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ <u>ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:</u> Α) 1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAR ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ V ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, 1 ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ 2 ΚΑΝΟΥΛΕΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΚΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ. Η ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ TROCAR. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ TROCAR ΑΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΥΠΟΥ V ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΚΟΠΗΣ. Β) 1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAR ΜΕ ΑΚΡΟ V ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 11MM, 1 ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ 2 ΚΑΝΟΥΛΕΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ	SET	60

	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΚΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ. Η ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ TROCAR ΑΜΕΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (ΟΠΤΙΚΟ), ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΗ ΛΑΜΑ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ S.		
7273	TROCAR HASSON ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ 5MM - 11MM, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΩΝΟΕΙΔΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	5
7274	TROCAR LONG 5MM-12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	5

2. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7275	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 360° ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΚΡΟ 25MM, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER LOCK, ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΘΥΡΙΔΩΤΗ, ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 36 ΕΚ. <u>ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗ, ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΕΛΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ. - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΒΙΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6
7276	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΖΕΝΒΑΥΜ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 360°, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER LOCK, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΥΡΤΟ, ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 15 ΧΙΛ., ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3 ΧΙΛ., ΜΗΚΟΥΣ 36 ΕΚ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	3

	<u>ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> • ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΜΟΝΩΜΕΝΗ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. • ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΒΙΔΑΣ		
7277	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (DISSECTOR) CLINCLINE KELLY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 360°, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5 ΧΙΛ., ΜΗΚΟΥΣ 36 ΕΚ., ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. <u>ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:</u> • ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗ, ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΕΛΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ. • ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΒΙΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3
7278	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ, ΤΥΠΟΥ L (HOOK) ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 36 ΕΚ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	3

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- 1) κ. Χατζηγεωργιάδης Ανέστης, Δ/ντής Χειρουργικής
- 2) κ. Πράσατση Μαρίνα, ΤΕ Νοσηλευτικής
- 3) κ. Παυλίδου Μαρία, ΠΕ Νοσηλευτικής