

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"  
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»  
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ministry of Digital Governance,  
Hellenic Republic  
Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance,  
Date: 2020.12.14 07:53:13  
EET  
Reason:  
Location: Athens

Εγκύρωση: Π.Φ.Θ.  
Ημερομηνία: 14/12/2020  
Ώρα: 07:52:09  
Αρ. Πρωτ:

## ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Όνομασία Ειδους	M.M.	Ποσότητα	Μικτή Αξία	Ημ/νία Κατάθεσης Προσφορών	Κριτήριο 1
1	ΠΕ	512	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	304735	ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ	TEM	1,0000	23.391,00	16/12/2020	

Παρατηρήσεις :

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΧΛΙΑΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ:
- Πλήρες σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος πολλαπλών καναλιών που να περιλαμβάνει το κοχλιακό εμφύτευμα, τον επεξεργαστή ομιλίας και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα και συνδετικά για τη λειτουργία του συστήματος.
  - Το εμφύτευμα να αποτελείται από ευθύ εμφυτεύσιμο ηλεκτρόδιο και από το σύστημα του δέκτη-διεγέρτη-μαγνήτη.
  - Να μπορεί να τοποθετηθεί στο δεξιή ή το αριστερό αυτί.
  - Το εμφύτευσιμο τημήμα να είναι συμβατό με όλους τους τύπους των επεξεργαστών που διατίθενται από την εταιρεία προμήθειας, καθώς και με τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις.
  - Το πάχος του εμφυτεύσιμου τημήματος στο επίπεδο του διεγέρτη να είναι μικρότερο ή ίσο των 4.5mm.
  - Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας του εμφυτεύματος, διεγερτικά και μετεγχειρητικά.
  - Να είναι συμβατό στην χρήση MRI, με τη χώρις επέμβαση αφαίρεσης του μαγνήτη.
  - Ο εξωτερικός επεξεργαστής ήχου να είναι οπισθιώτασιού τύπου (με καλώδιο σύνδεσης του επεξεργαστή με τον πομπό) ή ενιαίου τύπου (με ενσωματωμένη επεξεργαστή, πομπό, μαγνήτη) και να λειτουργεί με μπαταρίες μικρού μεγέθους, κοινές (Zinc-Air) ή επαναφορτιζόμενες, με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον δύο ημερών.
  - Ο επεξεργαστής ομιλίας να διαθέτει τουλάχιστον 3 προεπιλεγμένα προγράμματα χρήσης, ώστε να προσφέρει στον χρήστη την επιλογή ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντός του.
  - Να διατίθενται όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για την εμφύτευση.
  - Η ρύθμιση (προγραμματισμός) να γίνεται εύκολα και να διατεθεί το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
  - Να υπάρχει η δυνατότητα τηλεμετρίας για τον έλεγχο της ακεραιότητας και της καλής λειτουργίας του συστήματος και να διατεθεί το ανάλογο Hardware και Software που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
  - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εμφυτεύσιμο τημήμα τουλάχιστον δέκα ετών και για τον επεξεργαστή τουλάχιστον τριών ετών.
  - Για όλα τα παραπάνω είδη να υπάρχει έγκριση CE mark.

2	ΠΕ	512	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	304707	ΣΕΤ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΝΕΥΡΩΝ (ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)	TEM	1,0000	477,40	16/12/2020	
---	----	-----	-------------	--------	---	-----	--------	--------	------------	--

Παρατηρήσεις :

- Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Μονοπολικό στυλέο νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου μιας χρήσης, για τον εντοπισμό, ερεθισμό και την παρακολούθηση της πορείας του νεύρου στο πεδίο.
  - Να διαθέτει έύκαμπτο απραυματικό άκρο διαμέτρου 0,5 χιλ. περίπου, να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης.
  - Σετ ηλεκτροδίων τοποθετούμενων υποδοριών για διεγερτική παρακολούθηση των εγκεφαλικών κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου.
  - Το σετ ηλεκτροδίων να αποτελείται από δύο (2) δικάναλα (μήκους 12 χιλ. και μεταξύ τους απόστασης 2,5 χιλ. περίπου) και δύο(2) μονοκάναλα ηλεκτρόδια σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης.
  - Επιπλέον:
  - Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης αγώγιμων φρεζών με δυνατότητα νευροδιέγερσης.
  - Όλα τα προσφερόμενα είδη αν είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ορθή λειτουργία διεγερτικά.
  - Να διαθέτει διακήρυξη συμμόρφωσης του οίκου κατασκευής.
  - Να διατίθεται η απαραίτητη βιβλιογραφία στο ιατρικό και τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων να φέρουν και να αποδεικνύουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE ,ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα ζητούμενα είδη πρέπει να είναι άμεσα παραδοτέα. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, καθώς επίσης ο κωδικός GMDN του προϊόντος και η τιμή του είδους όπως αυτή αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και ο Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, καθώς επίσης ο κωδικός GMDN του προϊόντος και η τιμή του είδους όπως αυτή αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και ο