

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ																				
	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ																		
	«ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2:																					
1	1. Περιγραφή : Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.	ΝΑΙ																				
2	2. Χαρακτηριστικά : Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης(σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες). Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003, δηλαδή: <table><tr><td>1</td><td>Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2)</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά</td><td>100 ± 5</td></tr><tr><td>3</td><td>Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα</td><td>50</td></tr><tr><td>4</td><td>Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά</td><td>80 ± 5</td></tr><tr><td>5</td><td>Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης</td><td>30</td></tr><tr><td>6</td><td>Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2)</td><td>24</td></tr></table>	1	Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2)	18	2	Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά	100 ± 5	3	Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα	50	4	Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά	80 ± 5	5	Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης	30	6	Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2)	24	ΝΑΙ		
1	Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2)	18																				
2	Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά	100 ± 5																				
3	Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα	50																				
4	Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά	80 ± 5																				
5	Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης	30																				
6	Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2)	24																				
3	3. Διαστάσεις- Συσκευασία: Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρων (m). Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ZIK ZAK) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής 2. το είδος του περιεχομένου	ΝΑΙ																				

	3. η ημερομηνία παραγωγής 4. ο αριθμός παρτίδας 5. οι διαστάσεις (μήκος-πλάτος) 6. ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας 7. η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη. 8. Η σήμανση πιστότητας CE.			
4	4. ΕΛΕΓΧΟΙ Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079/2003, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ). Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.	NAI		

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1	1.Οι προμηθευτές με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση, κλπ) και το οποίο θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από το Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής, και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE. Αντίγραφο της ανωτέρας άδειας και βεβαίωσης, θα κατατίθεται με την προσφορά.	NAI		
2	2.Να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα κατηγορίας Ι-επίδεσμοι γάζας της κατασκευάστριας εταιρίας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE ή βεβαίωση πιστοποιημένου Φορέα.	NAI		
3	3.Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας κατηγορίας Ι Ια γάζες απλές και γάζες ακτινοσκοπιές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.	NAI		

4	4.Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδόσει το εν λόγω πιστοποιητικό. Τα σημεία 1,2,3,4 της παραγράφου αυτής θεωρούνται απαράβατοι όροι.	NAI		
---	--	-----	--	--

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΓΑΖΑ»,
CPV 33141114-2

1	1) ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟ ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8X8 cm) Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Επιπλέον, πρέπει να φέρει ακτινοσκοιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του τολυπίου.	NAI		
2	2) ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΠΟ ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30 cm) Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Επιπλέον, πρέπει να φέρει ακτινοσκοιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του τολυπίου.	NAI		
3	3)ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ (ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΕΝΗ)ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 735 ΤΜΧ (ΠΕΡΙΠΟΥ)ΔΙΑΣΤΑΣΗ 35*35cm Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να πληροί τους κάτωθι όρους: 1.Να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα,	NAI		

	παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ). 2.Να αποτελείται από 100% βαμβακερά υδρόφυλλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας. 3.Να έχουν 18 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό και 23 -25 gr ανά τετραγωνικό μέτρο. 4.Να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κλπ.). 5.Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη. Η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες.			
4	4) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΧRAY (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X20 cm 12 ply) Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Επιπλέον, πρέπει να φέρει ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου, η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος.	ΝΑΙ		
5	5) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X5 cm 12 ply) Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς ξέφτια. Κάθε εκατό (100+) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ σκόνη κ.λ.π) και επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3 πλην του αριθμού της σύμβασης και του Φορέα. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3.	ΝΑΙ		
6	6) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X20cm 12 ply) Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το	ΝΑΙ		

	πρότυπο EN14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς ξέφτια. Κάθε εκατό (100+) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ σκόνη κ.λ.π) και επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3 πλην του αριθμού της σύμβασης και του Φορέα. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3			
7	7) ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40 cm 10 ply) Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003 και να υπόκειται στους όρους της Τεχνικής προδιαγραφής της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4). Επίσης το ύφασμα θα φέρει μια ακτινοσκοιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά φύλλο η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά κολλημένη. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών και στη συνέχεια αυτού γαζωμένη ακτινοσκοιερή βαριούχα ταινία τουλάχιστον 3 εκατοστών μήκους και τουλάχιστον 1 εκατοστού πλάτους. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3.	ΝΑΙ		
<u>ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</u>				
1	1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE κατηγορίας Πα. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερομένων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις	ΝΑΙ		

	διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα , της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/130648/30.09.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/02.10.2009) με την οποία εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία.			
2	2. Οι εταιρείες των υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της αριθ. ΔΥ8δ/130648 (ΦΕΚ2198/Β/02.10.2009) Υπουργικής απόφασης 'Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων',και να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ISO 13485	NAI		
3	3.Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485	NAI		
4	4. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.	NAI		
5	5.Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο, τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 1. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή (σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, τότε είτε η ετικέτα, είτε η συσκευασία, πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 2. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη <<ΠΑΡΤΙΔΑ>> (ή LOT) 3. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα νί. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 4.οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης εφόσον υπάρχουν 5. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 6. το χρονικό διάστημα μεταξύ της παραλαβής του υλικού και της ημερομηνίας λήξης αυτού να είναι τουλάχιστον τα 2/3 του προϊόντος. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.	NAI		

6	Η προσφορά να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή άλλο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο (technicaldatasheet) του κατασκευαστικού οίκου για την τεκμηρίωση – συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές.	NAI		

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

1	Θα προσφερθούν υποχρεωτικά δείγματα (τουλάχιστον δυο -2- ανά μ.μ.), επί ποινή αποκλεισμού, για όλα τα υπό προμήθεια είδη, άλλως οι προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αυτά πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. Εξάιρεση μόνο αποτελούν τα δείγματα εκείνα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους δεν μπορούν να αποσταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν, τότε εάν οι συμμετέχοντες δύνανται να προσφέρουν υποχρεωτικά ένα -1- τουλάχιστον δείγμα ή με υπεύθυνη δήλωση τους να βεβαιώνουν ότι σε περίπτωση που τους ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή να προσκομίσουν εντός εύλογης προθεσμίας ικανό αριθμό δειγμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί η προσφορά κάθε συμμετέχοντα. • Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, έως το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των συμμετασχόντων, μετά από αίτημα της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, να προσκομίσουν εντός εύλογης προθεσμίας επιπλέον αριθμό δειγμάτων ή/ και να προβούν σε επίδειξη των προσφερόμενων ειδών στους χώρους του Νοσοκομείου ή εάν τούτο δεν είναι δυνατό, στις δικές τους εγκαταστάσεις. • Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/2016. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατομικά σε κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της	NAI		
---	--	-----	--	--

	συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική συσκευασία να είναι τυπωμένα επ' αυτής.			
<u>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</u>				
1	Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ'όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.	NAI		
2	Ο προμηθευτής πρέπει επίσης να εγγυάται εγγράφως ότι σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου, για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.	NAI		
3	Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, των χρηστών ή άλλων προσώπων.	NAI		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης Σ. 09/2019)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

για την προμήθεια ειδών ,και των ειδικών όρων:

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2 για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.