

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ.			
1. Η γάζα θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή υψηλής καθαρότητας για να μην προκαλεί πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια (π.χ. δερματική αντίδραση) σε περιπτώσεις παρατεταμένης επαφής με το δέρμα ή με τραυματισμένους ιστούς γενικότερα, κάτι που για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσουν συνθετικά υλικά, ειδικότερα: να είναι απορροφητική, (υδρόφιλος), τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης, (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών), και να μην εμφανίζεται κατά τόπους ρυπαρή από οποιεσδήποτε ουσίες (όπως πχ μηχανέλαια). Να είναι σιδερωμένη και να μην φαίνεται ή να είναι λοξά υφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90°). Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003 και να υπάρχει συμφωνία με τα παρακάτω: Αριθμός κλωστών ανά cm² 18 (ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ). Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100±5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5cm στη διεύθυνση του στήμονα 50 Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 cm 80±5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5cm στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε gr/m² 24	NAI		
2. Όλες οι γάζες να είναι κομμένες ισομετρικά με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση χωρίς να υπάρχουν "ξέφτια", ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στο χρήστη. Η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη της την ύφανση.	NAI		
3. Τα είδη με α/α 2,3,4,5,6,8,9,10,11, να προσφέρεται το δείγμα σε πακέτο των 100τεμ. και να αναγράφονται σε ετικέτα του εργοστασίου, σε κάθε πακέτο τα παρακάτω: επωνυμία του κατασκευαστή, το είδος του περιεχομένου, η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παρτίδας, οι διαστάσεις του προϊόντος, σήμανση CE MARK. Οι αναφερόμενες πληροφορίες όταν δεν επιτρέπει η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνονται σε κάθε συσκευασία εσωτερικά. Εάν δεν υπάρχουν κλειστά πακέτα των 100τεμ για κάθε ένα κωδικό θα απορρίπτεται η προσφορά.	NAI		
4. Η τελική συσκευασία δεν θα επηρεάζει και θα προστατεύει το περιεχόμενο από εξωτερικούς παράγοντες και επιπλέον θα προσφέρει ασφαλή και εύκολη μεταφορά του προϊόντος. Πάνω στην τελική συσκευασία θα αναγράφονται REF number, ο αριθμός των τεμαχίων καθώς και όσα αναφέρθηκαν ότι θα αναγράφονται σε κάθε πακέτο προϊόντος.	NAI		
5. Επιπλέον για το είδος με α/α 5, ("τολύπια ακτινοσκιερά γεμιστά με βαμβάκι"), να είναι σφιχτά και όχι χαλαρά, να φέρουν γέμιση από καθαρό υδρόφιλο βαμβάκι 100%, να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή, υφασμένη κατά μήκος της γάζας περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30cm	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
υφάσματος. Όμοια για το είδος με α/α 2, 3, 4, 6 και 7 όσον αφορά την ακτινοσκοπική ένδειξη.			
6. Το είδος με α/α 6 ("γάζινα κοιλίας"), να είναι γαζωμένα γύρω-γύρω διότι με τη χρήση (κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης) αποστειρωμένων υγρών, δημιουργούνται ξέφτια. Να φέρουν "γαζί" σταυρωτό και επίσης να υπάρχει υφασμένη ελαστική, ακτινοσκοπική ταινία και σε συνέχεια υφασμένο κορδόνι, (βρόγχος). Να φέρει ακτινοσκοπική κλωστή υφασμένη κατά μήκος της γάζας περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου.	NAI		
7. Το είδος με α/α 7,(ταμπόν ακτινοσκοπικά, τύπου miculitz, γυναικολογικό) να φέρει ακτινοσκοπική κλωστή υφασμένη κατά μήκος της γάζας περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βαρίου ανά 30cm υφάσματος.	NAI		
8. Το είδος με α/α 11, ("γάζα με βαμβάκι"), να φέρει γέμιση από καθαρό υδρόφιλο βαμβάκι 100%, πάχους 1 cm, και η γάζα να είναι 18 κλωστών (το ελάχιστο) ανά cm ² και βάρους περίπου 10gr/m ² , να είναι βαμβακερή και να προσφέρεται σε πακέτο συσκευασίας των 100 τεμαχίων, όπου θα αναγράφονται όσα προαναφέρθηκαν και στις υπόλοιπες συσκευασίες.	NAI		
9. Στις προδιαγραφές συμπεριλαμβάνεται το πρότυπο EN 14079/2003 που αφορά την ταυτοποίηση της γάζας και τους ελέγχους που μπορεί να ακολουθήσουν Οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν από την επιτροπή. Τα δείγματα και τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή (έλεγχος ΕΟΦ, ΧΗΜΕΙΟ κλπ).	NAI		
10. Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν για όλα τα είδη γάζας.	NAI		
11. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος σε όλα τα είδη, προκειμένου όλα τα παραπάνω να ελεγχθούν.	NAI		
12. Σε περίπτωση που όλα τα είδη γάζας δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού να επιστρέφονται.	NAI		
13. Όσον αφορά την παράδοση των ειδών γάζας, αυτή θα πρέπει να γίνεται για το σύνολο της παραγγελθείσης κάθε φορά ποσότητας και εντός 5 ημερών το αργότερο.	NAI		
14. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485:2016.	NAI		
15. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, και να συμμορφώνεται με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.	NAI		
16. Να κατατεθούν τέλος επίσημα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά.	NAI		

α/α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 90cm X 100m ΣΕ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΤΡΙΑ)	Συσκευασία
2	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10 X 10 cm ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ 8 PLY	Τεμάχιο
3	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10X20 cm ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ 12 PLY	Τεμάχιο
4	ΓΑΖΙΝΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8 X 8 cm	Τεμάχιο
5	ΓΑΖΙΝΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ 22X22 cm (ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ)	Τεμάχιο
6	ΓΑΖΙΝΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚ.40 X40 cm ΔΙΠΛ. 8 PLY	Τεμάχιο
7	ΤΑΜΠΟΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΚΟΥΛΙΤΖ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) 4 ΔΙΠΛΩΣΕΩΝ 5 m X 7 cm	Τεμάχιο
8	ΓΑΖΙΝΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 30X30 cm ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	Τεμάχιο
9	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚ.5 X 5 cm ΔΙΠΛ.8PLY	Τεμάχιο
10	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚ.10 X 10 cm ΔΙΠΛ.8PLY	Τεμάχιο
11	ΚΟΜΠΡΕΣΣΑ ΑΠΛΗ ΓΑΖΑΣ ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ 10 X 20cm	Τεμάχιο