

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης Σ.06/2019)

A/A	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ»	Μονάδα μέτρησης
-----	---	--------------------

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M/M
1	1)Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, αναδιπλούμενος, ακρυλικός υδρόφιλος, ενός τεμαχίου, οπισθίου θαλάμου: Υδρόφιλος 2. Ασφαιρικός 3. Αμφίκυρτος 4. με ποσοστό υδροφιλίας 25% 5. με γωνίωση αγκυλών 8 ο 6. με δείκτη διάθλασης 1.46 7. διάμετρος οπτικής ζώνης 6.00mm (από D:+10.00 έως +24.50) 5.70mm (από D:+25.00 έως +30.00) και ολικό μήκος 11.00mm (από D:+10.00 έως +14.50) 10.75mm (απόD:+15.00 έως +24.50) 10.50mm (από D:+25.00 έως +30.00) 8. με αγκύλες four haptic (4x4) 9. με φίλτρο UV 10. με σχεδιασμός προφίλ 360ο square edge 11. με A-Constant, Laser Biometry (SRK-T) 118.5 12. με ACD 5.25mm π Δυνατότητα να εισέρχεται από τομή $\geq 1.8\text{mm}$ Micro-incision π Διαθέσιμο σε μεγάλο εύρος διοπτριών (από D:+10.00 έως +30.00), με βήμα 0.5D	TMX
2	2)Ενδοφακός υδρόφοβος ακρυλικός τριών (3) τεμαχίων (3 pieces),σφαιρικός (μη σφαιρικός)με ολικό μήκος 13mm,οπτική διάμετρος 6 mm , με δείκτη διάθλασης 1,55 και γωνία αγκυλών 10 μοίρες.Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διόπτρων.	
3	3)Ενδοφακός οπισθίου θαλάμου ενός τεμαχίου.Ακρυλικός υδρόφοβος,αναδιπλούμενος με κατεργασία ηπαρίνης στην επιφάνεια του,αμφίκυρτος,σφαιρικός προοπλισμένος σε ενθετήρα για τομή <2,4mm Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 mm και ολική 13 mm.Διατίθεται σε διοπτρίες από +4.0 D έως +34.0D. Γωνία αγκύλων 0.	
4	4)Ακρυλικός αναδιπλούμενος υδρόφιλος ενδοφακός,ενός τεμαχίου,ασφαιρικός. Με διάμετρο οπτικού τμήματος 6 χιλιοστά και ολική διάμετρο 10,5-11,00 χιλιοστά. Με τέσσερις αγκύλες στήριξης.Με γωνία αγκυλών 0 μοίρες,δείκτη διάθλασης 1,46 και ποσοστό υδροφιλίας 26%. Με διοπτρικό εύρος από 0 έως 30 διοπτρίες και μισά από 10 έως 30 διοπτρίες.	
5	5)Αναδιπλούμενος 100%,υδρόφοβος,ακρυλικός ενδοφακός ειδικά σχεδιασμένος για φακοθρυψία.Περιοριστικότητα σε νερό=<1%. Δείκτης Διάθλασης 1,55 Μήκος:13mm Οπτική ζώνη:6mm Τύπος:ANTERIOR ASYMMETRIC BICONVEX Τρύπες:0	

Γωνία:00 Σταθερά A:118.4 ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ:06-30 (και τα μισά) ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ:31-40 (Χωρίς τα μισά) ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ:MODIFIED-L ΑΚΡΥΛΙΚΑ	
---	--

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για την εύρυθμη λειτουργία και προγραμματισμό των χειρουργείων, επί ποινή απόρριψης τα παραπάνω είδη να είναι άμεσα παραδοτέα, εντός 48 ωρών και σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής διοπτριών, ο μειοδότης προμηθευτής να δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάστασή τους εντός 48 ωρών επί ποινή έκπτωτης διαδικασίας.	NA I		
--	---------	--	--