

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε ένα Νοσοκομείο διακρίνονται σε:

1.1 Χειρουργικά γάντια (Surgical Gloves) αποστειρωμένα, από λατέξ ή άλλο υλικό για χειρουργικές επεμβάσεις, μικροεπεμβάσεις και πράξεις όπου απαιτείται άσηπτη τεχνική.

1.2 Εξεταστικά / Διαδικαστικά γάντια (Examination /Procedure Gloves) αποστειρωμένα ή μη αποστειρωμένα, χωρίς ή με ραφή, από λατέξ ή άλλο υλικό που προορίζονται για ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες.

Η κατηγοριοποίηση ως προς τον κίνδυνο και οι προδιαγραφές του υλικού και των ιδιοτήτων που καθιστούν ασφαλή τη χρήση ενός ιατρικού γαντιού μιας χρήσης διέπονται από δύο οδηγίες καθώς αποτελούν ταυτόχρονα ιατροτεχνολογικό προϊόν και Μέσο Ατομικής Προστασίας:

- την 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- την 89/686/ΕΟΚ σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016

Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης για να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλινικό / νοσοκομειακό περιβάλλον πρέπει να έχουν ελεγχθεί σε συμφωνία με όσα ορίζουν οι δύο οδηγίες. Ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, φέρουν σήμανση ως MDD 93/42/EEC και αναγράφεται η συμφωνία ως προς τα μέρη του προτύπου κατηγορία.

Ως Μέσα Ατομικής Προστασίας φέρουν σήμανση ως PPE 89/656/EEC και αναγράφεται η συμφωνία ως προς τα μέρη του προτύπου EN 374.

Τα εξεταστικά γάντια μιας χρήσης όταν χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες κατά τις οποίες ο χρήστης δεν έρχεται σε επαφή με βλεννογόνους και βιολογικά υγρά κατατάσσονται στην κατηγορία I. Σε περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία ο χρήστης έρχεται σε επαφή με βλεννογόνους ή αίμα και άλλα βιολογικά υγρά τότε κατατάσσονται στην κατηγορία II. Τα χειρουργικά γάντια είναι ατομικά μέσα προστασίας κατηγορίας III.

Οι γενικοί όροι για κάθε κατηγορία ιατρικών γαντιών μιας χρήσης είναι οι εξής;

- Για εξεταστικά γάντια μιας χρήσης κατηγορίας κινδύνου I να αποδεικνύεται μέθοδος παραγωγής που εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας τουλάχιστον AQL (Accepted Quality Level) 1,5 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-1:2000, κατώτατα όρια αντοχής και θραύσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-2:2009+A2:2013 και να υπάρχει συμφωνία μεγέθους και διαστάσεων γαντιού (πλάτος και ελάχιστο μήκος) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ίδιου προτύπου.
- Για όλα τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης να πιστοποιείται ο έλεγχος της βιολογικής τους ασφάλειας σε όρους χημικών ουσιών (λόγω χημικής αποστείρωσης-επικάλυψης με λιπαντικά ή ενσωμάτωσης κατά την

παραγωγική διαδικασία) ενδοτοξινών και υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών – πεπτιδίων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-3:2006.

- Για όλα τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης να αποδεικνύεται η συμφωνία με το πρότυπο EN 455-4:2009 που ορίζει τις απαιτήσεις και δοκιμές για προσδόκιμο χρόνου ζωής ο οποίος να μην είναι μικρότερος των 3 ετών.
- Για χειρουργικά γάντια να αποδεικνύεται η συμφωνία με τα πρότυπα EN 455-2:2009+A2:2013 (φυσικές ιδιότητες του γαντιού), EN 455-3:2006 (βιολογική ασφάλεια), EN 455-4:2009 (προσδόκιμο χρόνου ζωής προϊόντος). Όσον αφορά την προστασία από διείσδυση μικροοργανισμών να αποδεικνύεται η συμφωνία με το πρότυπο EN 374-2:2003 και να είναι επίπεδο ποιότητας AQL (Accepted Quality Level) 0,65 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-1:2000.
- Όλα τα γάντια μιας χρήσης να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Για τα γάντια κατηγορίας II ο έλεγχος συμμόρφωσης με το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας για την ΕΕ θα πρέπει να γίνεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε συμφωνία με Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για τα γάντια κατηγορίας III θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του κοινοποιημένου αριθμού δίπλα στη σήμανση CE στη συσκευασία του προϊόντος.
- Η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο διανομέας του προϊόντος της αλλά και ο αντιπρόσωπος της εταιρείας στην ΕΕ ή ο εισαγωγέας εφόσον το εργοστάσιο παραγωγής δε βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης, τεχνικό φάκελο και τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα σε συμφωνία με τους κανονισμούς 768/2008 και τον 425/2016.
- Για κάθε είδος ζητούμενου γαντιού να αναφέρεται στην προσφορά η κατηγορία κινδύνου στην οποία ανήκει σύμφωνα με οδηγίες 93/42/ΕΟΚ και 89/686/ΕΟΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, Κανονισμός ΕΕ 2007/47/ΕΚ άρθρο 2 παράγραφος 6, καθώς τα ιατρικά γάντια αποτελούν ιατροτεχνολογικό προϊόν και Μέσο Ατομικής Προστασίας και η χρήση τους αποσκοπεί στην προστασία του ασθενή αλλά και του επαγγελματία υγείας ταυτόχρονα.
- Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να εμπεριέχονται ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατασκευαστής – εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ εισαγωγέας – διανομέας) τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. Για όλες τις κατηγορίες γαντιών να προσκομίστούν δείγματα γαντιών στη συσκευασία τους στην επιτροπή αξιολόγησης.
- Τα γάντια με πούδρα να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα, με ελάχιστη ποσότητα πούδρας. Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο.
- Η συσκευασία να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τα γάντια από επιμολύνσεις. Στα χειρουργικά γάντια να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι
- Στην εξωτερική συσκευασία όλων των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης πρέπει να αναγράφονται όλες οι ενδείξεις σε συμφωνία με το ISO 15223:2016.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ 1: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ με πούδρα

- Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας.

- Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, χωρίς ρεβέρ για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) ή άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού.
- Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (No 6,5 - 8,5), με ολικό μήκος γαντιού 300mm για κάθε μέγεθος (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση $\pm 20\text{mm}$)
- Να είναι πουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο(όχι με πυριτικό μαγνήσιο).
- Να είναι αποστειρωμένα με 3ετή διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.
- Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.
- Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής και του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης.
- Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη).
- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής, EN 455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και EN 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χημικούς επιταχυντές) και το πρότυπο EN 373-2:2003 ως προς τη δεισδυσία μικροοργανισμών (performance level 3, AQL 0,65). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ελέγχου βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων.
- Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.

ΕΙΔΟΣ 2 : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ χωρίς πούδρα

- Να είναι πιο λεπτά από τα συμβατικά γάντια στις περιοχές των δακτύλων για καλύτερη αφή αλλά να έχουν την ίδια αντοχή με αυτά.
- Να είναι κατάλληλα για οφθαλμολογικές, μικροχειρουργικής και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
- Να έχουν χρώμα σκούρο ώστε να ελαττώνεται η αντανάκλαση του φωτός και να εξασφαλίζεται καλύτερη αντίθεση σε ελαφρώς χρωματισμένα όργανα, ιστούς
- Να πληρούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές συσκευασίας των χειρουργικών γαντιών (όπως περιγράφονται στο Είδος 1) και επιπλέον τα πρότυπα EN 374 και EN 388
- Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.

ΕΙΔΟΣ 3: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ με πούδρα

- Ειδικά σχεδιασμένα για ορθοπεδική χρήση και να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα, με ελάχιστη ποσότητα πούδρας

- Μεγαλύτερο πάχος (έως και 40%) - εξαιρετική αντοχή-ανατομική κατασκευή
- Αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια χωρίς να χάνεται η αίσθηση της αφής
- Από καθαρό σκούρο latex ώστε να ελαττώνει την αντανάκλαση του φωτός και να εξασφαλίζεται καλύτερη αντίθεση σε ελαφρώς χρωματισμένα όργανα, ιστούς
- Να πληρούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές συσκευασίας των χειρουργικών γαντιών (όπως περιγράφονται στο Είδος 1) και επιπρόσθετα το πρότυπο EN 388. Να αναγράφονται τα πρότυπα στην τελική συσκευασία του ζεύγους
- Να προσφερθούν σε όλα τα μεγέθη (No 6 - 8,5), με ελάχιστο ολικό μήκος τουλάχιστον 280mm για τα μεγέθη 6-7 και 300 mm στα υπόλοιπα μεγέθη, χωρίς ρεβέρ στη μανσέτα (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση $\pm 20\text{mm}$)
- Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.

ΕΙΔΟΣ 4: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ με κοντή μανσέτα

- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2 : 2009+A2: 2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009. Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003+A:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών.
- Να έχουν πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο πιστοποιημένο οργανισμό
- Να έχουν ομοιόμορφη **επάλειψη με παράγωγο αμύλου** για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη.
- Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, **ότι περιέχει πούδρα**, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
- Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof
- Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.
- Να προσφέρονται σε μεγέθη Small-Medium-Large

ΕΙΔΟΣ 5: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ με μακριά μανσέτα

- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2 : 2009+A2: 2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009. Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003+A:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών.
- Να έχουν πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο πιστοποιημένο οργανισμό
- Να έχουν ομοιόμορφη **επάλειψη με παράγωγο αμύλου** για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη.
- Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, **ότι περιέχει πούδρα**, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
- Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof
- Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.
- Να προσφέρονται σε μεγέθη Small-Medium-Large

- Με μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού)

ΕΙΔΟΣ 6: ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΑ NYLON (ΧΟΥΦΤΕΣ)

- Γάντια κοινής χρήσης για εξεταστικούς κύρια λόγους
- Από συνθετικό nylon
- Ανθεκτικότητα στη χρήση
- Εύκολη εισαγωγή του χεριού και αφαίρεση του γαντιού
- Μέγεθος ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες

ΕΙΔΟΣ 7: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ (PVC), υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα

- Να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό αρίστης ποιότητας για χρήση στην εκτέλεση σύντομων μη επεμβατικών καθηκόντων και προετοιμασίας τροφής
- Σε συμφωνία με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2009 και το EN 455-2:2009+A2:2013
- Να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές σε μεγέθη Small-Medium-Large-XLarge
- Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι
- Να φέρουν σήμανση CE

ΕΙΔΟΣ 8: ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ μ.χ., χωρίς πούδρα (Τεμάχια)

- Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων
- Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο EN:374:2003). Να αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί
- Ανθεκτικά κατά τη χρήση (EN 388:2003), να πληρούν τα πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009
- Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού
- Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, **ότι δεν περιέχει πούδρα**, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 και τα σύμβολα των προτύπων EN 388, EN 374
- Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.
- Να προσφέρονται σε μεγέθη Small-Medium-Large-XLarge

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΥΝΑΜΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (FORCE AT BREAK) ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΗΣ (SEAM STRENGTH)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ		ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ	
	Από λάτεξ (1)	Συνθετικά (2)	Από λάτεξ (3)	Από άλλα υλικά
Ελάχιστη δύναμη	10,5	7,5	7,5	3

Θραύσης πριν από επιταχυνόμενη γήρανση, σε Newtons				
Ελάχιστη δύναμη θραύσης μετά από επιταχυνόμενη γήρανση, σε Newtons	7,5	5,5	5,5	3
Ελάχιστη αντοχή ραφής σε γάντια με ραφές πριν από επιταχυνόμενη γήρανση, σε Newtons	10,5	7,5	7,5	3
Ελάχιστη αντοχή ραφής σε γάντια με ραφές μετά από επιταχυνόμενη γήρανση, σε Newtons	7,5	5,5	5,5	3
1) Απαιτήσεις για γάντια από φυσικό λάτεξ 2) Απαιτήσεις για γάντια από συνθετικό λάτεξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού 3) Απαιτήσεις για γάντια από φυσικό λάτεξ , από συνθετικό λάτεξ ή από διαλύματα φυσικού και /ή συνθετικού ελαστικού				

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

Μέγεθος	Ελάχιστο μήκος (L)	Πλάτος (W) σε χιλιοστά *
6	260	77±5
6,5	260	83±5
7	270	89±5
7,5	270	95±5
8	270	102±6
8,5	280	108±5
9	280	114±5
*Απαιτήσεις ως προς το πλάτος για γάντια από φυσικό λάτεξ , από συνθετικό λάτεξ ή από διαλύματα φυσικού και ή συνθετικού ελαστικού		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

Μέγεθος	Ελάχιστο μήκος (I) , σε χιλιοστά		Πλάτος (w) σε χιλιοστά
	Γάντια με ραφή	Γάντια χωρίς ραφή	
Μικρό (small)	270	240	80±10
Μεσαίο (medium)	270	240	95±10
Μεγάλο (large)	270	240	110±10
Πολύ μεγάλο (extra large)	270	240	≥110

ΔΕΙΓΜΑΤΑ : Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (Ζεύγη)	7000065-69	94.000	0,170	15.980,00	3.835,20	19.815,20
2	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Ζεύγη)	7100646-48	1.600	0,48	768,00	184,32	952,32
3	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΔΙΠΛΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Ζεύγη)	52177, 7000051-4	5.300	1,00	5.300,00	1.272,00	6.572,00
4	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ /ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, με κοντή μανσέτα, με πούδρα (Τεμάχια)	7000043-45	2.200.000	0,021	46.200,00	11.088,00	57.288,00
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ /ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, με μακριά μανσέτα, με πούδρα (Τεμάχια)	100918, 100920, 100921	500	0,13	65,00	15,60	80,60
6	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΑ NYLON – ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (ΧΟΥΦΤΕΣ) μ.χ. (Τεμάχια)	50019	250.000	0,0029	725,00	174,00	899,00
7	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα (Τεμάχια)	52232, 81243-46, 7041333	64.000	0,0318	2.035,20	488,45	2.523,65
8	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ μ.χ., χωρίς πούδρα (Τεμάχια)	86306	32.000	0,0219	700,80	168,19	868,99