



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ΗΣ</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
«ΑΤΤΙΚΟΝ»  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

*Αναρτητέα στο Μητρώο  
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο*

**ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 9006**

**ΧΑΪΔΑΡΙ, 11-03-2020**

Ταχ. Δ/ση: ΠΙΜΙΝΙ 1 ΧΑΪΔΑΡΙ, Τ.Κ.:124-62  
Κωδ.Νuts EL300  
Τηλέφωνο: 2105831055-1058-1025  
Φαξ: 2105326509  
Email: [nkalk@attikonhospital.gr](mailto:nkalk@attikonhospital.gr)  
[asant@attikonhospital.gr](mailto:asant@attikonhospital.gr)

#### **4<sup>η</sup> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

για την προμήθεια προστατευτικού υγειονομικού υλικού απαραίτητου για την ατομική και συλλογική προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού και τη διαχείριση των σχετικών περιστατικών

#### **Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»**

Έχοντας υπόψη:

##### **Α. Τις διατάξεις**

1. Του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-2-2020 «κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ.Α/25-2-2020)
2. Του άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
3. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εσοπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α'/2014).

##### **Β. Τις αποφάσεις και έγγραφα :**

1. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας έχει ορισθεί ως βασικό νοσοκομείο αναφοράς στη 2<sup>η</sup> ΥΠΕ για τον νέο κορωνοϊό
2. Την με αριθμ. πρωτ. 8854/10-03-2020 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: ΨΗΖΑ4690ΩΔ-ΤΗ7)

#### **ΚΑΛΕΙ**

τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού απαραίτητου για την ατομική και συλλογική προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού και τη διαχείριση των σχετικών περιστατικών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου **ΚΑΕ 1311**.

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                             | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ             |                                              | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                      | ΕΝΑΡΞΗ                                     | ΛΗΞΗ                                         |                                             |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ<br>ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ<br>ΡΙΜΙΝΙ 1 ΧΑΙΔΑΡΙ | 12/03/2020<br>ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ<br>ΩΡΑ:08:00ΠΜ | 16/03/2020<br>ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ<br>ΩΡΑ:15:00ΜΜ. | 17/03/2020<br>ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ<br>ΩΡΑ: 11:00ΠΜ. |

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική προσφορά.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπος του, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση.

Αρμόδια για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση Διοικητή ειδικά για το σκοπό αυτό και η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ**

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ  
ΑΦΜ: 999696736, ΔΟΥ: Χαϊδαρίου  
Ρίμινι 1 Χαϊδάρη, ΤΚ 12462  
Κωδικός Nuts EL300

#### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Νεκταρία Καλκαντέρα, τηλ. 2105831055, e-mail: [nkalk@attikonhospital.gr](mailto:nkalk@attikonhospital.gr),  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Αργυρώ Σαντοριναίου, τηλ. 2105831058 [asant@attikonhospital.gr](mailto:asant@attikonhospital.gr)  
Φωτεινή Αβραμοπούλου, τηλ. 2105831025

#### **ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις **11/3/2020**, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας <https://www.moh.gov.gr/> καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.attikonhospital.gr](http://www.attikonhospital.gr).

### **ΜΕΡΟΣ Α' ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 1**

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών που περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση των κρουσμάτων του νέου κοροναϊού.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:

33157000-5 (α/α 1), 44423000-1 (α/α 2,4,7,8,12,16,18 & 19), 33141600-6 (α/α 3,35,36,37,38 & 39), 39225700-2 (α/α 5 & 6), 44619000-2 (α/α 9 & 15), 33140000-3 (α/α 10, 32, 33 & 34), 33140000-2 (α/α 11), 33141123-8 (α/α 13 & 14), 38437000-7 (α/α 17), 33141110-4 (α/α 20), 33141320-9 (α/α 21-31), 33198000-4 (α/α 40) & 33700000-7 (α/α 41).

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ                                                                                     | ΠΟΣΟΤΗΤΑ   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2m, ΕΥΚΑΜΠΤΑ & ΜΑΛΑΚΑ                     | 20.000 ΤΜΧ |
| 2   | ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ                                                    | 30 ΤΜΧ     |
| 3   | ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3LT                            | 15.000 ΤΜΧ |
| 4   | ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                        | 2.000 ΤΜΧ  |
| 5   | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤ& ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠ.ΠΗΞΗΣ 10ML (16X100MM) ΠΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ Ή ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ | 50.000 ΤΜΧ |
| 6   | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤ.ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥΛΑΧ.3,5ML M                       | 50.000 ΤΜΧ |
| 7   | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ SODIUM CITRATE 3,8% 2,5-3,5ml (ΠΗΞΙΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΟ)13X75MM                    | 30.000 ΤΜΧ |
| 8   | ΣΩΛΗΝΑΡ. ΚΕΝΟΥ(ΧΡΗΣΗ IVD)ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤ EDTA 3ml 3Κ ΠΩΜΑ(ΔΙΠΛ.ΤΟΙΧ.)13X75                    | 50.000 ΤΜΧ |
| 9   | ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 2000ml ΜΕ ΘΥΡΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ               | 1.000 ΤΜΧ  |
| 10  | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ >50mm ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ     | 50.000 ΤΜΧ |
| 11  | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ                 | 5.000 ΤΜΧ  |
| 12  | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ BEEPER                                                  | 5.000 ΤΜΧ  |
| 13  | ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ 7LT ΑΚΑΜΠΤΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 153                    | 1.500 ΤΜΧ  |
| 14  | ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ 4LT ΑΚΑΜΠΤΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 153                    | 3.000 ΤΜΧ  |
| 15  | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ                                                              | 1.500 ΤΜΧ  |

|    |                                                                     |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16 | ΠΟΤΗΡΑΚΙ - ΜΕΖΟΥΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                   | 200.000 ΤΜΧ |
| 17 | ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΥΑΡ 3ml                                   | 100.000 ΤΜΧ |
| 18 | ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                       | 1.500 ΤΜΧ   |
| 19 | ΣΤΑΤΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ                               | 10.000 ΤΜΧ  |
| 20 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΜΕ Ag 3 X 44 CM                            | 500 ΤΜΧ     |
| 21 | ΒΕΛΟΝΕΣ 24 G ΑΠΟΣΤΕΙΡ.                                              | 50.000 ΤΜΧ  |
| 22 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 18G x 1 1/2                             | 50.000 ΤΜΧ  |
| 23 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 19G x 1 1/3                             | 50.000 ΤΜΧ  |
| 24 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 20G x 1 1/4                             | 50.000 ΤΜΧ  |
| 25 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 22G x 1 1/5                             | 50.000 ΤΜΧ  |
| 26 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 26G x 1 1/6                             | 50.000 ΤΜΧ  |
| 27 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 27G x 1 1/7                             | 100.000 ΤΜΧ |
| 28 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G                             | 500 ΤΜΧ     |
| 29 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΚΕΝΤΗΣΗΣ 21G                             | 500 ΤΜΧ     |
| 30 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΚΕΝΤΗΣΗΣ 25G                             | 300 ΤΜΧ     |
| 31 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΚΕΝΤΗΣΗΣ 23G                             | 300 ΤΜΧ     |
| 32 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL<br>10x7,5x3,3 | 30 ΣΕΤ      |
| 33 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE<br>26x15x3,3  | 50 ΣΕΤ      |

|    |                                                      |            |
|----|------------------------------------------------------|------------|
| 34 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1100cc                               | 65 TMX     |
| 35 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 10 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR | 200 TMX    |
| 36 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 12 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR | 200 TMX    |
| 37 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 14 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR | 200 TMX    |
| 38 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 16 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR | 200 TMX    |
| 39 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 18 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR | 200 TMX    |
| 40 | ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ                             | 30.000 TMX |
| 41 | ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΤΕΝΑΚΙ              | 10.000 TMX |

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος . Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας.

Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, και σε όσους τεχνικά κατάλληλους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα.

**Οι προσφορές θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να περιλαμβάνουν τον όρο ότι τα προσφερόμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα και μπορούν να παραδοθούν εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση.**

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταίρεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Σε περίπτωση που οι προσφορές εξακολουθούν να είναι ισοδύναμες ο ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κλήρωσης.

## Άρθρο 2

### ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Νοσοκομείο αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, το Νοσοκομείο μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016.

## Άρθρο 3

### ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:**

α) η λέξη Προσφορά

- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
- γ) ο τίτλος της παρούσας
- δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
- ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Στον φάκελο της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω:

### 3.1 Τα κάτωθι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας

α. δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016

β. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς εκπόνησης μελετών, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω

γ. ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

δ. ότι έχει λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

- αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνο ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

**3.2 «Τεχνική Προσφορά»**, η οποία θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Μέρος Β' της παρούσας ανάλογα με το προσφερόμενο είδος. Να προσφερθεί δείγμα όπου ζητείται.

### 3.3. «Οικονομική Προσφορά»

Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, στην οποία θα υποβληθεί ο οικονομικός φορέας για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα.

Στην προϋπολογιζόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή και δεν αναπροσαρμόζονται για κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

#### **Άρθρο 4**

#### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Λόγω του επείγοντος η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), σε μία δημόσια συνεδρίαση στις **17/3/2020 στις 11.00 πμ** από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο

#### **Άρθρο 5**

#### **ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Το Νοσοκομείο με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

#### **Άρθρο 6**

#### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το είδος της προμήθειας,
3. Τον εκδότη.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
7. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
8. ότι η εγγύηση ισχύει μέχρι την επιστροφή της
9. Τους όρους ότι:
  - i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
  - ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
  - iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

#### **Άρθρο 7**

#### **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

- Πυρκαγιά
- Πλημμύρα
- Σεισμός

- Πόλεμος
- Τρομοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία

### **ΜΕΡΟΣ Β'** **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Λόγω του κατεπείγοντος η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αξιολογήσει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ως επουσιώδεις εφόσον το αιτιολογήσει ειδικώς.**

#### **α/α 3**

Σάκοι αναρρόφησης 2lt ή 3lt

Οι ανταλλακτικοί σάκοι αναρρόφησης :

- Να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας.
- Να είναι LATEX FREE σε ατομική συσκευασία (blister).
- Να φέρουν ενσωματωμένη υδρόφοβη βαλβίδα μη υπερχείλισης.
- Να έχουν ενσωματωμένο φίλτρο τριπλής προστασίας : υψηλής αντιβακτηριακής προστασίας, >99.999995% ανα μικροσωματίδιο 0.1μ (αντιμικροβιακή προστασία για την ασηψία), αντιαφρίζουσα ικανότητα, και προστασία ηλεκτροχειρουργικών αναθυμιάσεων.
- Να διατίθεται και με πηκτικό παράγοντα.
- Να παρέχονται τρόλεϊ συνδεδεμένων κάνιστρων χωρητικότητας τουλάχιστον 12lt . Να γίνει παρουσίαση καλής λειτουργίας στα χειρουργεία.
- Να διαθέτει το παραπάνω σύστημα διακόπτη λειτουργίας ON/OFF της αναρρόφησης.
- Να διατίθενται όλα τα μη αναλώσιμα μέρη (αποσπώμενα και μη ), σε ότι ποσότητα ζητηθεί από το Νοσοκομείο για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του.
- Να φέρει ο ασκός χειρολαβή αποσύνδεσης και μεταφοράς από το κάνιστρο.
- Να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με άλλα κάνιστρα, σε σειρά (κλειστό σύστημα).
- Να κατατεθεί φάκελος διαχείρισης ποιοτικού ελέγχου για όλα τα μέρη του συστήματος αναλώσιμα και μη μέρη του συστήματος προς την επιτροπή λοιμώξεων του Νοσοκομείου.
- Με συνοδό εξοπλισμό τουλάχιστον 100 κάνιστρα.

#### **α/α 5-6**

Τα πρωτογενή σωληνάρια, δηλαδή αυτό που θα φορτώνεται στο προ-αναλυτικό σύστημα, θα πρέπει :

- να έχουν διαστάσεις 13x75 ή 16x100
- να φέρουν πώμα ασφαλείας (Plug closure) Hemogard με Outer guard δηλαδή να καλύπτει εξωτερικά το πάνω μέρος του σωληναρίου
- να είναι NON Ridged δηλαδή χωρίς χείλος
- να είναι πλαστικά

#### **α/α 9**

#### **Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων**

Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

. Να είναι χωρητικότητας 2000ml

Να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml

. Να είναι πλαστικοί διαφανείς , απολύτου στεγανότητας

Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα

. Να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα

. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη

. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC , να υπάρχει ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη

Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων  
Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή – πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια

**α/α 10-11**

Αυτοκόλλητο αφρώδες ηλεκτρόδιο υποαλλεργικό να έχουν τέλεια εφαρμογή να μην ξεκολλούν να μην αφήνουν συγκολλητική ουσία στο δέρμα . Να είναι σε ειδικό φάκελο αλουμινίου για να μην επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες .Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη .

**α/α 13-14**

**1.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΑΥΜ**

**1.2.5 Υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων**

Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή αιχμηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται είτε προς αποτέφρωση, είτε προς αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:

- μιας χρήσεως,
- άκαμπτοι,
- αδιάτρητοι,
- αδιαφανείς,
- υψηλής πυκνότητας,
- αδιαπέραστοι από την υγρασία,
- μη παραμορφούμενοι για ασφαλή μεταφορά,
- να είναι κατάλληλοι κατά UN,
- να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται,
- να χαρακτηρίζονται με τον όρο “Αιχμηρά Απόβλητα”,
- κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C),
- να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
- να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής,
- να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωση τους και το κλείσιμο του περιέκτη να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών,
- να τοποθετούνται σε δευτερογενείς περιέκτες ανάλογου χρώματος με τη μέθοδο επεξεργασίας που θα ακολουθήσει.

**α/α 15**

Δοχεία συλλογής ούρων 24 ώρου χρώματος λευκού χωρητικότητας 2-2,7 λίτρων με βαθμονόμηση ανά 100cc κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό.

Να φέρουν ένα στόμιο.

Να φέρουν μεταλλικό ή πλαστικό χερούλι για εύκολη μεταφορά. Σε τεμάχια.

**α/α 20**

**ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Χ45 CM περίπου.**

Επίθεμα αλγηνικό με άργυρο για έλκη με μεγάλο έλλειμμα και λοίμωξη ή αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη.

**α/α 32-34**

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

1. Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Το αποστειρωμένο σετ αναλυτικά να περιέχει: α) αποστειρωμένο σπόγγο με άργυρο, β) αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης και γ) αποστειρωμένη αυτοκόλλητη μεμβράνη. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα.

A) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης small, 10 x 7,5 x 3,3cm

B) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης medium, 18 x 12,5 x 3.3 cm

Γ) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης large 26 x 15 x 3.3 cm

Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η εξωτερική αποστειρωμένη συσκευασία καθώς και οι εσωτερικές ατομικές αποστειρωμένες συσκευασίες των υλικών θα πρέπει να περιέχουν σήμανση που θα περιλαμβάνει CE, LOT καθώς και ημερομηνία παραγωγής – λήξης.

## 2. ΚΑΝΙΣΤΡΟ

Το κάνιστρο να είναι κλειστού τύπου για να μην επιτρέπει την διαφυγή των μολυσματικών εκροών του τραύματος προς το περιβάλλον. Να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ. Να αναγράφεται πάνω στο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό.

A) Χωρητικότητα 1000ml +/- 100ml

Απαραίτητα δικαιολογητικά για προσφορά

- 1) Φυλλάδιο της εταιρείας
- 2) Δειγματισμός

### α/α 35-39

Παροχέτευση τραύματος με δοχείο προκαθορισμένης αρνητικής πίεσης, μιας χρήσεως, χωρητικότητας 500-700ml, πλήρης με τα συνδετικά της και με τροκάρ με σωλήνα διαμέτρου (θα ορίζεται στη διακήρυξη):

- α. 10CH
- β. 12CH
- γ. 14CH
- δ. 16CH
- ε. 18CH

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Συμπληρώνεται ανάλογα με τα είδη που προσφέρονται

| A/A | ΕΙΔΟΣ                                                                                     | ΠΟΣΟΤΗΤΑ   | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΜΧ/ΣΕΤ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| 1   | ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2m, ΕΥΚΑΜΠΤΑ & ΜΑΛΑΚΑ                     | 20.000 ΤΜΧ |                            |                      |
| 2   | ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ                                                    | 30 ΤΜΧ     |                            |                      |
| 3   | ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3LT                            | 15.000 ΤΜΧ |                            |                      |
| 4   | ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                        | 2.000 ΤΜΧ  |                            |                      |
| 5   | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤ& ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠ.ΠΗΞΗΣ 10ML (16X100MM) ΠΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ Ή ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ | 50.000 ΤΜΧ |                            |                      |

|    |                                                                                                |             |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| 6  | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ<br>ΑΝΤΙΠΗΚΤ.ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ<br>ΠΗΞΗΣ ΤΟΥΛΑΧ.3,5ML M                      | 50.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 7  | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ SODIUM CITRATE<br>3,8% 2,5-3,5ml<br>(ΠΗΞΙΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΟ)13Χ75MM                   | 30.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 8  | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ(ΧΡΗΣΗ IVD)ΜΕ<br>ΑΝΤΙΠΗΚΤ EDTA 3ml 3Κ<br>ΠΩΜΑ(ΔΙΠΛ.ΤΟΙΧ.)13Χ75                  | 50.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 9  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ<br>2000ml ΜΕ ΘΥΡΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ              | 1.000 ΤΜΧ   |  |  |
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΑΦΡΩΔΕΣ<br>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ >50mm<br>ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ<br>ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 50.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ<br>ΑΦΡΩΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ<br>ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ                | 5.000 ΤΜΧ   |  |  |
| 12 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ<br>ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ BEEPER                                                    | 5.000 ΤΜΧ   |  |  |
| 13 | ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ<br>ΚΙΤΡΙΝΟ 7LT ΑΚΑΜΠΤΟ ΜΕ<br>ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 153                   | 1.500 ΤΜΧ   |  |  |
| 14 | ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ<br>ΚΙΤΡΙΝΟ 4LT ΑΚΑΜΠΤΟ ΜΕ<br>ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 153                   | 3.000 ΤΜΧ   |  |  |
| 15 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ                                                                   | 1.500 ΤΜΧ   |  |  |
| 16 | ΠΟΤΗΡΑΚΙ - ΜΕΖΟΥΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ<br>ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                           | 200.000 ΤΜΧ |  |  |
| 17 | ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΥΑΡ<br>3ml                                                           | 100.000 ΤΜΧ |  |  |
| 18 | ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                  | 1.500 ΤΜΧ   |  |  |

|    |                                                                        |             |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| 19 | ΣΤΑΤΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ                                  | 10.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 20 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΜΕ Ag<br>3 X 44 CM                            | 500 ΤΜΧ     |  |  |
| 21 | ΒΕΛΟΝΕΣ 24 G ΑΠΟΣΤΕΙΡ.                                                 | 50.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 22 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ<br>18G x 1 1/2                             | 50.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 23 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ<br>19G x 1 1/3                             | 50.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 24 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ<br>20G x 1 1/4                             | 50.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 25 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ<br>22G x 1 1/5                             | 50.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 26 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ<br>26G x 1 1/6                             | 50.000 ΤΜΧ  |  |  |
| 27 | ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ<br>27G x 1 1/7                             | 100.000 ΤΜΧ |  |  |
| 28 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ<br>ΠΑΡΑΚΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G                             | 500 ΤΜΧ     |  |  |
| 29 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ<br>ΠΑΡΑΚΚΕΝΤΗΣΗΣ 21G                             | 500 ΤΜΧ     |  |  |
| 30 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ<br>ΠΑΡΑΚΚΕΝΤΗΣΗΣ 25G                             | 300 ΤΜΧ     |  |  |
| 31 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ<br>ΠΑΡΑΚΚΕΝΤΗΣΗΣ 23G                             | 300 ΤΜΧ     |  |  |
| 32 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ<br>ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL<br>10x7,5x3,3 | 30 ΣΕΤ      |  |  |

|    |                                                                 |            |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 33 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE 26x15x3,3 | 50 ΣΕΤ     |  |  |
| 34 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1100cc                                          | 65 ΤΜΧ     |  |  |
| 35 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 10 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR            | 200 ΤΜΧ    |  |  |
| 36 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 12 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR            | 200 ΤΜΧ    |  |  |
| 37 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 14 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR            | 200 ΤΜΧ    |  |  |
| 38 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 16 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR            | 200 ΤΜΧ    |  |  |
| 39 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 18 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR            | 200 ΤΜΧ    |  |  |
| 40 | ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ                                        | 30.000 ΤΜΧ |  |  |
| 41 | ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΤΕΝΑΚΙ                         | 10.000 ΤΜΧ |  |  |

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διατίθενται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.attikonhospital.gr](http://www.attikonhospital.gr)

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ**

**Σπυρίδων Αποστολόπουλος**