



20PROC006449323-2020-03-18

ΑΔΑ: 6ΩΛΒΟΡ1Π-ΠΕ8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Λάρισα 18 Μαρτίου 2020

Αρ.Πρωτ: 1817

Ταχ. Δ/ση : Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας  
Ταχ. Κώδικας : 41110 Τ.Θ. 1377  
Πληροφορίες : Λιτσάκος Αθανάσιος  
Τηλέφωνο : 2410 685230  
Fax : 2410 617116  
E-mail : [a.litsakos@ekab.gr](mailto:a.litsakos@ekab.gr)ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 23/17-3-2020** Αιτήματος προμήθειας και σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α'25.2.2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.

Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών	Στο Email: <a href="mailto:a.litsakos@ekab.gr">a.litsakos@ekab.gr</a>
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών	Έως Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 Ώρα 10.00πμ.
Αποσφράγιση Προσφορών	Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 ώρα 11.00πμ
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου	Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια Απινίδωσης
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης	1.296,00€ χωρίς ΦΠΑ
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ	Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1311
CPV	37412250-6
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ΝΑΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Κριτήριο Ανάθεσης	Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης	Για μέρος ή ολόκληρης της ποσότητας
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	180 ημέρες

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [a.litsakos@ekab.gr](mailto:a.litsakos@ekab.gr) με θέμα «Προσφορά – ΑΕ 23/17-3-2020»

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Ημερομηνία:  
 Επωνυμία:  
 Διεύθυνση:  
 Τηλέφωνο:  
 FAX:  
 Email:

**ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής **23/17-3-2020**

Περιγραφή	Τεμάχια	Αξία	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
<b>ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED PLUS ZOLL ΕΝΗΛΙΚΩΝ</b>	<b>36</b>			

**Υπογραφή – Σφραγίδα**

**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

- Η οικονομική προσφορά θα είναι σε φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα δικαιολογητικά θα είναι σε φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα και ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης.
- Τα αρχεία θα είναι σε μορφή PDF και σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή.
- Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
- Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας. Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους.
- Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, και σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα.
- Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.
- Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

- Παραλαβή των υλικών, χρόνος παραλαβής των υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016.
- Με την αποστολή της οικονομικής προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**Ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης & βηματοδότησης για  
Αυτόματο απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll, ενηλίκων.**

- Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης
- Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor)
- Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος και να αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση
- Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγώγιμες πλάκες κατασκευασμένες από κασσίτερο
- Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων Η χορήγηση της ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς την περιφέρειά του
- Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλυμμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου
- Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία τους
- Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και arax προκειμένου να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα
- Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη ΗΚΓ και βηματοδότηση
- Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση
- Να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, εάν το ζεύγος ηλεκτροδίων θα χρησιμοποιηθεί με συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της
- Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια υλικού, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του

- Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- Να διαθέτει CE mark
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά