



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
"ΘΡΙΑΣΙΟ"

ΑΔΑ:Ψ0ΟΡ46903Κ-0Τ2

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ.: Λ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
ΤΗΛ.: 213. 20228 273
FAX : 210. 5551515

Ελευσίνα :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ**

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» το οποίο έχει οριστεί ως αναπληρωματικό Νοσοκομείο αναφοράς, προς το σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης του Κορωνοϊού και σε συνέχεια:

1. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 42/Α/25-2-2020(άρθρο 3)
2. Της ΠΝΠ 55/Α/11-3-2020
3. Της ΠΝΠ 64/Α/14-3-2020
4. Της Ερμηνευτικής εγκύκλιου του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. οικ19012/17-3-2020
5. Του πρακτικού της 109/20-03-20 Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ,

Προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση promithies8@thriassio-hosp.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
60037920	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΠΑΛ.ΚΩΔ.5/5145, 60032824)	1.000	L	4,00	4.000,00	4.520,00

60037921	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΧΝΑ ΑΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ(ΠΑΛ.ΚΩΔ. 5/2398, 60032829)	1.500	L	2,72	4.080,00	4.610,40
60037922	ΠΟΛΥΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΠΑΛ.ΚΩΔ.5/5146, 60032826)	120	L	5,10	612,00	758,88
60037923	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ(ΠΑΛ.ΚΩΔ.5/62, 60032827)	200	L	5,00	1.000,00	1.130,00
60037939	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ (NaDCC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ(ΠΑΛ.ΚΩΔ.5/5144, 60032825)	45.000	TAB	0,075	3.375,00	3.813,75
60037940	ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΥΘΙΣΜΟ (ΠΑΛ.ΚΩΔ.5/5227, 60032823)	1.000	L	3,90	3.900,00	4.407,00
60037930	ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑΒΥΘΙΣΜΟ(ΠΑΛ.ΚΩΔ.5/5140, 60032835)	10	L	9,50	95,00	107,35
60038135	ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ.	8.000	TEM	0,04	320,00	361,60
					17.382,00	19.708,98

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Σκεύασμα για τον καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών και δαπέδων κρίσιμων χώρων (ΚΩΔΙΚΟΣ 60037920) (Α/Α1)

Προδιαγραφές

- Να διαθέτει άδεια ΕΟΦ
- Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ
- Με βάση αλδεϋδες

- Να μην περιέχει φορμαλδεΐδη
- Ευρέως φάσματος, δράση έναντι ιών, μυκήτων, βακτηριδίων (πολυανθεκτικών παθογόνων πχ *MRSA*, *VRE*, *Acinetobacter*)
- Να είναι συμβατό με όλα τα υλικά (μέταλλο, πλαστικό, plexi-glass)
- Να έχει καλή καθαριστική δράση
- Να αφήνει ελάχιστα κατάλοιπα
- Να έχει ευχάριστο άρωμα

Απολυμαντικά δισκία Διγλωροϊσοκυανουρικού νατρίου (NaDCC) για την απολύμανση επιφανειών και δαπέδων (ΚΩΔΙΚΟΣ 60037939) (A/A5)

Προδιαγραφές

- Δισκία που να ελευθερώνουν σταδιακά ενεργό χλώριο, με ισχυρή απολυμαντική δράση έναντι Ιών, βακτηρίων, σπόρων
- Ταχείας διάλυσης
- Να διαθέτει άδεια ΕΟΦ

Πολυενζυματικό σκεύασμα (αμύλαση, λιπάση, πρωτεάση κλπ) για το μηχανικό καθαρισμό ενδοσκοπίων (για χρήση με βυθισμό και σε αυτόματα πλυντήρια) (ΚΩΔΙΚΟΣ 60037922) (A/A3)

- Ισχυρή καθαριστική δράση
- Αποτελεσματική απομάκρυνση οργανικών υπολειμμάτων
- Αφαίρεση βιοφίλμ
- Χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέπλυμα
- Ταχείας δράσης
- Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια του Νοσοκομείου μας
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση Γ.Χ.Κ

Σκεύασμα για την υψηλού βαθμού απολύμανση ενδοσκοπίων (για χρήση με βυθισμό) (ΚΩΔΙΚΟΣ 60037940)(A/A6)

Προδιαγραφές

- Να φέρει σήμανση CE
- Να μην περιέχει φορμαλδεΐδη
- Έτοιμο προς χρήση διάλυμα γλουταραλδεΐδης >2% ή πυκνό διάλυμα γλουταραλδεΐδης με την απαραίτητη προϋπόθεση να επιβεβαιώνεται ότι στο τελικό διάλυμα χρήσης εξασφαλίζεται πυκνότητα γλουταραλδεΐδης τουλάχιστον 2%

- Να επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απολύμανση σε 20 min (βακτήρια, μύκητες, ιοί συμπεριλαμβανομένων HBV, HCV, HIV και μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης) σε φυσιολογική θερμοκρασία νερού βρύσης
- Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια του Νοσοκομείου μας
- Σε περίπτωση σταθερού δ/τος > 1 ημέρας η εταιρεία να δεσμεύεται ότι θα διατίθενται δωρεάν αντίστοιχους δείκτες μηνιαίως προκειμένου να ελέγχεται κάθε ημέρα χρήσης η ελάχιστη πυκνότητα της δραστικής ουσίας του διαλύματος

Σκεύασμα για ταχεία υψηλού βαθμού απολύμανση εργαλείων, στο χειρουργείο(ΚΩΔΙΚΟΣ 60037923) (A/A4)

- Να φέρει σήμανση CE
- Έτοιμο προς χρήση διάλυμα
- Με βάση το παρακετικό οξύ
- Χωρίς αλδεύδες
- Ευρέως φάσματος και με σπορογόνο δράση σε θερμοκρασία δωματίου (λογαριθμική μείωση μικροοργανισμών)
- Σε περίπτωση σταθερότητας του δ/τος > 1 ημέρα να συνοδεύεται από αντίστοιχες ταινίες (sticks) ελέγχου ελάχιστης συγκέντρωσης παρακετικού οξέος

Αλκοολούχο σκεύασμα για την ταχεία απολύμανση μικρών συχνά αγγιζόμενων επιφανειών (ΚΩΔΙΚΟΣ 60037921)(A/A2)

- Με περιεκτικότητα αλκοόλης μεγαλύτερη ή ίση με 65%
- Χωρίς αλδεύδες, φαινόλες ή άλατα αμμωνίου ώστε να εξατμίζεται χωρίς να αφήνει χημικά υπολείμματα
- Έτοιμο προς χρήση με ψεκάσμο
- Ταχεία δράση (εντός 5 min)
- Ευρέως φάσματος (έναντι ιών, μυκήτων, βακτηριδίων συμπεριλαμβανομένου πολυανθεκτικών πχ *MRSA*, *VRE*, *Acinetobacter*, μυκοβακτηριδίου)
- Ευρεία συμβατότητα με υλικά
- Χωρίς χρωστικές και αρώματα
- Κάθε δοχείο έως 1 lt με συσκευή ψεκάσμου
- Να διαθέτει άδεια ΕΟΦ και σήμανση CE

Προεπιλεγμένα πανάκια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που δεν μπορεί να εμβαπτιστεί σε απολυμαντικά διαλύματα(ΚΩΔΙΚΟΣ 60038135) (A/A8)

- Με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα
- Ταχεία και αποτελεσματική δράση
- Χωρίς αλδεύδες ,χλώριο ,φαινόλες, αλκοόλες και αρωματικές ουσίες

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να επακολουθήσει ζέπλυμα
- Πρακτική συσκευασία με καπάκι που να προστατεύει το υπόλοιπο περιεχόμενο
- Βιοδιασπώμενα
- Να φέρει σήμανση CE

Υγρό αντιοξειδωτικό χειρουργικών εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι για βυθισμό(ΚΩΔΙΚΟΣ 60037930) (Α/Α7)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να περιέχει συστατικά για την αφαίρεση σκουριάς και επιφανειακού αποχρωματισμού εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι
- Να προστατεύει τα εργαλεία από οξείδωση
- Να είναι συμπυκνωμένο
- Να έχει σήμανση CE mark

Τα προσφερόμενα είδη να πληρούν απόλυτα τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE Mark.

Οι οίκοι κατασκευής να είναι πιστοποιημένοι κατά τα ισχύοντα πρότυπα ISO.


Να κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά.

Ο χρόνος παράδοσης απαιτείται να είναι άμεσος από την έκδοση της σχετικής παραγγελίας.

Οι ποσότητες των ειδών έχουν προσδιοριστεί για χρονικό διάστημα κάλυψης περίπου δύο μηνών

Οι προσφορές των Εταιρειών πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα από 27.3.2020 έως 27.7.2020.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την ανάρτηση της πρόσκλησης



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Χρημ. Αντωνίου
 ΧΡΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ