



ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Μ. ΣΤΑΪΚΟΥ

ΤΗΛ.: 2313303071, 2313303067
FAX: 2313 303060
e-mail: maria.staikou@n3.syzefxis.gov.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ**

υπ' αριθμ. 5/2020

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΠΓΝΘ) ΑΧΕΠΑ, το οποίο έχει οριστεί ως κέντρο αναφοράς, προς το σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης του Κορωνοϊού, σε συνέχεια:

1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ.Α'/25.02.2020).
2. του Πρακτικού της 106^{ης}/26.02.2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
3. της ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11.03.2020).
4. του υπ' αριθμ. πρωτ. 11249/12.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ προς την 4^η Υ.Πε Μακεδονίας & Θράκης αναφορικά με την έγκριση προμήθειας άκρως αναγκαίων ειδών (υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού) προς το σκοπό της κατεπείγουσας κάλυψης του άμεσου κινδύνου από την εμφάνιση και διάδοση κορωνοϊού.
5. της υπ' αριθμ. πρωτ. 10087/12.03.2020 Απόφασης Διοικητή της 4^{ης} ΥΠε Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: ΨΙΨΞΟΡ1Ο-ΔΚ9), με την οποία εγκρίθηκε, η προμήθεια του υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού που περιλαμβάνονταν στο υπ' αριθμ.πρωτ. 11249/12.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ.Α/25.02.2020).
6. του υπ' αριθμ. πρωτ. 11504/13.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ προς την 4^η Υ.Πε Μακεδονίας & Θράκης αναφορικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών των ειδών που περιγράφονται στο με α.π. 11249/12.03.2020 έγγραφο του Νοσοκομείου (σχετ.4ο) και προορίζονται για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας του Νοσοκομείου.
7. του Πρακτικού της 109^{ης}/20.3.2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και καθορισμό χρόνου παράδοσης των ειδών και την έγκριση διεξαγωγής της διαδικασίας που ορίζεται στις ΠΝΠ.

προτίθεται να προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
(CPV33195000-3 :Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών)



με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος που περιγράφονται αναλυτικά στο **Παράρτημα Α** της παρούσης.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως την **Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.** ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **maria.staikou@n3.syzefxis.gov.gr**. Η προσφορά πρέπει απαραίτητως να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν).
2. Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς ΦΠΑ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ.
3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή κατ' είδος. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου διαχείρισης υλικού, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
4. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει άμεσα, μετά τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας από το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότηρα εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού.
5. Οι προσφορές των Εταιρειών πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την Υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, συμπαγής κατασκευής και να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 220 V/ 50 Hz και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 6 ωρών.
- Να είναι φορητού τύπου μικρού όγκου και βάρους.
- Να είναι κατάλληλο για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.

Να διαθέτει οθόνη ≥ 10 ιντσών TFT έγχρωμη 5 κυματομορφών ταυτόχρονα με επιλογή ταχύτητας 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s (για ECG, Παλμικό κύμα, ή IBP) και 1.56 mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s (για αναπνοή ή CO₂)

Να διαθέτει ενισχυτές για :



- ΗΚΓ με ταυτόχρονη απεικόνιση δύο απαγωγών.
 - Αναπνοή
 - Αναίμακτη πίεση
 - Θερμοκρασία
 - Οξύμετρο με εύρος μέτρησης 50-100%
 - Τουλάχιστο μία Αιματηρή πίεση
- Να διαθέτει πρόγραμμα αναγνώρισης και αποθήκευσης αρρυθμιών όλων των τύπων.
- Να εκτελεί trends 120 ωρών και να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς τριών επιπέδων αναλόγως της σπουδαιότητας του επεισοδίου.
- Να διαθέτει Full disclosure ≥ 48 ωρών για 4 παραμέτρους.
- Η λήψη της πίεσης να γίνεται χειροκίνητα και αυτόματα σε χρονικά διαστήματα από 2,5 λεπτά έως 4 ώρες. Να έχει τη δυνατότητα να μετρά τη πίεση αυτόματα, ανάμεσα στα χρονικά διαστήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- Να έχει την δυνατότητα παγώματος των κυματομορφών καθώς και μεγέθυνσης των ψηφιακών τιμών ώστε να είναι ευδιάκριτες από απόσταση.
- Να μπορεί να συνδεθεί καταγραφικό 3 καναλιών, το οποίο να είναι απαραίτητα ενσωματωμένο στο monitor. Ταχύτητα εκτύπωσης 12,5-25- 50 mm/sec.

Να προσφερθεί μαζί και ο συνοδός εξοπλισμός (καλώδιο ΗΚΓ, Παλμικό οξύμετρο, Περιχειρίδα + καλώδιο μέτρησης πίεσης, καλώδιο σύνδεσης άμεσης πίεσης, καλώδιο θερμομέτρου)

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄

Θεσσαλονίκη, 23.3.2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ