



ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Μ. ΣΤΑΙΚΟΥ

ΤΗΛ.: 2313303071, 2313303067
FAX: 2313 303060
e-mail: maria.staikou@n3.syzefxis.gov.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ**

υπ' αριθμ. 1/2020

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΠΓΝΘ) ΑΧΕΠΑ, το οποίο έχει οριστεί ως κέντρο αναφοράς, προς το σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης του Κορωνοϊού, σε συνέχεια:

1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ.Α'/25.02.2020).
2. του Πρακτικού της 106^{ης}/26.02.2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
3. της ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11.03.2020).
4. του υπ' αριθμ. πρωτ. 11249/12.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ προς την 4^η Υ.Πε Μακεδονίας & Θράκης αναφορικά με την έγκριση προμήθειας άκρως αναγκαίων ειδών (υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού) προς το σκοπό της κατεπείγουσας κάλυψης του άμεσου κινδύνου από την εμφάνιση και διάδοση κορωνοϊού.
5. της υπ' αριθμ. πρωτ. 10087/12.03.2020 Απόφασης Διοικητή της 4^{ης} ΥΠε Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: ΨΙΨΞΟΡ1Ο-ΔΚ9), με την οποία εγκρίθηκε, η προμήθεια του υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού που περιλαμβάνονταν στο υπ' αριθμ. πρωτ. 11249/12.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ.Α/25.02.2020).
6. του υπ' αριθμ. πρωτ. 11504/13.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ προς την 4^η Υ.Πε Μακεδονίας & Θράκης αναφορικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών των ειδών που περιγράφονται στο με α.π. 11249/12.03.2020 έγγραφο του Νοσοκομείου (σχετ.4ο) και προσρίζονται για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας του Νοσοκομείου.
7. του Πρακτικού της 109^{ης}/20.3.2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και καθορισμό χρόνου παράδοσης των ειδών και την έγκριση διεξαγωγής της διαδικασίας που ορίζεται στις ΠΝΠ.

προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας και τη συλλογή προσφορών, στην **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** των κατωτέρω ειδών:



A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ*
1	ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (CPV33192160-1, Φορεία)	5
2	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (CPV 33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα)	10
3	ΨΥΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (CPV39711110-3: Ψυγεία-καταψύκτες)	1

*Ο αριθμός των αιτούμενων ποσοτήτων είναι ενδεικτικός και η τελική διαμόρφωσή του εξαρτάται από τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως **την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.** ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **maria.staikou@n3.syzefxis.gov.gr**. Η προσφορά πρέπει απαραίτητως να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν).

Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς ΦΠΑ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ.

Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα. Στην προσφορά και κατά την έκδοση παραστατικού (Δελτίο Αποστολής ή και Τιμολόγιο) των αιτούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός GMDN και ο Κωδικός ΕΟΦ.

Οι προσφορές των Εταιρειών πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για το σύνολο των αιτούμενων ποσοτήτων ανά είδος, αλλά και για μέρος της ποσότητας εκάστου είδους.

Κριτήριο αξιολόγησης για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για τις προσφορές που είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών που περιγράφονται αναλυτικά στο **Παράρτημα Α'** της παρούσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή κατ' είδος. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου διαχείρισης υλικού, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

Η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνεται άμεσα, μετά τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας από το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότηρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού.

Το Νοσοκομείο, σε περίπτωση που η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας που θα οριστεί σύμφωνα με τις κατεπείγουσες ανάγκες



του Νοσοκομείου, διατηρεί το δικαίωμα της παραγγελίας της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών από την αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι μη κάλυψης των ποσοτήτων, η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί έως την προμήθεια της συνολικής ποσότητας των απαιτούμενων ειδών.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την Υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
1	Να αποτελείται από τρία μέρη: - σταθερή βάση με θέση τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου Δύο κεντρικές κολόνες μεταβολής ύψους - επιφάνεια κατάκλισης δύο τμημάτων
2	Να δέχεται οπωσδήποτε ασθενείς με βάρος περίπου 200 κιλά.
3	Να έχει υδραυλική μεταβολή ύψους από περίπου 65 έως περίπου 100 εκ. (με το στρώμα).
4	Η βάση του φορείου να είναι χαλύβδινη και επικαλυμμένη με ειδικό μορφοποιημένο πολυμερές υλικό. Όλες οι βίδες και οι σύνδεσμοι να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
5	Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς περιστρεφόμενους περίπου \varnothing 200mm για εύκολη ολίσθηση, με σύστημα κεντρικού μπλοκαρίσματος με ποδοδιακόπτη στην πίσω πλευρά του κρεβατιού.
6	Η επιφάνεια του φορείου να είναι σε όλο ο μήκος της ακτινοδιαπερατή με δυνατότητα τοποθέτησης ακτινολογικής κασέτας σε όλο το μήκος του φορείου. Οι υποδοχές τοποθέτησης ακτινολογικών κασετών να είναι μεταβαλλόμενες ώστε να δέχονται όλους τους τύπους κασετών. Να δέχεται στρώμα πάχους περίπου 6 εκ.
7	Το στρώμα να είναι καλυμμένο με αντιτυρική ταπετσαρία.
8	Η επιφάνεια να διαιρείται σε δύο τμήματα. Τμήμα πλάτης με δυνατότητες κλίσης έως περίπου 80°
9	Το στρώμα να είναι προσθαφαιρούμενο με στήριξη από αυτοκόλλητες ταινίες (χριτς- χράτς)
10	Να διαθέτει 2 στατώ ορού τηλεσκοπικού τύπου με υποδοχές και στις τέσσερις γωνίες
11	Στα τέσσερα άκρα (γωνίες) να είναι εξοπλισμένο με προστατευτικούς προσκρουστήρες.
12	Να διαθέτει πτυσσόμενες χειρολαβές μεταφοράς στην πλευρά της κεφαλής. Να διαθέτει επίσης οριζόντια ράβδο για προσάρτηση μηχανημάτων στην πλευρά της κεφαλής.
13	Να διαθέτει και από τις δύο πλευρές πτυσσόμενα ανοξείδωτα οπωσδήποτε προστατευτικά κάγκελα.



A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
14	Να λαμβάνει θέση Trendeleburg και R. Trendeleburg
15	Να έχει διαστάσεις εξωτερικές μήκος αυστηρά έως και 200 cm και πλάτος από 65 έως και 70 cm
	Ειδικοί όροι φορείου:
	<p>1. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει απαραίτητως πιστοποιητικά ISO ή TUV και τη σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>2. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνια.</p> <p>3. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.</p> <p>4. Να έχει εγγύηση λειτουργίας δυο (2) έτη , για την οποία ιδιαίτερα ενδιαφέρουν: Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά) Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time). Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά 20 μέρες.</p> <p>5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία και την επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείου μας.</p> <p>6. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος.</p> <p>7. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του μηχανήματος.</p> <p>8. Ο προμηθευτής να προσκομίσει κατάλογο των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα.</p> <p>9. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος.</p> <p>10. Για χρονικό διάστημα 10 χρόνων από την αγορά του μηχανήματος, σε περίπτωση βλάβης και επισκευής του εκτός του Νοσοκομείου μας και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, η εταιρεία οφείλει να το αντικαταστήσει με δικό της μηχάνημα, ίδιου τύπου.</p> <p>11. Να υπάρχει αποδεδειγμένα εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για την τεχνική υποστήριξη όσο και για την εκπαίδευση του συστήματος στην Ελλάδα, του οποίου η έδρα (πόλη) θα αξιολογηθεί. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.</p> <p>12. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει οπωσδήποτε στην οικονομική του προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, την συγκεκριμένη ετήσια τιμή των εξόδων συντήρησης (πλήρες σέρβις με ανταλλακτικά), για το πρώτο έτος μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ενώ στη συνέχεια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται – αναθεωρείται ετησίως, ως κατωτέρω αναφέρεται, μέχρι συμπλήρωσης συνολικά δεκαετίας από την εγκατάστασης-παράδοσης σε λειτουργία του μηχανήματος.</p> <p>13. Η τελική επιλογή θα γίνει απαραίτητα με επίδειξη του προϊόντος του μειοδότη για έλεγχο των προδιαγραφών και την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης που θα συστήσει το νοσοκομείο.</p>
2	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
	Τεχνικές Προδιαγραφές
1	Το τροχήλατο να είναι κατασκευασμένο με ανθεκτικό πλαστικό.



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2	Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου 60x60x100cm (ΜxΠxΥ).
3	Να είναι κόκκινου χρώματος και εργονομικά σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνεται η οργάνωση φαρμάκων και νοσηλευτικού υλικού κατάλληλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
4	Να διαθέτει τέσσερα έως πέντε συρτάρια διαφόρων μεγεθών (δύο βάθους 8 cm περίπου και δυο μεγαλύτερου βάθους). Όλα τα συρτάρια στην πρόσοψη να φέρουν χειρολαβές για την εύκολη χρήση τους.
5	Να διαθέτει βάση απινιδωτή με προστατευτικά πλαινά για την προστασία του απινιδωτή από πτώση.
6	Να διαθέτει καλάθι ακρήστων με καπάκι.
7	Να διαθέτει στατώ ορού με ρυθμιζόμενο ύψος.
8	Να διαθέτει θήκη καθετήρων αναρρόφησης.
9	Να διαθέτει πλαινές θήκες υλικών.
10	Τα συρτάρια να φέρουν διαφανή εσωτερικά διαχωριστικά φαρμάκων και υλικών.
11	Στη βάση περιμετρικά στις γωνίες να έχει προσκρουστήρες και τέσσερις περιστρεφόμενες αντιστατικές ρόδες 20 Φ, δυο από τις οποίες να έχουν φρένο.
12	Ο όλος σχεδιασμός να είναι εργονομικός και να επιτρέπει την εύκολη οδήγηση του τροχήλατου. Να μην υπάρχουν εξαρτήματα ή επιφάνειες η οποίες θα προεξέχουν και θα δημιουργούν πρόβλημα κατά τη μετακίνησή του.
13	Να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και η απολύμανση όλων των επιφανειών.
14	Το προσφερόμενο είδος να φέρει CE MARK
3	ΨΥΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
1	Διαστάσεις :84,5x50,1x54,0

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'

Θεσσαλονίκη, 23.3.2020

