



ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Μ. ΣΤΑΪΚΟΥ

ΤΗΛ.: 2313303071, 2313303067
FAX: 2313 303060
e-mail: maria.staikou@n3.syzefxis.gov.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ**

υπ' αριθμ. 2/2020

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΠΓΝΘ) ΑΧΕΠΑ, το οποίο έχει οριστεί ως κέντρο αναφοράς, προς το σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης του Κορωνοϊού ,
σε συνέχεια:

1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ.Α'/25.02.2020).
2. του Πρακτικού της 106^{ης}/26.02.2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
3. της ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11.03.2020).
4. του υπ' αριθμ. πρωτ. 11249/12.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ προς την 4^η Υ.Πε Μακεδονίας & Θράκης αναφορικά με την έγκριση προμήθειας άκρως αναγκαίων ειδών (υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού) προς το σκοπό της κατεπείγουσας κάλυψης του άμεσου κινδύνου από την εμφάνιση και διάδοση κορωνοϊού.
5. της υπ' αριθμ. πρωτ. 10087/12.03.2020 Απόφασης Διοικητή της 4^{ης} ΥΠε Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: ΨΙΨΞΟΡ1Ο-ΔΚ9), με την οποία εγκρίθηκε, η προμήθεια του υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού που περιλαμβάνονταν στο υπ' αριθμ.πρωτ. 11249/12.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ.Α'/25.02.2020).
6. του υπ' αριθμ. πρωτ. 11504/13.03.2020 εγγράφου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ προς την 4^η Υ.Πε Μακεδονίας & Θράκης αναφορικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών των ειδών που περιγράφονται στο με α.π. 11249/12.03.2020 έγγραφο του Νοσοκομείου (σχετ.4ο) και προορίζονται για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας του Νοσοκομείου.
7. του Πρακτικού της 109^{ης}/20.3.2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και καθορισμό χρόνου παράδοσης των ειδών και την έγκριση διεξαγωγής της διαδικασίας που ορίζεται στις ΠΝΠ.

προτίθεται να προβεί στην **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ**
(CPV:33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)



με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος που περιγράφονται αναλυτικά στο **Παράρτημα Α** της παρούσης.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως την **Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.** ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **maria.staikou@n3.syzefxis.gov.gr**. Η προσφορά πρέπει απαραίτητως να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν).
2. Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς ΦΠΑ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ.
3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή κατ' είδος. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου διαχείρισης υλικού, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
4. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει άμεσα, μετά τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας από το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότηρα εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού.
5. Οι προσφορές των Εταιρειών πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύετε από την Υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Γενικά

- ✓ Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.
 - ✓ Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου.
 - ✓ Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.
 - ✓ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από τα επίσημα εργοστασιακά prospectus.
1. Να περιλαμβάνεται φορητό σύστημα παρακολούθησης με οθόνη υψηλής ευκρίνειας TFT περίπου 7 ιντσών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - Να παρέχει εικόνα υψηλής ανάλυσης, περ. 1280 x 800 pixels.
 - Να μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο τύποι βιντεοενδοσκοπίων, με εύκολη εναλλαγή μεταξύ των δύο μέσων.
 - Να διαθέτει εξόδους USB και HDMI για σύνδεση με εξωτερική οθόνη.



- Να έχει δυνατότητα καταγραφής εικόνων και βίντεο σε κατάλληλο μέσο αποθήκευσης και δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών.
 - Να έχει δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε USB flash drive για αρχειοθέτηση.
 - Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με μέγιστο χρόνο λειτουργίας έως 2 ώρες και σχετική ένδειξη του εναπομείναντα χρόνου. Να μπορεί επίσης να λειτουργεί και κατά τη φόρτιση.
 - Να διαθέτει ειδική προστασία από τα υγρά και να είναι κατάλληλο για επιφανειακή απολύμανση.
2. Να περιλαμβάνεται βιντεολαρυγγοσκόπιο με λάμα τύπου MACINTOSH Νο 4 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Να διαθέτει εργονομική λαβή.
 - Να είναι τεχνολογίας CMOS και να διαθέτει ενσωματωμένη πηγή φωτισμού τεχνολογίας LED.
 - Το άκρο της λάμας να είναι ορατό στην εικόνα για καλύτερο προσανατολισμό.
 - Να είναι κατάλληλο και για άμεση λαρυγγοσκόπηση.
 - Να έχει δυνατότητα καταγραφής εικόνων και βίντεο με το πάτημα ενός πλήκτρου.
3. Το βιντεολαρυγγοσκόπιο να είναι πολλαπλών χρήσεων ώστε να είναι κατάλληλα για απλό ή μηχανικό καθαρισμό και απολύμανση - αποστείρωση με τις μεθόδους αερίου πλάσματος.
4. Το βιντεολαρυγγοσκόπιο να μπορεί να συνδεθεί και με αυτόνομο σύστημα μικρής οθόνης κατάλληλο για επείγουσες καταστάσεις με αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
5. Το σύστημα να μπορεί να εμπλουτιστεί και αναβαθμιστεί με την προσαρμογή άλλων τύπων βιντεολαρυγγοσκοπίων με λάμες τύπου MACINTOSH μεγέθη 0, 3, 4 και τύπου MILLER μεγέθη 0, 1 όπως και με βιντεοάκαμπτο ενδοσκόπιο για περιπτώσεις ασθενών βαριατρικής ή ασθενών με μικρό άνοιγμα στόματος ή με πρόβλημα στην αυχενική σπονδυλική στήλη.
6. Στο σύστημα να μπορεί να συνδεθεί κεφαλή κάμερας για την προσαρμογή εύκαμπτων ινοπτικών ενδοσκοπίων και άκαμπτων ενδοσκοπίων με προσοφθάλμιο, κατάλληλων για διασωλήνωση.
7. Να περιλαμβάνεται τροχήλατο τοποθέτησης του μόνιτορ με ύψος περ. 120 cm. Να διαθέτει: ακτινωτή βάση με ρόδες, καλάθι.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'

