

## ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Υγρό απολυμαντικό για υψηλού βαθμού απολύμανση ενδοσκοπίων (με αλδεύδες)
  - Να περιέχει αλδεύδες (γλουταραλδεύδη 2%) χωρίς φορμαλδεύδη
  - Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και φυματιοκτόνο
  - Να έχει ικανότητα σποροκτονίας έως 1 ώρα το ανώτερο
  - Να είναι άοσμο
  - Να είναι έτοιμο προς χρήση ή συμπυκνωμένο
  - Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών των εύκαμπτων και των άκαμπτων ενδοσκοπίων (Pentax, Olympus, General Electric, Philips, Wolf, Storz κλπ)
  - Το διάλυμα να έχει σταθερότητα από > 14 ημερών
  - Να δοθεί το κόστος ανά έτοιμου διαλύματος βάση του οποίου θα γίνει η αξιολογηση
  - Να φέρει CE
  - Να έχει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων εάν απαιτείται
  - Να παρέχονται δωρεάν δείκτες ελέγχου της συγκέντρωσης της αλδεύδης και να κατατεθεί το φυλλάδιο των δεικτών.
  - Να κατατεθούν δείγματα, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και φυλλάδιο του κατασκευαστή
  - Να συνοδεύεται με αδρανοποιητική ουσία για την αλδεύδη πριν απόρριψη του
  - Να συνοδεύονται από τα ξενόγλωσσα και τα ελληνικά Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet)
  - Να κατατεθεί πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης, οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά και αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν