



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η Υγειονομική Περιφέρεια
Πειραιώς και Αιγαίου



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΡΟΔΟΣ: 01-04-2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8031

Ταχ. Δ/ση: Κρίστιαν Μπάρναρντ 1
ΤΚ - 85133- ΡΟΔΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.:Πιερράτος Αναστάσιος
Τηλ.:2241360022 - Φαξ: 22413 60026
Email: tpierratos@rhodes-hospital.gr

**ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Π.Ν.Π. ΦΕΚ42/τ.Α'/25-02-2020)**

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ42/τ.Α'/25-02-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού»
2. Τις διατάξεις του Π/Δ 80/2016.
3. Το ν.4675/2020 (ΦΕΚ 54 Α/13-11-2020: Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρειών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις άρθρο 21 "Νομιμοποίηση δαπανών και μεταφορά πιστώσεων προς τους φορείς του Υπουργείου Υγείας.
4. Το πρακτικό της 110^{ης} συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ θέμα 6^ο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και χρόνου παράδοσης προμηθειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων , για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Ρόδου.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ/Μ ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3	3.500
2	ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1.800
3	ΦΟΡΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΥΝΕΚ	1.800
4	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΨΗΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΤΑΣ (ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ)	3.500
5	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	1.800
6	ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	30.000
7	ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΜΑΝΣΕΤΑ	100.000
8	ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (FACE SHIELDS)	1.800
9	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	3600

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1311
Κριτήριο κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και site του Υπουργείου Υγείας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Ετός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr)
Τρόπος υποβολής προσφορών	ΦΑΞ : 22413 60026 e-mail: tpierratos@rhodes-hospital.gr

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: **ΑΦΜ**, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ο συντελεστής ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Αριθμός αιτήματος	Περιγραφή Υλικού	Τιμή μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ)	Κωδικό Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. λόγω του επειγόντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο η περισσότερων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 & 2 του άρθρου 73, στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται - **επί ποινή απόρριψης** - να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Ποινικό μητρώο (αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Τέλος το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται να το αποστείλουν άμεσα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr)

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας

Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει:
να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο), που να μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μm
να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001
να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία.

Οφθαλμική προστασία (γυαλιά)

να προσφέρει πλευρική προστασία.
να είναι αντιθαμβωτικά
να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο
αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων
να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα EN 166:1996
να φέρουν τη σήμανση CE στην συσκευασία
Τα προστατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τύπου διακριτών φακών
(με βραχίονες) ή τύπου μάσκας (με ιμάντα) αρκεί να πληρούν την EN 166:1996

Προστατευτική ενδυμασία

Οι Προστατευτικές ενδυμασίες για μολυσματικούς βιολογικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτά περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126/ 2003 (Κατηγορία 3, τύπος 4B). Οι προδιαγραφές για τις προστατευτικές ενδυμασίες είναι οι εξής:

Μη διαπερατή φόρμα

Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.

Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία.

Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο τελειώμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.

Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα ενδυμασιών προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της προστατευτικής ενδυμασίας.

Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγραπωθητικότητα καθόλη τη διάρκεια εργασίας. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής των προστατευτικών ενδυμασιών απορούν να αποτρέπουν τη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων μέχρι και 75 λεπτά (Πίνακας 1). Η επιλογή της προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη διάρκεια έκθεσης του χρήστη στο βιολογικό παράγοντα και με το είδος της ιατρονοσηλευτικής ή άλλης πράξης.

Πίνακας 1: Ταξινόμηση της αντίστασης στη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων λόγω μηχανικής επαφής με ουσίες που περιέχουν μολυσμένα υγρά

Κλάση υλικού κατασκευής	Χρόνος διείσδυσης, t (min)
6	t>75
5	60<t≤75
4	45<t≤60
3	30<t≤45
2	15<t≤30
1	≤75

Η σήμανση των ενδυμάτων προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία:

Τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Νόρμας EN 14126/ 2003

Τον τύπο της Προστατευτικής ενδυμασίας

Το εικονογράφημα «προστασία από βιολογικούς κινδύνους» (biohazard)

Ποδονάρια

Θα πρέπει να είναι:

Από ανθεκτικό υλικό

αδιάβροχα

Μακριά μέχρι το γόνατο

να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα

να δένουν γύρω από το γόνατο με κορδέλες, οι οποίες να λύνονται εύκολα και τα ποδονάρια να αφαιρούνται έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ακουμπά το χέρι στο κάτω μέρος του υποδήματος

. Ιατρικά γάντια μίας χρήσης

Πρέπει να είναι μιας χρήσης κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και πιο συγκεκριμένα τις Ευρωπαϊκές Νόρμες EN 455-1, EN 455-2 και EN 455-3 (2001). Οι προδιαγραφές των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης που αναλύονται σε αυτές τις οδηγίες είναι οι εξής:

. Σήμανση CE στην συσκευασία

. Απουσία οπών. Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (Αρτ) πρέπει να είναι 1,5

. Παροχή ικανοποιητικής προστασίας στο χρήστη από επιμόλυνση (μέγεθος και αντοχή).

ο Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης πρέπει να παρέχουν βιολογική ασφάλεια στο χρήστη (να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις).

. Όλα τα υλικά κατασκευής των γαντιών είναι αποδεκτά αρκεί να πληρούν τις EN που αναφέρονται. Η σχετική ευρωπαϊκή νόρμα δεν υποχρεώνει στην χρήση πούδρας ή στο αντίθετο. Η πούδρα μπορεί όμως να δράσει ως αλλεργιογόνο και η EN 455-3, προσδιορίζει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφει στη συσκευασία των γαντιών την ύπαρξη ή όχι πούδρας/ταλκ.

Απλές χειρουργικές μάσκες

Πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14683|2005 και να έχουν τη σήμανση CE στη συσκευασία.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ

ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ