



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ  
 ΤΗΛ: 210 – 4592160  
 Fax: 210 - 4592597

Αριθμ. Πρωτ.: 14-4-2020

Πειραιάς: 5444

**Δημόσια ανοικτή διαδικασία**

συλλογής προσφορών υλικών για έκτακτη προμήθεια υγειονομικού και λοιπού υλικού στα πλαίσια εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/τ.Α'/25-02-2020

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>	Ανοικτή
<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	Η χαμηλότερη τιμή
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	22-04-2020
<b>ΩΡΑ:</b>	11.00
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ</b>	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

**ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α' / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

1.7. **Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα « Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης Κορωνοϊού » ( Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α' /25-02-2020)**

1.8. **Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγουσα μέτρα αποφυγής της διάδοσης κορωνοϊού» (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α' / 11-3-2020)**

1.9 **Το Πρακτικό 110<sup>ης</sup> /27-03-2020 θέμα 7<sup>ο</sup> Συνεδρίασης ΚΕ.Σ.Υ.Πε. με έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ποσοτήτων και γρόνου παράδοσης προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ**

**ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ**

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (**τη χαμηλότερη τιμή**).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας [promithion@tzaneio.gr](mailto:promithion@tzaneio.gr) Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο ( ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gr](http://www.tzaneio.gr) ) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ( ηλεκτρονική διεύθυνση : [www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agma-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoiou-covid-19/6727-pgnth-axepa-prosklhsh-ekdhlwshs-entiaferontos-27-2-2020](http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agma-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoiou-covid-19/6727-pgnth-axepa-prosklhsh-ekdhlwshs-entiaferontos-27-2-2020) )

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
<u>708/7-4- 2020</u>	<u>ΩΨΛΧ46906Κ-ΦΛ9</u>	<u>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</u> με Cuff:  No 8,5	40 ΤΕΜ	80,00 €	ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Κα ΛΑΣΠΙΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104592869
<u>708/7-4- 2020</u>	<u>ΩΨΛΧ46906Κ-ΦΛ9</u>	No 9	40 ΤΕΜ			
<u>708/7-4- 2020</u>	<u>ΩΨΛΧ46906Κ-ΦΛ9</u>	No 7	20 ΤΕΜ			
<u>708/7-4- 2020</u>	<u>ΩΨΛΧ46906Κ-ΦΛ9</u>	No 7,5	20 ΤΕΜ			
<u>708/7-4- 2020</u>	<u>ΩΨΛΧ46906Κ-ΦΛ9</u>	No 8	40 ΤΕΜ			
<u>709/7-4- 2020</u>	<u>ΩΜ546906Κ-ΥΒΜ</u>	<u>ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 LT ΜΕ ΑΜΠΟΥΛΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u>	500 ΤΕΜ	2.200,00 €	ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Κα ΛΑΣΠΙΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104592869
<u>707/7-4- 2020</u>	<u>ΩΨΛΧ46906Κ-ΦΛ9</u>	<u>ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ</u>  No 3	50 ΤΕΜ	14,40 €	ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Κα ΛΑΣΠΙΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104592869
<u>707/7-4- 2020</u>	<u>ΩΨΛΧ46906Κ-ΦΛ9</u>	No 4	50 ΤΕΜ			
<u>707/7-4- 2020</u>	<u>ΩΨΛΧ46906Κ-ΦΛ9</u>	<u>ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΕΙΑ</u>  No 8	30 ΤΕΜ	750,00 €	ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ	
<u>707/7-4- 2020</u>	<u>ΩΨΛΧ46906Κ-ΦΛ9</u>	No 8,5	20 ΤΕΜ			

<u>711/7-4-2020</u>	<u>69Ψ44906Κ-7ΨΔ</u>	<u>D799 MEMBRANES pO<sup>2</sup></u>	1 TEM	532,00 €	ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚαΤΣΙΛΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104592900
<u>711/7-4-2020</u>	<u>69Ψ44906Κ-7ΨΔ</u>	<u>D711 MEMBRANES Ref</u>	3 TEM	351,00 €		
<u>711/7-4-2020</u>	<u>69Ψ44906Κ-7ΨΔ</u>	<u>D7066 MEMBRANES Glu</u>	3 TEM	885,00 €		
<u>711/7-4-2020</u>	<u>69Ψ44906Κ-7ΨΔ</u>	<u>D7077 MEMBRANES Lac</u>	3 TEM	885,00 €		
<u>711/7-4-2020</u>	<u>69Ψ44906Κ-7ΨΔ</u>	<u>D512 WASTE CONTAINER</u>	10 TEM	140,00 €		
<u>710/7-4-2020</u>	<u>Ω8Φ446906Κ-Π9Κ</u>	<u>S8375 Cleaning Solution</u>	7 TEM	953,61 €	ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚαΤΣΙΛΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104592900
<u>710/7-4-2020</u>	<u>Ω8Φ446906Κ-Π9Κ</u>	<u>S1820 Calibration Sol 1</u>	4 TEM	476,24 €		
<u>710/7-4-2020</u>	<u>Ω8Φ446906Κ-Π9Κ</u>	<u>S1830 Calibration Sol 2</u>	4 TEM	476,24 €		
<u>712/7-4-2020</u>	<u>ΨΚ9Ν46906Κ-5ΝΖ</u>	<u>ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - LARGE</u>	3.000 TEM	5.400,00 €	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Κος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ:2104592587

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΕΦΑΠΑΞ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

**ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

I. συμμετοχή σε <b>εγκληματική οργάνωση</b> .
---

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>δωροδοκία</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>απάτη</b></li> </ul> </li> <li>5. <b>τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες</b></li> <li>5. <b>νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας</b></li> <li>• <b>παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.</b></li> <li>• <b>Είναι φορολογικά ενήμερος</b></li> <li>• <b>Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης</b></li> </ol> |
|--|

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

5. Γλώσσα: **Ελληνική**

6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

**Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b>	<b>GMDN</b>	<b>ΕΚΑΠΤΥ</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****1. Σετ Λαρυγγοσκοπίου Ψυχρού Φωτισμού, με λαβή LED, μίας χρήσεως, που να αποτελείται από δύο λάμες:**

Μεταλλική κατασκευή, μίας χρήσεως σε ατομική συσκευασία Οδηγός φωτός τουλάχιστον 4mm. Ειδική κατασκευή στη βάση της λάμας ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τη λαβή. Ασφαλής συγκράτηση λάμας μέσω ελατηρίων επί της λαβής. Ατραυματικό άκρο.

Λαβή μίας χρήσεως με λαμπτήρα LED και ενσωματωμένη μπαταρία. Μεταλλικό άγκιστρο τοποθέτησης της λάμας για μεγαλύτερη αντοχή. Σε ατομική συσκευασία. Μήκος λαβής 140mm περίπου. Ένταση φωτισμού τουλάχιστον 11.000 Lux.

Να ταιριάζουν με τις υπάρχουσες λάμες και λαβές του Νοσοκομείου.

Να σταλούν δείγματα.

**2. Ενδοτραχειακοί Σωλήνες με Cuff:**

Να είναι ακτινοσκοπικοί υψηλής θερμοευαισθησίας, μίας χρήσεως, για διασωλήνωση μακράς διάρκειας. Να έχουν profile – seal cuff που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο του τραχήλου. Να είναι σκληροί κατά τη διασωλήνωση εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού. Να έχουν Murphy eye και να έχουν μπαλόνη ακριβούς αίσθησης του cuff όπου αναγράφεται το μέγεθος του σωλήνα από υλικό που ελαχιστοποιείται τη δίοδο των αναπνευστικών αερίων.

**3. Σάκκοι αναρρόφησης 2 Lt με αμπούλα ενεργού χλωρίου, φίλτρο και βαλβίδα ασφαλείας**

**Σάκος αναρρόφησης 2 Lt, με αμπούλα ενεργού χλωρίου, βαλβίδα αντεπιστροφής αναρροφημάτων προς τον ασθενή, βαλβίδα / φίλτρο για τη διακοπή της αναρρόφησης σε περίπτωση υπερχειλίσης και την προστασία του συστήματος κενού από επιμολύνσεις και αντιαφροιστική αλοιφή για την αποφυγή δημιουργίας αφρού. Να αποδίδει υψηλή συγκέντρωση ενεργού χλωρίου, άνω των 5000 ppm**

κατά την πλήρωσή του, για την αδρανοποίηση των παθογόνων. Ο σάκος να είναι ανθεκτικός, απλής συνδεσμολογίας και πλήρης με τον συνδετικό σωλήνα με το σύνδεσμο αναρρόφησης, εφόσον απαιτείται.

Να παρέχεται ο συνοδός εξοπλισμός.

**4. Μεμβράνες, Cleaning Solution, Calibration συμβατά με Αναλυτή Αερίων Αίματος ABL 825**