




ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Τ.Κ. 15123
Τηλ. 2105212000
www.eody.gov.gr
f : @eody
t : @eody_gr



Ε.Ο.Δ.Υ.

ΚΠ 11516 / 2020 - 02/06/2020

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΝΟ

Πληροφορίες:

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΟΛΕΣΗ, 2105212849

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ, 21012870

Θέμα: Ανακοίνωση-παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-11201/2020-28/5/2020 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση – Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών

Σχετ. 1: Υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΙΣ-ΚΠ-11250/2020-29/5/2020 αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων οικονομικού φορέα, στο είδος με α/α: **2** «Γυαλιά προστασίας»

Σχετ. 2: Υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΙΣ-ΚΠ-11302/2020-1/6/2020 αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων οικονομικού φορέα, στο είδος με α/α: **6** «Απολυμαντικός παράγοντας ενεργός εναντίον αδενοϊών, νοροϊών και όλων των ιών, με έλυτρο, τουλάχιστον 750ml»

Σχετ. 3: Υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΙΣ-ΚΠ-11509/2020-2/6/2020 υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-11201/2020-28/5/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ' του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τα μέλη των κινητών συνεργείων», της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ' οίκον», με κωδικό ΟΠΣ 5061257, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

Ερώτημα για το είδος με α/α: 2 «Γυαλιά προστασίας». «Στις προδιαγραφές αναφέρεται 'Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα EN 374-1'. Ωστόσο, η EN 374-1 αφορά χημικά και το χρόνο που χρειάζεται για να διαπεράσουν το υλικό και συνήθως είναι απαραίτητη στα γάντια. Θα θέλαμε να μάθουμε μήπως εδώ οι προδιαγραφές αφορούν τη νόρμα EN 166 που προστατεύει τους οφθαλμούς από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένης της υγρασίας.»

Απάντηση: Για τα προστατευτικά γυαλιά δεν υπάρχει νόρμα για προστασία από μολυσματικά σταγονίδια. Η νόρμα EN 166 που αναφέρεται αφορά άλλους χώρους εργασίας. Για την εργασία των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) αρκούν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Πρόσκληση. Δηλαδή: τα γυαλιά πρέπει να προσφέρουν και πλάγια προστασία (φαρδείς βραχίονες για προστασία ματιού από όλες τις γωνίες ή φαρδύ λάστιχο για να στηρίζεται περιμετρικά της κεφαλής), οι φακοί να έχουν αντιθαμβωτική επίστρωση, να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο, να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων, να φέρουν σήμανση CE στη συσκευασία, να έχουν διάρκεια ζωής σε αποθήκευση τουλάχιστον 5 έτη.

Ερωτήματα για το είδος με α/α: 6 «Απολυμαντικός παράγοντας ενεργός εναντίον αδενοϊών, νοροϊών και όλων των ιών, με έλυτρο, τουλάχιστον 750ml». «(...) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται δοσομετρητής/αντλία;» και «κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια ΓΧΚ.; Ενημερωθήκαμε πως πλέον δεν ζητείται από τους παραγωγούς. Ενώ είναι απαραίτητη η άδεια του ΕΟΦ, η άδεια του ΓΧΚ δεν είναι διαθέσιμη από όλες τις εταιρείες.»

Απάντηση: Το είδος αφορά απολύμανση άψυχων επιφανειών. Απαραίτητη είναι η άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ. Όμως, εάν πρόκειται για αντισηπτικό με αιθυλική αλκοόλη ή για αντισηπτικό σε συνδυασμό με απορρυπαντικό παράγοντα για καθαριστική δράση, απαιτείται σχετική καταχώρηση και στο ΓΧΚ. Άρα, απαραίτητη είναι η άδεια του ΕΟΦ και όπου απαιτείται η σχετική καταχώρηση στο ΓΧΚ.

Επιπλέον, γνωστοποιείται στους οικονομικούς φορείς ότι οι προδιαγραφές για το **είδος με α/α: 4 «Ρόμπα non-woven υγροαπωθητική με μακριά μανίκια με λάστιχο στον καρπό»**, προσδιορίζονται περαιτέρω ως εξής:

Μίας χρήσεως, μη αποστειρωμένη, κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό (non-woven), υδρόφοβη, αδιάβροχη, αεροδιαπερατή, αδιαφανής, με μακριά μανίκια με λάστιχο, ζώνη στη μέση και κορδόνια στον αυχένα για πλήρη κάλυψη, μήκος μέχρι τη μέση της κνήμης, one size για να καλύπτονται όλα τα μεγέθη.

Τέλος, γνωστοποιείται ότι **μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-11201/2020-28/5/2020**, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, 17:00. **ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, 12:00.**

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ

Παναγιώτης Αρκουμανέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Προϊστάμενος Γραμματείας
α.α.

Νικόλαος Ράπτης

Εσωτερική Διανομή :

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Τμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Κονδυλίων