



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
5 η.Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρίκαλα: 25-11-2020  
Αριθμ. Πρωτ: 29184

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»**

Το Γ. Ν. Τρικάλων έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Τον Ν 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 134/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/τ.α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ ΦΕΚ 42 Α' /25-02-2020
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 55 Α' 11-03-2020
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 64 Α' /14-03-2020
- Το Νόμο 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020) Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55 ) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις.
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Φ.Ε.Κ. 68/2020/Α «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
- Την αριθμ. πρωτ. Οικ.19012/17-03-2020 Ερμηνευτική Εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων των ΠΝΠ για την αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-COV-2 .
- Την ανάγκη επείγουσας προμήθειας υγειονομικού υλικού και μέτρων ατομικής προστασίας έναντι του νέου κορωνοϊού COVID-19.
- Το πρακτικό της 118<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ Θέμα 4<sup>ο</sup> Εκτός ημερησίας διάταξης «Έγκριση τιμών διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια Ειδών Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)»
- Το με αριθμ. πρωτ: 19880/17-8-2020 email της 5<sup>ης</sup> ΥΠΕ με θέμα «Ορθή επανάληψη της 121<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ, όπου τροποποιήθηκαν οι πίνακες υλικών ΜΑΠ και εντάχθηκαν σε αυτούς και οι στυλεοί
- Το πρακτικό της 122<sup>ης</sup>/3-8-2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 1<sup>ο</sup> Θέμα Ε.Η.Δ. «Προμήθεια ειδών ΜΑΠ από τις Νοσοκομειακές μονάδες του Ε.Σ.Υ.»
- Το με αριθμ. πρωτ: 19967/17-8-2020 email της 5<sup>ης</sup> ΥΠΕ με θέμα «Διευκρινήσεις για την 122/3-8-2020 Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΕ (Περί σύμφωνης γνώμης)
- Το με αριθμ. πρωτ: 22984/23-9-2020 έγγραφο της 5<sup>ης</sup> ΥΠΕ με επισυναπτόμενο το απόσπασμα πρακτικού της 128<sup>ης</sup> /22-9-2020 Συνεδρίασης ΚΕΣΥΠΕ Θέμα 1<sup>ο</sup> :

«Επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών Υλικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και Θέμα 2<sup>ο</sup> : «Καθορισμός ανώτατων τιμών στα υλικά: Γάντια και στολές TYVEC»

- Το με αριθμ. πρωτ: 28832/20-11-2020 Έγγραφο του Γ.Ν. Τρικάλων προς την 5<sup>η</sup> ΥΠΕ με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια υλικών ΜΑΠ
- Την με αριθμ. πρωτ: 105581/23-11-2020 Απόφαση του Διοικητή της 5<sup>ης</sup> ΥΠΕ με θέμα: «Έγκριση σύμφωνης γνώμης για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 του Γ.Ν. Τρικάλων»

Σε εφαρμογή των ανωτέρω Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα, το Γενικό Νοσοκομείο ΤΡΙΚΑΛΩΝ προς κάλυψη της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης Κορωνοϊού, (COVID-19) πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

**Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσης.**

**Λόγω του κατεπείγοντος παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά στην ηλεκτρ. διεύθυνση [prom2@trikalahospital.gr](mailto:prom2@trikalahospital.gr) μέχρι και την 30-11-2020**

ΤΗΛ. 24313-50707, FAX: 24310 26853, E-mail: [prom2@trikalahospital.gr](mailto:prom2@trikalahospital.gr)

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-11-2020 & ΩΡΑ 14:30μμ**

ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TYVEC	3.000 τεμ.
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ.	5.000 τεμ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ	2.000
ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2	5.000 τεμ.
ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3	1.000 τεμ.
ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	200 τεμ.
ΣΤΥΛΕΟΙ	3.000 τεμ.
ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ	100.000 τεμ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ½ ΛΙΤΡΟ	1000 τεμ.
<b><u>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ</u></b>	

- **Οι τιμές που θα γίνουν αποδεκτές ανά είδος, θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις εγκεκριμένες τιμές της αριθμ. 118 Συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ/01-07-2020 και της 128<sup>ης</sup> /22-9-2020 Συνεδρίασης ΚΕΣΥΠΕ Θέμα 1<sup>ο</sup> : «Επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών Υλικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και Θέμα 2<sup>ο</sup> : «Καθορισμός ανώτατων τιμών στα υλικά: Γάντια και στολές TYVEC» και να μην τις υπερβαίνουν**

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων ανά είδος, αλλά και για μέρος της ποσότητας εκάστου είδους.

Η Υπηρεσία, σε περίπτωση που η οικονομικότερη από άποψη τιμής προσφορά, δεν καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας που καθορίζεται στην πρόσκληση, διατηρεί το δικαίωμα της

κατακύρωσης της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών στην αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι μη κάλυψης των ποσοτήτων, η διαδικασία αυτή δύναται να ακολουθηθεί έως την προμήθεια της συνολικής ποσότητας των ειδών.

- **Κατά το στάδιο της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και πριν την έκδοση σχετικής απόφασης από το Νοσοκομείο θα αποσταλεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης στην ΥΠΕ, προκειμένου να ζητηθεί εκ νέου σύμφωνη γνώμη**

Η Υπηρεσία, επίσης διατηρεί το δικαίωμα της μη απορρόφησης όλης της ζητούμενης από την πρόσκληση ποσότητας των ειδών.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους Γενικούς Όρους της παρούσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές ανά είδος όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω στο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης..

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας και δεσμεύεται για την άμεση κατά το δυνατόν παράδοση των ειδών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή την παραγγελία των ειδών και όχι πέραν των 30 ημερών.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:

-Δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν.4412/2016 (λόγοι αποκλεισμού).

-Ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

-Ότι θα προσκομίσει άμεσα οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις .

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, της 5<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Web Site) [www.dypethessaly.gr](http://www.dypethessaly.gr) (προμήθειες) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Πρόγραμμα Διαύγεια <https://et.diavgeia.gov.gr>

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**  
**Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

**A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ**

1. Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
  - 2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που προορίζονται.
  - 2.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
  - 2.3. Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης.
  - 2.4. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.
  - 2.5. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
  - 2.6. Από τα ζητούμενα είδη η ιατρική μάσκα (χειρουργική) υπάγεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/[Regulation \(EU\) 2017/745](#) ως ιατροτεχνολογικό προϊόν ενώ τα υπόλοιπα ζητούμενα μέσα ατομικής προστασίας υπάγονται στον Κανονισμό ΕΕ [2016/425](#).
3. **Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:**
  - 3.1. Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
  - 3.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν:
    - 3.2.1 Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
    - 3.2.2 Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
    - 3.2.3 Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.
    - 3.2.4 Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού.
    - 3.2.5 Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

**B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ**

Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν:

1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον ενός (1) έτους.
2. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: α. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η μέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη

της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, δ. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.

## Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

### 1. Προστατευτική ολόσωμη φόρμα ΤΥΠΟΥ ΤΥΝΕC

1. Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής.
2. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.
3. Να είναι υγραπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής.
4. Να παραμένει αδιάβροχη και υγραπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της.
5. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία.
6. Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.
7. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα.
8. Χωρίς εμφανείς ραφές στο εξωτερικό. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και στην περιοχή του λαιμού.

#### **Απαιτήσεις - συμμορφώσεις**

1. Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III
2. Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126/2004 (Performance requirements and test methods for protective clothing against infective agents).
3. Τύπου **4-B** Να πληροί το πρότυπο **EN 14605:2005 +A1 2009** (*protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (types PB [3] and PB [4])*).
4. Να έχει **CE marking από κοινοποιημένο οργανισμό** (κατηγορίας III σύμφωνα με EU 2016/425).
5. Χρόνος ίδιας ζωής προϊόντος >3 έτη.
6. Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες απαιτούμενες σημάνσεις σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων

### 2. Μπλούζες αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μιας χρήσης

- Να είναι μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένη
- Να έχει δέσιμο στο λαιμό και στη μέση
- Να έχει μακρύ μανίκι με ελαστική μανσέτα
- Να παρέχει πλήρη κάλυψη πλάτης
- Να διαθέτει CE (Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ 2016/425)
- Να είναι κατασκευασμένη από non-woven υλικό υγραπωθητικό και αδιάβροχο
- Να πληροί το πρότυπο EN 13034 – Type PB [6]
- Να είναι μεγέθους one size

### 3. Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες Αδιάβροχες Μ.Χ.

Μπλούζα χειρουργική με μανσέτα, ολικής προστασίας και ενίσχυσης – FFP σε όλη την επιφάνειά της χωρίς να φέρει πλαστικές ενισχύσεις και ραφές για προστασία από λοιμώδη νοσήματα, με θερμοκόλληση, απόλυτα αδιάβροχη, αποστειρωμένη με ακτινοβολία ή και ΕΤΟ, ελεύθερη latex, μιας χρήσης .

**Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 13795.**

#### 4. Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2

Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP2 χωρίς βαλβίδα.

Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας.

Να διαθέτει καμπύλη, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. γυαλιά προστασίας).

**Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής.**

**Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009**

#### 5. Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3

Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP3 χωρίς βαλβίδα

Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας.

Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στο χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. γυαλιά προστασίας).

**Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής.**

**Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001 + A1:2009.**

#### 6. Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική

- Να παρέχει την μέγιστη προστασία προσώπου για Νοσοκομεία, Οδοντιατρεία, Ιατρικά και Χημικά εργαστήρια και για διασώστες εκτάκτων αναγκών.

- Να είναι κατασκευασμένη από αντιθαμπωτικό υλικό.

- Να μην επηρεάζει την όραση του χρήστη.

- Να είναι ελαφριά, άνετη, με μαλακό λάστιχο ή ιμάντα που να περνά γύρω από το κεφάλι (μέτωπο)

- Χωρίς λατέξ

- Η διάφανη ασπίδα στην περιοχή του μετώπου να περιλαμβάνει προστατευτικό σφουγγάρι

Κάθε συσκευασία ασπίδας προστασίας προσώπου να αποτελείται από τρία (3) τεμάχια:

1. Φύλλο προστασίας
2. Βάση στήριξης
3. Ιμάντα ή Λάστιχο προσαρμογής στο κεφάλι

- Εάν είναι επαναχρησιμοποιούμενη να πληροί το πρότυπο EN 166

#### 7. Στυλεοί λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος

Αναλυτική περιγραφή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

Στυλεός με άξονα από αλουμίνιο ή πλαστικό και βύσμα από συνθετικό υλικό π.χ. πολυεστέρα ή Dacron με αποστειρωμένο φιαλίδιο που περιέχει 1-3 ml ειδικού υλικού μεταφοράς ιών το οποίο παρέχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ

### **8. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ**

#### **1.2. Μη αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό latex**

- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006 EN: 455-4:2009. Επιπρόσθετα, να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003+A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών.
- Να έχουν πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό.

- Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή του να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη.
- Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
- Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 15223:2016**. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.
- Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large.

#### 9.Σκεύασμα για την αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση νερού (αντισηπτικά) ½ λίτρου

1. Υγρό ή γέλη
2. Να περιέχει ως δραστική ουσία την αιθυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση τουλάχιστον 70% v/v ή την ισοπροπυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 70-75% v/v (σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ και άλλων διεθνών οργανισμών).
3. Να επιτυγχάνεται γρήγορη αντισηψία σε χρόνο 30''-1'
4. Μπορεί να περιέχει και άλλα εγκεκριμένα δραστικά συστατικά για την αντισηψία χεριών (hydrogenperoxide, didecyldimethylammoniumchloride, iodine κ.α.)
5. Με ενυδατικούς παράγοντες (π.χ. γλυκερίνη)
6. Να έχει καλή συμβατότητα με το δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμούς στη συχνή χρήση του.
7. Να έχει ευρύ φάσμα δραστηριότητας και να καταστρέφει βακτήρια (και μυκοβακτηρίδιο TB), μύκητες, ιούς (HBV, HIV, συμπεριλαμβανομένου και των ελυτροφόρων).
8. Να έχει άδεια παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος από τον ΕΟΦ (συμπ. και αυτών που υπόκεινται στα: άρθρο 5 του Ν. 4681/2020 και υπ. Αρ. 37212/23-3-2020 απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ). Εναλλακτικά και με την ανωτέρω σύνθεση μπορούν να προστεθούν προϊόντα που είναι εγκεκριμένα στην ΕΕ ως βιοκτόνα και προορίζονται για την αντισηψία χεριών (Biocidal Product Regulation BPR EU 528/2012).

#### Ε. ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Για όλα τα ζητούμενα είδη ΜΑΠ να κατατεθούν δείγματα.