



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
"ΘΡΙΑΣΙΟ"

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ.: Α.ΠΑΡΜΑΞΙΔΗ
ΤΗΛ.: 213. 20228 273 -514
FAX : 210. 5551515

Ελευσίνα
Αρ, Πρ.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ SARS COV 2»**

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» το οποίο έχει οριστεί ως αναπληρωματικό Νοσοκομείο αναφοράς, προς το σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης του Κορωνοϊού και σε συνέχεια:

1. Των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 55/Α/11-3-2020
2. Των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64/Α/14-3-2020
3. Των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 68/Α/20-3-2020
4. Των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 75/Α/30-3-2020
5. Των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 84/Α/13-4-2020
6. Των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 90/Α/1-5-202
7. Του από 12/5/2020 πρακτικού της 113^{ης} Συνεδρίασης (Θέμα 2^ο) του ΚΕΣΥΠΕ
8. Του από 30/07/2020 πρακτικού της 121^{ης} Συνεδρίασης (θέμα 6^ο) του ΚΕΣΥΠΕ
9. Του από 22/09/20 πρακτικού της 128^{ης} Συνεδρίασης (θέμα 1^ο) του ΚΕΣΥΠΕ
10. Του από 14/01/21 πρακτικού της 1^{ης} Συνεδρίασης (θέμα 2^ο) του ΚΕΣΥΠΕ
11. Της με αρ.πρωτ 4731/22.01.2021 Απόφασης του Διοικητή της 2^{ης} ΥΠΕ

Προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με **συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή)ανά είδος σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Νοσοκομείου. Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως την Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 14.00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο (τεχνική/οικονομική προσφορά) στην Κεντρική Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη **Τετάρτη 10/02/2021 και ώρα 11.00 σε αίθουσα του Νοσοκομείου από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.**

Οι προσφορές των Εταιρειών πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 3 μηνών .

Ο χρόνος παράδοσης απαιτείται να είναι άμεσος από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας.

Για συμβάσεις άνω των 20.000,00(χωρίς ΦΠΑ) απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμφωνούμενης αμοιβής χωρίς ΦΠΑ.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την ανάρτηση της πρόσκλησης.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αναλυτικά:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.
30021975	ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΤΥΠΟΥ 4B/5B/6B(ΜΕΓΕΘΟΣ XXL)	2.250
30026361	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ	1.800
30005774	ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ. ΧΡ. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ	300.000
30026386	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ	10.500
30005466	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	16500

- **Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
 - 2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που προορίζονται.
 - 2.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο.
 - 2.3. Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης.
 - 2.4. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.
 - 2.5. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
 - 2.6. Από τα ζητούμενα είδη η ιατρική μάσκα (χειρουργική) υπάγεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/**Regulation (EU) 2017/745** ως ιατροτεχνολογικό προϊόν ενώ τα υπόλοιπα ζητούμενα μέσα ατομικής προστασίας υπάγονται στον Κανονισμό ΕΕ **2016/425**

3. **Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:**

3.1. Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.

3.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν:

3.2.1.Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

3.2.2.Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

3.2.3. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.

3.2.4.Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού.

3.2.5.Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Προστατευτική ολόσωμη φόρμα ΤΥΠΟΥ ΤΥΝΕΚ

1. Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής
2. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.
3. Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής.
4. Να παραμένει αδιάβροχη και υγροαπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της
5. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία.
6. Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν λάστιχο.
7. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα
8. Χωρίς εμφανείς ραφές στο εξωτερικό. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και στην περιοχή του λαιμού.

Απαιτήσεις – συμμορφώσεις

1. Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III
2. Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 14126/2004 (Performance requirements and test methods for protective clothing against infective agents).
3. Τύπου 4-B Να πληροί το πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 (protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing

with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (types PB [3] and PB [4])

4. Να έχει **CE marking από κοινοποιημένο οργανισμό** (κατηγορίας III σύμφωνα με EU 2016/425)
5. Χρόνος ίδιας ζωής προϊόντος >3 έτη
6. Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες απαιτούμενες σημάνσεις σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.

Χειρουργικές Μάσκες 3ply με κορδόνια ή λάστιχο

- Χειρουργική μάσκα με κορδόνια ή λαστιχάκια, τριών στρωμάτων.
- Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα.
- Κατά μήκος και στην άνω στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό εύκαμπτο επιρρήνιο έλασμα . Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης μεγαλύτερο BFE $\geq 98\%$, στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προεφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρών – αδιάβροχη.
- Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN-14683, κατηγορία IIR.
- Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλους το πλάτος τους και να καλύπτουν πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου

Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2

- Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP2 χωρίς βαλβίδα.
- Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας.
- Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας).
- Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής.
- Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009.

Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3

- Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP3 χωρίς βαλβίδα.
- Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας.
- Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας).

- Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής.
- Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009.

Καλύμματα κεφαλής - Καπέλα με λάστιχο (Χειρουργικές σκούφιες)

- Σχήματος μπερέ με λάστιχο γύρω από το κεφάλι
- Μιας χρήσης
- Υγροαπωθητικό υλικό (non- woven), Latex- free
- Υλικό που να αφήνει το δέρμα να αναπνέει, υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό
- Ανθεκτικά στο σκίσιμο