



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Καρδίτσα 16-02-2021
Αριθ. πρωτ. 2871

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ταυρωπού
Ταχ. Κώδικας : 431 00
Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο : 24413 51196
E – mail : tmpalatsouka@noskard.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-02-2020) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Το Γ.Ν. Καρδίτσας έχοντας υπόψη

1. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/25-02-2020 τεύχος Α) "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού " όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4693/2020 ΦΕΚ 116), **Ν. 4728/20 ΦΕΚ-186 Α/29-9-20 (ως προς τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται έως την 31η.12.2020)**
2. Το αριθμ. πρωτ. 21250/05-03-2020 έγγραφο του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ με θέμα "Πιστή Εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
3. Το Π/Δ 80/2016 **άρθρο 9 Ανάλυση σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών παρ. 4** "Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, **δαπάνες πολιτικής προστασίας**, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), **αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού**, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής του".
4. Το Ν. 4675/20 (ΦΕΚ 54 Α/11-3-2020): Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις άρθρο 21 **"Νομιμοποίηση δαπανών και μεταφορά πιστώσεων προς φορείς του Υπουργείου Υγείας"**

5. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. 11/11-3-2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
6. Το Νόμο 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020) Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις.
7. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 68/2020/Α "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης".
8. Το αριθμ.πρωτ.7888/12-05-2020 έγγραφο της 5ης ΥΠΕ με το οποίο μας κοινοποιείται ο πίνακας υλικών που εγκρίθηκαν στην αριθμ. 112/24-04-2020 συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΕ Θέμα 1ο
9. Το αριθμ.πρωτ.. 13988/07-08-2020 email με θέμα επισύναψη αποφάσεων ΚΕΣΥΠΕ (πρακτικό της 118ης συνεδρίασης ΚΕΣΥΠΕ, θέμα 4 εκτός ημερησίας, έγκριση τιμών ειδών ΜΑΠ .
10. Το αριθμ. πρωτ. 21723/20-11-2020 έγγραφό μας προς την 5η ΥΠΕ με το οποίο αιτούμαστε τη σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια κάθε αναγκαίου μέσου για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid -19
11. Την αριθμ. πρωτ. 22036/24-11-2020 (αριθμ. πρωτ 105841/24-11-2020 5ης Υ.Π.Ε.), με το οποίο διαβιβάζουν στο ΚΕΣΥΠΕ το αριθμ.πρωτ.21723/20-11-2020 έγγραφό μας για έγκριση του είδους "Αντιδραστήρια ανίχνευσης PCR και real time PCR " 384 εξετάσεις με πιθανή δαπάνη 19.200,00 ευρώ άνευ φπα.
12. Την αριθμ. πρωτ. 24575/28-12-2020 (αριθμ. πρωτ 116967/28-12-2020 5ης Υ.Π.Ε.), με το οποίο μας ενημερώνουν ότι εγκρίθηκε η προμήθεια των Αντιδραστηρίων ανίχνευσης PCR και real time PCR (384 τεστ) στην 138/17-12-2020 συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΕ θέμα 16ο.
13. Την αριθμ. 1273/62/30-12-2020 απόφαση ΔΣ σχετικά με την **προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για την εξέταση PCR στο Νοσοκομείο.**
14. Το αριθμ.πρωτ.1313/25-01-2021 έγγραφο (τελικές τεχνικές προδιαγραφές) της επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών συστήματος ταχείας Real Time -PCR
15. Σύμφωνα με το Ν.4764/ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020 Άρθρο 73 οι προσφερόμενες τιμές δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
16. Την 109/08/11-02-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση και τη χρήση του μοριακού αναλυτή.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ PCR ΚΑΙ REAL TIME PCR " ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν άμεσα διαθέσιμα τα παρακάτω υλικά, όπως μας αποστέλλουν, το συντομότερο δυνατόν, email : promith@noskard.gr,

tmpralatsouka@noskard.gr στο οποίο θα αναφέρονται οι ποσότητες και η τιμή τεμαχίου άνευ ΦΠΑ.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμφωνούν με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης
Η προσφερόμενη τιμή ανά τεστ (συμπεριλαμβανομένων και των αναλώσιμων για τη λειτουργία του αναλυτή) δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την προϋπολογισθείσα

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση της 16-02-2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Δευτέρα 21-02-2021 και ώρα 13.00 πμ.

Κατά το στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και πριν την έκδοση σχετικής απόφασης από το Νοσοκομείο θα αποσταλεί το πρακτικό στην ΥΠΕ προκειμένου να ζητηθεί εκ νέου σύμφωνη γνώμη της ΥΠΕ κατόπιν αξιολόγησης της τιμής του είδους και έγκρισής του εφόσον είναι συμφέρουσα.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται, καθώς και από τα απαραίτητα έγγραφα – στοιχεία (ή υπεύθυνη δήλωση) τα οποία θα αποδεικνύουν ότι το μικτό περιθώριο κέρδους δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό που ίσχυε πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020 (ΠΝΠ ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020)

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2441351147-156

email : zvergini@noskard.gr

promith@noskard.gr

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις

0,07% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με τους Ν. 4013/2011 και 4605/2019.

Χαρτόσημο 3% επί του ΕΑΑΔΗΣΥ

- ◆ Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήμου του ΕΑΑΔΗΣΥ

0,06% προ φόρων υπέρ ΑΕΠΠ., σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Χαρτόσημο 3% επί του ΑΕΠΠ

- ◆ Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήμου του ΑΕΠΠ

2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κρατήσεων πλην του φόρου)

- ◆ Ο φόρος (4%) στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α., μείον τις κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το (άρθρο 200 Ν. 4412/2016)

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	
ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ PCR ΚΑΙ REAL TIME PCR "	384 Εξετάσεις	50,00	19.200,00	Συνοδός εξοπλισμός ΑΝΑΛΥΤΗΣ ο οποίος θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες διαχείρισης των «ύποπτων ασθενών» που προσέρχονται στο ΤΕΠ

Απαιτούνται τεχνικά φυλλάδια, prospectus με φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να είναι εμφανές και ευδιάκριτο το προσφερόμενο είδος

Α.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελεί πλήρως αυτοματοποιημένη ενιαία πλατφόρμα, για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων βημάτων των εξετάσεων, από την εισαγωγή του δείγματος έως το αποτέλεσμα, χωρίς ενδιάμεση παρέμβαση του χρήστη (απομόνωση νουκλεϊκών οξέων, διεξαγωγή Real Time PCR και ανάλυση αποτελεσμάτων).
2. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι υπό τη μορφή μονοτέστ (cartridge). Οι εξετάσεις να μπορούν να εκτελεστούν άμεσα μόλις ζητηθούν, χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός δειγμάτων για να μην αχρηστευθεί αντιδραστήριο (όχι batch testing). Να υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν ταυτόχρονα μέχρι 4 εξετάσεις.
3. Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (probes, primers, μαγνητικά μικροσφαιρίδια) να περιλαμβάνονται στη συσκευασία (κιτ) της εξέτασης.
4. Να διασφαλίζεται η πλήρης αποφυγή επιμολύνσεων από δείγμα σε δείγμα και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης του χρήστη.
5. Σε κάθε εξέταση να υπάρχει ενσωματωμένο εσωτερικό control ποιοτικού ελέγχου που θα διασφαλίζει την εγκυρότητα της διαδικασίας και του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος.
6. Ο αναλυτής να μπορεί να εκτελεί αν ζητηθούν στο μέλλον διαφορετικές εξετάσεις, πέραν του COVID-19.
7. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών γονιδιακών στόχων από το ίδιο δείγμα ταυτόχρονα (multiplex real –time PCR).
8. Η εκχύλιση (extraction) του DNA ή RNA (ανάλογα της μεθόδου) να γίνεται αυτόματα από τον προσφερόμενο αναλυτή χωρίς τη χρήση επιπλέον εξοπλισμού ή επιπλέον manual step από τον χρήστη. Στον αναλυτή να τοποθετείται απευθείας βιολογικό δείγμα και όχι προϊόν εκχύλισης (extraction) νουκλεϊκών οξέων.
9. Ο αναλυτής να διαθέτει bar-code reader για την εισαγωγή δεδομένων των

αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών.

10. Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων.
11. Να προσφερθούν προς επιλογή από το νοσοκομείο και τα αντίστοιχα μέσα συλλογής για κάθε εξέταση.
12. Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαραίτατοι επί ποινή απόρριψης.

B. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (Real Time PCR)

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να φέρουν την ένδειξη CE-IVD
- Το προσφερόμενο σύστημα (αναλυτής και αντιδραστήρια) να μπορεί να ανιχνεύει τον ιό SARS-CoV-2 από ρινικό, ρινοφαρυγγικό και στοματοφαρυγγικό επίχρισμα.
- Ευαισθησία: 250 cp / ml
- Χρόνος έκδοσης αποτελέσματος: όχι περισσότερο από 90 λεπτά.
- Να παρέχει κλινική ευαισθησία τουλάχιστον 99 % και κλινική ειδικότητα 100 % (ελεγμένη και με άλλους κορωνοϊούς).
- Να έχει γίνει μελέτη ελέγχου παρεμβολών ή παρεμπόδισης της αντίδρασης από φαρμακευτικές ή άλλες συνήθεις χημικές ή βιολογικές ουσίες.
- Να ανιχνεύει δύο ανεξάρτητους γονιδιακούς στόχους στην N- και στην S- γονιδιακή περιοχή του ιού. Να είναι κατάλληλο και για το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού («Βρετανική μετάλλαξη»)
- Το προσφερόμενο σύστημα να είναι κατάλληλο, εκτός από την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 να εκτελεί και επιπλέον εξετάσεις που μπορούν μελλοντικά να προστεθούν, όπως Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης, Hemophilus Influenzae, Hepatitis B, HSV, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, κ. ά.

Γ. Να κατατεθεί πελατολόγιο εγκατεστημένων αναλυτών.

Δ. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ